

Otázka záujemcu:

V požiadavkách na prístroje:

Časť č. 6 Mobilný rádiografický stôl, 1 ks k RTG prístroju s C-ramenom pre potreby ERCP pracoviska FNsP FDR Banská Bystrica

Požadujete:

Mobilný radiografický stôl, 1 ks k RTG prístroju s C-ramenom pre potreby ERCP pracoviska.

Rozsah trendelenburgovej polohy v stupňoch min. $\pm 25^\circ$

Požiadavka na stôl je pre gastro pracovisko pre potreby ERCP, kde je vhodné na základe našich skúseností a skúseností nášho partnera, okrem naklápania trendelenburgovej polohy i transverzálne naklápanie. Ďalej by sme chceli upozorniť, že pri Vašich požiadavkách „Rozsah trendelenburgovej polohy v stupňoch min. $\pm 25^\circ$ “ a „Rozsah pozdĺžneho pohybu manuálne aj motoricky v cm min. 90“ môže prísť pri tak dlhom pohybe 90 cm a pri trendelenburgovej polohy v stupňoch min. -25° ku kolízii s podlahou, čo môže spôsobiť zlomenie najdrahšej časti stola dosky stola z uhlíkových vlákien.

Na základe týchto skutočností by sme Vás chceli požiadať či by bolo možné dodať stôl s oboma naklápaniami (trendelenburg a transverzál) a súčasná požiadavka;

Rozsah trendelenburgovej polohy v stupňoch min. $\pm 25^\circ$

by sa zmenila na:

Rozsah trendelenburgovej polohy v stupňoch min. $\pm 25^\circ$ alebo dvojité naklápanie súčasne

Rozsah trendelenburgovej polohy v stupňoch min. $\pm 15^\circ$ a transverzálne naklápanie v stupňoch min. $\pm 15^\circ$.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Trváme na pôvodnej požiadavke: Rozsah trendelenburgovej polohy min. $\pm 25^\circ$,

nepožadujeme dvojité naklonenie s tým, že nemusí byť súčasne použitý náklon a výsun stola do maximálnych hodnôt.

Dňa 05.02.2019