



Fakultná nemocnica s poliklinikou
F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, SR

Záznam z obhliadky

pre nadlimitnú zákazku zverejnenú v publikačnom úrade EÚ 2018/S 245-560 520 z 20.12.2018 a vo Vestníku SR č.251/2018 dňa 22.12.2018, 18366-MST.

Predmetom zákazky je kúpa tovaru: digitálne RTG systémy vrátane súvisiacich služieb-dodávky na miesto určenia, uvedenia zariadenia do trvalej prevádzky, funkčnej skúšky, odovzdania dokumentácie, zaškolenia obsluhy, vrátane plného servisného pokrytia.

ktorá sa uskutočnila dňa 14 februára 2019 o 13:00 h.

Na základe podmienok definovaných v súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania bolo umožnené záujemcom vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky. Súčasťou predmetu zákazky je aj vyhotovenie technologického projektu (len pre časť 1-2), vrátane osadenia, montáže a inštalácie samotného prístroja a jeho napojenia na elektrické rozvody. Dodávka a inštalácia nových RTG digitálnych prístrojov pre časť 1-2 bude uskutočnená postupne podľa vopred odsúhlaseného harmonogramu z dôvodu potreby koordinácie drobných stavebných úprav nevyhnutných k osadeniu novej technológie do stávajúcich priestorov RTG analógových pracovísk pri zachovaní plynulej prevádzky úseku základnej rádiodiagnostiky.

Prítomní záujemcovia si prehliadli skutkový stav, aby získali všetky potrebné informácie na spracovanie ponuky, konkrétne pre časť č. 1 a 2, kde je súčasťou predmetu zákazky aj spracovanie technologického projektu.

Na obhliadke bolo všetkým zúčastneným sprístupnené miesto realizácie predmetu zákazky, ktoré sa nachádza na Oddelení rádiológie FNsP BB.

Záujemcovia obhliadky skonštatovali, že majú po obhliadke všetky informácie potrebné pre spracovanie ponuky.

Všetky prípadné otázky majú povinnosť záujemcovia položiť prostredníctvom inštitútu vysvetľovania súťažných podkladov prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

Banská Bystrica, 14.02.2019

Zapísala: Ing. Ľubica Bobrová, referát verejného obstarávania
Schválil: Bc. Ján Greschner, vedúci rádiologický asistent