



TATRA TENDER

[všetkým známým záujemcom]

V Bratislave, dňa 16.02.2022

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5

Verejný obstarávateľ **Nemocnica Poprad a. s., Banická 803/28, 058 45 Poprad, IČO: 36513458** (ďalej len „**Verejný obstarávateľ**“) vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „**Zákon**“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejneným v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie zo dňa 14.01.2022 pod zn. 2022/S 010-017947 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 10/2022 zo dňa 16.01.2022 pod značkou 2043 - MST (obe oznámenia ďalej spoločne ako „**Oznámenie**“) verejnú súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky s názvom „**Materiálno technické vybavenie pre COVID19 - Medicínske prístroje a zariadenia**“ (ďalej len „**Verejná súťaž**“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú Verejnú súťaž a na základe jeho poverenia vykonáva v jeho mene niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Dňa 01.02.2022 bola Verejnému obstarávateľovi jedným zo záujemcov doručená žiadosť o vysvetlenie podmienok uvedených v súťažných podkladoch, **konkrétne požiadaviek uvedených v Prílohe B.1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky pre Časť II. predmetu zákazky**. V súlade s ust. § 48 Zákona Vám týmto v mene Verejného obstarávateľa poskytujeme nižšie uvedené vysvetlenie.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	Otázka: Verejný obstarávateľ požaduje v zákazke Materiálno technické vybavenie pre COVID19 - Medicínske prístroje a zariadenia, časť II. Celotelový USG prístroj s fúziou MRI – P.č 44 Transrektálna sonda s možnosťou fúzie. Z uvedeného názvu parametra jednoznačne nevyplýva, akú sondu Verejný obstarávateľ požaduje, preto žiadame Verejného obstarávateľa o ujasnenie či sa jedná o sondu biplanárnu typu Convex/Convex alebo o aký typ sondy sa jedná?
	Odpoveď: Verejný obstarávateľ požaduje Transrektálnu sondu s možnosťou fúzie typu Convex-Convex so zobrazením 2 rovín v reálnom čase.
2	Otázka: Verejný obstarávateľ požaduje v zákazke Materiálno technické vybavenie pre COVID19 - Medicínske prístroje a zariadenia, časť II. Celotelový USG prístroj s fúziou MRI – P.č 45 Transperineálna sonda s možnosťou fúzie. Z uvedeného názvu parametra jednoznačne nevyplýva, akú sondu Verejný obstarávateľ požaduje, preto žiadame Verejného obstarávateľa o ujasnenie či sa jedná o sondu biplanárnu typu Convex/Linear alebo o aký typ sondy sa jedná?



TATRA TENDER

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ požaduje Transperineálnu sondu s možnosťou fúzie typu Convex-Linear so zobrazením 2 rovín v reálnom čase.

S pozdravom,



TATRA TENDER
Tatra Tender s.r.o.
Krčméryho 16
811 04 Bratislava

Mgr. Lucia Štrbová
Tatra Tender s.r.o.