



TATRA TENDER

[všetkým známým záujemcom]

V Bratislave, dňa 24.02.2022

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 7

Verejný obstarávateľ **Nemocnica Poprad a. s., Banická 803/28, 058 45 Poprad, IČO: 36513458** (ďalej len „**Verejný obstarávateľ**“) vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „**Zákon**“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejneným v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie zo dňa 14.01.2022 pod zn. 2022/S 010-017947 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 10/2022 zo dňa 16.01.2022 pod značkou 2043 - MST (obe oznámenia ďalej spoločne ako „**Oznámenie**“) verejnú súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky s názvom „**Materiálno technické vybavenie pre COVID19 - Medicínske prístroje a zariadenia**“ (ďalej len „**Verejná súťaž**“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú Verejnú súťaž a na základe jeho poverenia vykonáva v jeho mene niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Dňa 17.02.2022 bola Verejnému obstarávateľovi jedným zo záujemcov doručená žiadosť o vysvetlenie podmienok uvedených v súťažných podkladoch, **konkrétne požiadaviek uvedených v Prílohe B.1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky pre Časť II. predmetu zákazky**. V súlade s ust. § 48 Zákona Vám týmto v mene Verejného obstarávateľa poskytujeme nižšie uvedené vysvetlenie.



Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	<p>Otázka:</p> <p>V Podrobnej špecifikácii zákazky pre časť II. Celotelový USG prístroj s fúziou MRI požadujete:</p> <p>v bode 3 Frekvenčný rozsah prístroja min. 2-20 MHz Bude verejný obstarávateľ akceptovať prístroj s frekvenčným rozsahom 1 - 18 MHz?</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Verejný obstarávateľ vykoná zmenu predmetného parametra zmenou súťažných podkladov, resp. Prílohy č. B.1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky pre časť II. formou samostatného úkonu.</p>
2	<p>Otázka:</p> <p>V Podrobnej špecifikácii zákazky pre časť II. Celotelový USG prístroj s fúziou MRI požadujete:</p> <p>... v bode 6 Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku min. 2 - 20 mm Bude verejný obstarávateľ akceptovať prístroj s veľkosťou vzorky merania rýchlosti toku 1 - 16 mm?</p> <p>Odpoveď:</p>



TATRATENDER

	Verejný obstarávateľ trvá na stanovenom parametri, keďže 16 mm je málo na kvalitné vyšetrenie ciiev.
--	--

S pozdravom,



TATRATENDER
Tatra Tender s.r.o.
Krčméryho 16
811 04 Bratislava

Mgr. Lucia Štrbová
Tatra Tender s.r.o.