

## Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1

Otázky týkajúce sa technickej špecifikácie prístroja:

**Defibrilátory vyššej triedy (B.1.1. Opis obstarávaných tovarov a technické požiadavky na ich zabezpečenie, B.1. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY):**

| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hodnota / charakteristika        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Monitorovanie EKG krivky min 6 zvod. káblom                                                                                                                                                                                                                                                        | áno                              |
| Interné pádla ( intraoperačné) min 3 rôznych veľkostí, bez aj s ovládaním na pádlach                                                                                                                                                                                                               | áno, pre komplexy operačných sál |
| Základné príslušenstvo k funkčnému celku vrátane batérie: <ul style="list-style-type: none"><li>- pevné pádla (dospelí 1 pár +detské 1 pár),</li><li>- jednorazové nalepovacie elektródy (3 ks dospelí) a kábel na pripojenie elektród,</li><li>- min 6 zvodový kábel pre EKG monitoring</li></ul> | áno                              |

### OTÁZKY

1. „Rozumiem tomu bodu správne, že verejný obstarávateľ požaduje snímanie min 6 EKG zvodov, ktoré sa budú následne môcť vytlačiť pomocou vstavanej tlačiarne?“

#### ODPOVEĎ

Pri monitorovaní EKG min. 6 zvodovým káblom sa budú môcť následne vytlačiť na vstavanej tlačiarne naraz aspoň 3 krivky, napr. v tlačovom móde 3+3.

2. „Požadované interné pádla /intraoperačné) min. 3 rôznych veľkostí majú byť dodané ku každému defibrilátoru alebo dodané v rámci celkového počtu defibrilátorov?“

#### ODPOVEĎ

Súčasťou dodávky je len základné príslušenstvo k funkčnému celku vrátane batérie (pevné pádla - dospelí 1 pár +detské 1 pár, jednorazové nalepovacie elektródy -3 ks dospelí a kábel na pripojenie elektród) uvedené v technickej špecifikácii. Vo všeobecnom popise prístroja však musí byť uvedené aj splnenie tejto požiadavky.

Otázky týkajúce sa technickej špecifikácie prístroja:

**Defibrilátory strednej triedy (B.1.1. Opis obstarávaných tovarov a technické požiadavky na ich zabezpečenie, B.1. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY):**

| Technické vlastnosti                                                                                                                                             | Hodnota / charakteristika |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Monitorovanie EKG krivky min 6 zvod. káblom                                                                                                                      | áno                       |
| Vstavaná 2-kanálová tlačiareň <ul style="list-style-type: none"><li>- rýchlosť tlače minimálne 25 mm/s +/- 5 %</li><li>- šírka papiera minimálne 50 mm</li></ul> | áno                       |

### OTÁZKY :

1. „Rozumiem tomu bodu správne, že verejný obstarávateľ požaduje snímanie min 6 EKG zvodov, ktoré sa budú následne môcť vytlačiť pomocou vstavanej tlačiarne?“

#### ODPOVEĎ

Pri monitorovaní EKG min. 6 zvodovým káblom sa budú môcť následne vytlačiť na vstavanej tlačiarne naraz aspoň 3 krivky, napr. pri monitorovaní 6 zvodovým káblom v tlačovom móde 3+3.