

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 (oprava vysvetlenia č. 1)

OTÁZKA

„Vo vysvetlení súťažných podkladov zo dňa 27/6/2022 sa v odpovedi na defibrilátory vyššej a strednej triedy uvádza :

Pri monitorovaní EKG min. 6 zvodovým káblom sa budú môcť následne vytlačiť na vstavanej tlačiarňi naraz aspoň 3 krivky, napr. v tlačovom móde 3+3.

V špecifikácii na tlačiareň je pri oboch typoch defibrilátorov (vyššej a strednej triedy) uvedené :

Vstavaná 2-kanálová tlačiareň

- rýchlosť tlače minimálne 25 mm/s +/- 5 %

- šírka papiera minimálne 50 mm"

Ktorú špecifikáciu zadávateľ bude požadovať za minimálnu?

ODPOVEĎ

Verejný obstarávateľ z dôvodu jednoznačnosti mení vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 27.06.2022:

OTÁZKA

1. „Rozumiem tomu bodu správne, že verejný obstarávateľ požaduje snímanie min 6 EKG zvodov, ktoré sa budú následne môcť vytlačiť pomocou vstavanej tlačiarne?"

ODPOVEĎ

Pri monitorovaní EKG min. 6 zvodovým káblom sa budú môcť následne vytlačiť na vstavanej tlačiarňi naraz aspoň 3 krivky, napr. v tlačovom móde 3+3.

nasledovne:

Pri monitorovaní EKG min. 6 zvodovým káblom sa budú môcť následne vytlačiť na vstavanej tlačiarňi naraz 2 krivky, napr. v tlačovom móde 2+2+2.