

### Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3

#### Otázka č. 1:

Verejný obstarávateľ uvádza v poskytnutých súťažných podkladoch pre vyššie uvedený predmet zákazky v časti B.1. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

B.1.1 Opis obstarávaných tovarov a technické požiadavky na ich zabezpečenie

Technická špecifikácia prístroja: Defibrilátory vyššej triedy

- Výdrž vstavanej plne nabitej batérie do jej vybitia
- výboj s maximálnou energiou (min.200J) minimálne 100 výbojov
- monitorovanie minimálne 180 minút
- kardiostimulácia 180 pulzov/min, 200 mA minimálne 120 minút

Tieto hodnoty verejný obstarávateľ považuje za minimálne hodnoty tj. za referenčnú východiskovú hodnotu?

#### Odpoveď:

Požiadavky definované v technických špecifikáciách sú minimálne

#### Otázka č. 2:

Verejný obstarávateľ uvádza v poskytnutých súťažných podkladoch pre vyššie uvedený predmet zákazky v časti B.1. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

B.1.1 Opis obstarávaných tovarov a technické požiadavky na ich zabezpečenie

Technická špecifikácia prístroja: Defibrilátory vyššej triedy

- Doba nabíjania batérie na 100% maximálne 3 hodiny

Verejný obstarávateľ bude akceptovať úmerne vyššiu hodnotu nabíjania batérie, ak batéria viacnásobne prekročí minimálne požiadavky na výdrž plne nenabitej batérie do jej vybitia napr.

- výboj s maximálnou energiou (300J) 200 výbojov
- monitorovanie 240 minút
- kardiostimulácia 180 pulzov/min, 200 mA 180 minút

Prípadne má verejný obstarávateľ prehodnotiť požiadavku na „Doba nabíjania batérie na 90% maximálne do 3 hodín ?

#### Odpoveď:

V súlade s § 42 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní bude verejný obstarávateľ akceptovať ponuku, ak uchádzač vo svojej ponuke preukáže vrátane dôkazov, že navrhované riešenie rovnocenným spôsobom vyhovuje požiadavkám definovaným v technických špecifikáciách,

#### Otázka č. 3:

Verejný obstarávateľ uvádza v poskytnutých súťažných podkladoch pre vyššie uvedený predmet zákazky v časti B.1. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

B.1.1 Opis obstarávaných tovarov a technické požiadavky na ich zabezpečenie

Technická špecifikácia prístroja: Defibrilátory vyššej triedy

Požiadavka verejného obstarávateľa v bode „Hmotnosť funkčného celku vrátane batérie a pádiel“ a v bode „Výdrž vstavanej plne nabitej batérie do jej vybitia“ je metúca. V prvom prípade obstarávateľ uviesť hodnotu vrátane batérie (z požiadavky vyplýva, že akceptuje vymeniteľnú batériu a nie vstavanú batériu) v druhom bode verejný obstarávateľ požaduje vstavanú batériu.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať ponuku aj s vymeniteľnou batériou?

#### Odpoveď:

V súlade s § 42 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní bude verejný obstarávateľ akceptovať ponuku, ak uchádzač vo svojej ponuke preukáže vrátane dôkazov, že navrhované riešenie rovnocenným spôsobom vyhovuje požiadavkám definovaným v technických špecifikáciách,

#### Otázka č. 4:

Verejný obstarávateľ uvádza v poskytnutých súťažných podkladoch pre vyššie uvedený predmet zákazky v časti B.1. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

B.1.1 Opis obstarávaných tovarov a technické požiadavky na ich zabezpečenie

Technická špecifikácia prístroja: Defibrilátory strednej triedy

- Výdrž vstavanej plne nabitej batérie do jej vybitia

- výboj s maximálnou energiou (min.200J) minimálne 100 výbojov
  - monitorovanie minimálne 180 minút
  - kardiostimulácia 180 pulzov/min, 200 mA minimálne 120 minút
- Tieto hodnoty verejný obstarávateľ považuje za minimálne hodnoty tj. za referenčnú východiskovú hodnotu?

**Odpoveď:**

Požiadavky definované v technických špecifikáciách sú minimálne

**Otázka č. 5:**

Verejný obstarávateľ uvádza v poskytnutých súťažných podkladoch pre vyššie uvedený predmet zákazky v časti B.1. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

B.1.1 Opis obstarávaných tovarov a technické požiadavky na ich zabezpečenie  
Technická špecifikácia prístroja: Defibrilátory strednej triedy

- Doba nabíjania batérie na 100% maximálne 3 hodiny

Verejný obstarávateľ bude akceptovať úmerne vyššiu hodnotu nabíjania batérie, ak batéria viacnásobne prekročí minimálne požiadavky na výdrž plne nenabitej batérie do jej vybitia napr.

- výboj s maximálnou energiou (300J) 200 výbojov
- monitorovanie 240 minút

Prípadne má verejný obstarávateľ prehodnotiť požiadavku na „Doba nabíjania batérie na 90% maximálne do 3 hodín ?

**Odpoveď:**

V súlade s § 42 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní bude verejný obstarávateľ akceptovať ponuku, ak uchádzač vo svojej ponuke preukáže vrátane dôkazov, že navrhované riešenie rovnocenným spôsobom vyhovuje požiadavkám definovaným v technických špecifikáciách,

**Otázka č. 6:**

Verejný obstarávateľ uvádza v poskytnutých súťažných podkladoch pre vyššie uvedený predmet zákazky v časti B.1. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

B.1.1 Opis obstarávaných tovarov a technické požiadavky na ich zabezpečenie  
Technická špecifikácia prístroja: Defibrilátory strednej triedy

Požiadavka verejného obstarávateľa v bode „Hmotnosť funkčného celku vrátane batérie a pádiel“ a v bode „Výdrž vstavanej plne nabitej batérie do jej vybitia“ je metúca. V prvom prípade obstarávateľ uviesť hodnotu vrátane batérie (z požiadavky vyplýva, že akceptuje vymeniteľnú batériu a nie vstavanú batériu) v druhom bode verejný obstarávateľ požaduje vstavanú batériu.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať ponuku aj s vymeniteľnou batériou?

**Odpoveď:**

V súlade s § 42 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní bude verejný obstarávateľ akceptovať ponuku, ak uchádzač vo svojej ponuke preukáže vrátane dôkazov, že navrhované riešenie rovnocenným spôsobom vyhovuje požiadavkám definovaným v technických špecifikáciách,

**Otázka č. 7:**

Verejný obstarávateľ uvádza v poskytnutých súťažných podkladoch pre vyššie uvedený predmet zákazky v A.2. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV v bode A.2.3 Technická alebo odborná spôsobilosť odsek 1.1 zoznam dodávok tovaru a poskytnutých služieb rovnakého druhu ako predmet zákazky za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom dodaní tovaru podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:

a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ - dokladom je referencia,

b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ. Ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, predloží vyhlásenie o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Za tovar rovnakého druhu ako predmet zákazky sa považuje tovar zodpovedajúci podkategórii 33182100-0 (Defibrilátory), 33182200-1 (Srdcovostimulačné prístroje) a 33182210-4 (Srdcové stimulatory) Spoločného slovníka obstarávania (CPV). Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača

referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie existujú.

Verejný obstarávateľ bude akceptovať preukázanie technickej odbornej spôsobilosti tovarom rovnakého druhu alebo podobného druhu aj monitory vitálnych funkcií? Nakoľko v požadovanej technickej špecifikácii a podmienka aj monitorovanie EKG, SpO2, CO2, HR, NIBP.

**Odpoveď:**

Nie. Monitor vitálnych funkcií nie je tovar rovnakého alebo podobného druhu ako defibrilátor. Slúži len na monitorovanie stavu pacienta.