

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4

„Verejný obstarávateľ uvádza v poskytnutých súťažných podkladoch pre vyššie uvedený predmet zákazky v časti B.1. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

B.1.1 Opis obstarávaných tovarov a technické požiadavky na ich zabezpečenie

Technická špecifikácia prístroja: Defibrilátory strednej triedy

Otázka č. 1:

meranie počtu pulzov v rozsahu 20 až 200 pulzov/min

Zariadenie, ktoré ponúkame má parameter v rozsahu 30 až 250 pulzov/ min. Bude verejný obstarávateľ akceptovať defibrilátor s nasledovnými parametrami a prehodnotí minimálne technické požiadavky?

Odpoveď:

V súlade s § 42 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní bude verejný obstarávateľ akceptovať ponuku, ak uchádzač vo svojej ponuke preukáže vrátane dôkazov, že navrhované riešenie rovnocenným spôsobom vyhovuje požiadavkám definovaným v technických špecifikáciách,

Otázka č. 2

- *Dátový manažment- export dát na pamäťové médium (SD karta) a bluetooth*

Zariadenie, ktoré ponúkame má export dát cez USB port. Bude verejný obstarávateľ akceptovať defibrilátor s nasledovnými parametrami a bude akceptovať ponúkaný ekvivalent?

Odpoveď :

Súťažné podklady sú zverejnené v znení:

„Dátový manažment - export dát na pamäťové médium (SD karta) a bluetooth alebo pamäťové médium s rozhraním typu USB a Wi-Fi alebo ekvivalentné riešenie – áno“

Otázka č.3

- *Mechanická odolnosť minimálne EN 1789+A2:2014, resp . obdobná*

Žiadame preto o vysvetlenie, čo je zamýšľané pod touto požiadavkou.

Odpoveď :

Mechanická odolnosť pri uvedenej norme sa týka odolnosti zdravotníckych prístrojov voči vonkajším podmienkam (vlhkosť, nárazom, hlučnosť, teplota, vibráciám...), pretože je určený aj na kardiopulmálnu resuscitáciu pri transporte pacienta a tiež aj pre prípadné použitie minimálne vyškolenými osobami, napr. študentov medicíny...