

Opis predmetu zákazky – časť 4

Centrum pre pokročilé terapie chronických zápalových ochorení pohybového aparátu

Poradové číslo	Požadovaná minimálna technická špecifikácia	Ponúkaná technická špecifikácia - <i>vlastný návrh plnenia</i>
01	Príslušenstvo k bioreaktoru Príslušenstvo k bioreaktoru – rozšírenie o senzor umožňujúci sledovanie a reguláciu pH a DO, kompatibilný s bioreaktorovým systémom Xuri WAVE 25. Súčasťou dodávky IQ/OQ dokumentácia vrátane validácie.	Príslušenstvo k bioreaktoru – GE Healthcare - Bag Sensor Adaptor 2.5m Assy Príslušenstvo k bioreaktoru – rozšírenie o senzor umožňujúci sledovanie a reguláciu pH a DO, kompatibilný s bioreaktorovým systémom Xuri WAVE 25. Súčasťou dodávky IQ/OQ dokumentácia vrátane validácie.
02	Elevačný motorizovaný stôl Elevačný motorizovaný stôl kompatibilný so zariadením GE Healthcare Optima XR646, <ul style="list-style-type: none"> - veľkosť dosky stola min. 240x90 cm, - rozsah motorického vertikálneho pohybu stola min. 50 až 80 cm, - rozsah pozdĺžneho pohybu stola min. ± 30 cm, - rozsah bočného pohybu stola ± 14 cm, - rozsah pohybu detektora v stole min. 80 cm, - funkcia autotrackingu a autopositioningu, - integrované zariadenie tzv. „bucky“ clony v stole, - antirozptylová mriežka s ohniskovou vzdialenosťou min. 100 cm, mriežka minimálne 7 lp/cm, - nosnosť stola minimálne 300 kg. 	Elevačný motorizovaný stôl – GE Healthcare – Optima XR646 Elevačný motorizovaný stôl kompatibilný so zariadením GE Healthcare Optima XR646, <ul style="list-style-type: none"> - veľkosť dosky stola 240x93 cm, - rozsah motorického vertikálneho pohybu stola 50 až 85 cm, - rozsah pozdĺžneho pohybu stola ± 34 cm, - rozsah bočného pohybu stola ± 14 cm, - rozsah pohybu detektora v stole 85 cm, - funkcia autotrackingu a autopositioningu, - integrované zariadenie tzv. „bucky“ clony v stole, - antirozptylová mriežka s ohniskovou vzdialenosťou 100 cm, mriežka 7 lp/cm, - nosnosť stola 320 kg.

Spoločnosť LABO – SK zabezpečí záručný aj pozáručný servis a servisné prehliadky v rozsahu stanovenom výrobcom.

V Bratislave, dňa 07.04.2022

Návrh plnenia predmetu zákazky

