Príloha č. 3 – Opis predmetu zákazky: Časť 3

Výťah na zdvíhanie pacientov, nastaviteľný do viacerých výšok

Výťah na zdvíhanie pacientov, nastaviteľný do viacerých výšok,

- materiál Al,
- nastavenie do troch výšok,
- bezdrôtový diaľkový ovládač ručný,
- mechanická a elektrická funkcia núdzového spustenia,
- LDS Liko diagnostic system,
- max. zaťaženie do min. 205 kg,
- rýchlosť zdvihu so zaťažením 4,2 cm/sek.,
- akumulátorové články NiMH 2,2 Ah,
- vstavaná nabíjačka akumulátoru,
- motor 24 V,
- základňa motora 24 V,
- na kolieskach, min. predné brzdené – dvojitá brzda,
- dosah ručného ovládača min. 2 m,
- ochranná trieda IP54,
- max. hlučnosť 46 dB.

Trakčný stôl

Zostava trojdielneho trakčného stola a trakčnej jednotky,

- výška stola nastaviteľná pomocou elektromotora,
- bezpečnostný kryt motora
- nožný diel posuvný 0 – 15 cm,
- vrátane držiaka trakčnej jednotky,
- hlavový diel nastaviteľný pomocou plynovej vzpery,
- trakčná jednotka, vzostupné a zostupné kroky,
- digitálny displej,
- natáčacia obrazovka v uhle 270°,
- variabilný ťah motora 30, 50 a 100%,
- statické, prerušované a cyklické trakčné programy,
- mosnosť min. 170 kg.