

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

Verejný obstarávateľ vykonal v mesiaci 04/2022 prípravnú trhovú konzultáciu (ďalej len "PTK") na predmet zákazky „**Ultrazvukový prístroj vyššej strednej triedy so softvérovým vybavením vrátane pozáručného servisu**“ za účelom získania prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

1.1 Názov predmetu zákazky:

Ultrazvukový prístroj vyššej strednej triedy so softvérovým vybavením vrátane pozáručného servisu

1.2 CPV:

- 33112340-3 Echokardiografy
- 33141641-5 Sondy
- 51410000-9 Inštalácia lekárskeho zariadení
- 50421000-2 Oprava a údržba lekárskeho zariadení
- 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1.3 Druh:

tovar, služba

2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Ultrazvukový prístroj vyššej strednej triedy so softvérovým vybavením vrátane pozáručného servisu

3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Rozdelenie predmetu zákazky

3.1.a) Rozdelenie na časti:

- Áno
- Nie

3.1.b) Zoznam položiek:

Poradové číslo	Názov položky predmetu zákazky	Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie
Položka č. 1	Ultrazvukový prístroj vyššej strednej triedy so softvérovým vybavením vrátane pozáručného servisu	1 ks
Položka č. 2	Pozáručný servis pre položku č. 1	60 mesiac

3.2 Dostupnosť na trhu:

- Bežná dostupnosť
- Nie bežná dostupnosť

4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Pôvodné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK	Dodávateľ č. 1	Dodávateľ č. 2	Dodávateľ č. 3	Dodávateľ č. 4	Dodávateľ č. 5	Dodávateľ č. 6	DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
	BLUEMED s.r.o. Nevädzová 17211, Bratislava 821 01	TradeMedical, a.s. Fraňa Mojtú 1 Nitra 949 01	INTES Poprad s.r.o. Nám. Sv. Egidia 95 Poprad 058 01	UNIQUE Medical s.r.o. Stará Vajnorská 1367/4 Bratislava 831 04	WEGA-MS, spol. s r.o. Pálenická 1/601 Moravany nad Váhom 922 21	Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/B Karlova Ves 841 04	
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	Uchádzač uvedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nesplňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivaletnej hodnoty	Uchádzač uvedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nesplňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivaletnej hodnoty	Uchádzač uvedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nesplňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivaletnej hodnoty	Uchádzač uvedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nesplňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivaletnej hodnoty	Uchádzač uvedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nesplňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivaletnej hodnoty	Uchádzač uvedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nesplňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivaletnej hodnoty	Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky
Položka č.1 - Ultrazvukový prístroj vyššej strednej triedy pre angiologické vyšetrenia so softvérovým vybavením	Položka č.1	Položka č.1	Položka č.1	Položka č.1	Položka č.1	Položka č.1	Položka č.1 - Ultrazvukový prístroj vyššej strednej triedy pre angiologické vyšetrenia so softvérovým vybavením
1. Ultrazvukový prístroj s plne digitálnym systémom, s digitálnym spracovaním signálov a digitálnym formovaním ultrazvukového lúča	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Verejný obstarávateľ prehodnotil požiadavky na predmet zákazky "Ultrazvukový prístroj vyššej strednej triedy so softvérovým vybavením vrátane pozáručného servisu" a následne upravil predmetnú špecifikáciu. Na uvedený predmet zákazky bude opakovane vyhlásené PTK.
2. Sondy vysielajúce a prijímajúce frekvencie celého ich frekvenčného pásma súčasne (širokopásmová „broadband“ technológia)	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	
3. LCD displej na artikuláčnom ramene minimálne 21 " s rozlíšením minimálne 1920 x 1080 pixelov	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	spĺňa, 21,5 palca s rozlíšením 1920x1080 pixelov	spĺňa	
4. Frekvenčný rozsah celého prístroja 1-20 MHz	spĺňa, 1-22 MHz	spĺňa	áno	spĺňa	spĺňa, 1-24 MHz	spĺňa	
5. 4 ks aktívne porty pre pripojenie sond	spĺňa, 4 ks	spĺňa	áno, 5 ks	spĺňa	spĺňa, 4 ks	spĺňa	
6. Intuitívne ovládanie cez konzolu ovládacieho panela a tiež pomocou LCD farebného dotykového displeja	spĺňa, 12 palcový	spĺňa	áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	
7. Funkcie zobrazovania a pracovné módy:	xx	spĺňa	áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	
7.1 Maximálna vzorkovacia frekvencia 2d zobrazenia do 1900Hz	spĺňa, 1900 MHz	spĺňa	zle zadaný parameter, ak máme lepšiu hodnotu nespĺňame	spĺňa	spĺňa, 6 600 Hz	spĺňa	
7.2 CFM 2D farebné dopplerovské mapovanie prietokov vrátane merania rýchlosti toku (maximálna vzorkovacia frekvencia do 240 Hz)	spĺňa, 220 Hz	spĺňa	zle zadaný parameter, ak máme lepšiu hodnotu nespĺňame	spĺňa	spĺňa, 410 Hz	spĺňa	
7.3 Kontinuálny Doppler (CW)	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	
7.4 Pulzný doppler vrátane high PRF (PW)	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	
7.5 Energetický (Power) doppler vrátane CPA s možnosťou rozlíšenia smeru toku	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	
7.6 M–mód a Anatomický M–mód s ľubovoľne meniteľnou rovinou rezu v reálnom čase	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	
7.7 Trapezoidné zobrazenie	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	
7.8 Harmonické zobrazenie	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	
7.9 Duplexný a triplexný mód	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	
7.10 Kontinuálny zoom minimálne so 16 násobným zväčšením na živom i zmrazenom obraze	spĺňa, 16x	nesplňa, 10x	áno	spĺňa	spĺňa	nesplňa, 10 násobné zväčšenie	
7.11 HD zoom	spĺňa	nesplňa, Spot zoom (write zoom), Pan zoom (read zoom)	áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	
7.12 Hĺbka zobrazenia až do 40 cm	spĺňa, 40 cm	spĺňa	áno	spĺňa	spĺňa, 44 cm	nesplňa, 35 cm	

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

8.	Softvérové vybavenie:	xx	xx	xx	xx	spĺňa	spĺňa
8.1	Základné meranie a kalkulácie pre meranie dĺžok, meranie uhlov a kalkulácie obvodu, meranie objemu a plochy	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa
8.2	Automatické obkresľovanie rýchlostného spektra v reálnom čase s výpočtom EDV, PSV, PI a RI, TAMx, TAMn indexov aj na zmrazenom snímku	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa
8.3	Adaptívne spracovanie obrazu – potlačenie šumu/SPECKLE) využiteľné pre redukciu artefaktov a zvýšenie rozlíšenia obrazu	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa
8.4	Automatická optimalizácia obrazu pri CFM a B-móde	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa
8.5	Automatické dopplerovské výpočty v reálnom čase	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa
8.6	Tkanivový doppler s farebným mapovaním	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa
8.7	Automatické nastavenie dopplerovského uhla a jeho korekcia aj po zamrazení	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa
8.8	Rekonštrukcia rezov M-modu aj po zamrazení obrazu	spĺňa	nesplňa, rekonštrukcia po zmrazení nie	áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa
8.9	Integrované EKG	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa
9.	Konštrukcia prístroja a ovládanie:	xx	spĺňa	áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa
9.1	Ovládanie prístroja pomocou ovládacieho panelu s voľným výškovým a stranovým nastavením	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa
9.2	Voľný pohyb a nastavenie ovládacieho panela a zobrazovacej jednotky monitora	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa
9.3	Hmotnosť prístroja maximálne do 90 kg	spĺňa, 83,6 kg	spĺňa	áno	spĺňa	spĺňa, 85 kg	spĺňa
9.4	Minimálna hlučnosť počas prevádzky	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa
9.5	Možnosť bezproblémového transportu v rámci budovy – prenositeľný a vysoko portabilný	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa
10.	Spracovanie dát:	xx	spĺňa	áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa
10.1	Možnosť postprocessingu nasnímaných obrazov	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa
10.2	Integrovaná pamäť pre účely uchovávanía získaných obrazov a slučiek	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa
10.3	Funkcia retrospektívneho a prospektívneho nahrávania slučky	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa
10.4	Ukladanie obrazov a slučiek bez potreby zadania osobných údajov pacienta	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa
10.5	Možnosť archivácie získaných obrazov a slučiek na USB a DVD	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa
10.6	Možnosť pripojenia k archivačnému systému PACS - DICOM 3.0 protokol	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa
10.7	Možnosť importovania patientských dát z NIS - DICOM Worklist	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa
10.8	Čiernobiela termotlačiareň	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa
10.9	Prístroj umožňuje tvoríť reporty ako aj ich tlač na PC tlačiarňami	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa
10.10	Prístroj umožňuje pripojenie externého monitora pomocou Display portu	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa
11.	Prislušenstvo:	xx	xx	áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa
11.1	Konvexná sonda	xx	SC6-1E	áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa
11.1.1	Frekvenčný rozsah sondy 1 až 5 MHz	spĺňa, 1-5 MHz	nesplňa, 1,2 - 5.7 MHz	nie, 1,4 - 6 MHz	spĺňa	spĺňa, 1-8 MHz	spĺňa
11.1.2	2D, Pulzný Doppler, Color Doppler, High-PRF, Color Power Angio, SonoCT, XRES a multivariačné harmonické zobrazenie	spĺňa	spĺňa, 2D, Pulzný Doppler, Color Doppler, High-PRF, Color Power, iBeam, UWN, CEUS	áno	spĺňa	spĺňa	názvy technológií SonoCT a XRES priamo poukazujú na konkrétneho výrobcu
11.1.3	Vynikajúce zobrazovacie schopnosti všeobecných abdominálnych vyšetrení, vrátane vaskulárnych, s podporou shear wave elastografie a funkcie Biopsy guide pre navigáciu punkcií	spĺňa	spĺňa	nie, shear wave elastografia	spĺňa	spĺňa	spĺňa
11.1.4	Zorné pole FOV minimálne 110 stupňov	spĺňa, 111°	nesplňa, extended FOV 100°	nie, 70°	spĺňa	nesplňa, 105 stupňov	nesplňa, 70 stupňov
11.1.5	Podpora kontrastných vyšetrení	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa
11.2	Lineárna sonda pre cieвне vyšetrenia	xx	L12-3E	áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa
11.2.1	Frekvenčný rozsah sondy 3 až 12 MHz	spĺňa, 3-12 MHz	spĺňa, 3 - 13.5 MHz	nie, 2,4 - 10 MHz	spĺňa	nesplňa, 3-11 MHz	nesplňa, 3,6 - 12,9 MHz
11.2.2	Efektívna dĺžka otvoru minimálne 36 mm	spĺňa, 38 mm	spĺňa, 38 mm	áno, 45 mm	spĺňa	spĺňa, 39 mm	spĺňa
11.2.3	2D, PW, Color Doppler, Color Power Angio, vrátane smerového CPA, SonoCT, XRES Pro a harmonické zobrazenie	spĺňa	spĺňa, 2D, Pulzný Doppler, Color Doppler, High-PRF, Color Power, iBeam, UWN, CEUS	áno	spĺňa	spĺňa	názvy technológií SonoCT a XRES priamo poukazujú na konkrétneho výrobcu
11.2.4	Výborné zobrazovacie schopnosti u cieвных vyšetrení (carotid, vertebral prednastavený mód), periférnych cieвных vyšetrení (venous, arterial prednastavený mód) a muskuloskeletálnych vyšetrení	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa
11.2.5	Chirurgické vyšetrenia	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	spĺňa	Čo je konkrétne myslené pod touto požiadavkou?
11.2.6	Podporné funkcie ako Biopsy guide pre navigáciu punkcií	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	spĺňa	Máte na mysli punkčný adaptér na zavádzanie ihly alebo softvérové zobrazenie ihly?
11.3	Sektorová monokrystalická sonda	xx	SP5-1E	áno	spĺňa	spĺňa	nesplňa, 1,1 - 5 MHz
11.3.1	Frekvenčný rozsah sondy 1 až 5 MHz	spĺňa, 1-5 MHz	spĺňa, 1-5 MHz	nie, 1,5 - 4,6 MHz	spĺňa	spĺňa, 1-5 MHz	spĺňa
11.3.2	2D, CW Doppler, PW Doppler, Color Flow, Color Doppler, Tissue Doppler, XRES, a harmonické zobrazenie	spĺňa	spĺňa, 2D, CW Doppler, PW Doppler, Color Flow, Color Doppler, Tissue Doppler, UWN	áno	spĺňa	spĺňa	názov technológie XRES priamo poukazuje na konkrétneho výrobcu
11.3.3	Vynikajúce zobrazovacie schopnosti kardiologických vyšetrení	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa
11.3.4	Zorné pole FOV 90 stupňov	spĺňa, 90	spĺňa	120°	spĺňa	spĺňa	spĺňa
Položka č. 2 - Pozáručný servis pre položku č.1		xx	xx	xx	xx	spĺňa	xx
	Požaduje sa poskytovať službu (pozáručný servis) najmä v nasledovnom rozsahu:	spĺňa	áno	áno	spĺňa	akceptujem	spĺňa
1.	preventívna údržba systémov v počte 1-2 pracovných dní za kalendárny rok v rozsahu podľa manuálu určeného výrobcou systému,	spĺňa	áno	áno	spĺňa	akceptujem	spĺňa

Položka č. 2 - Pozáručný servis pre položku č.1

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

1.1	za účelom vykonania preventívnej údržby si zmluvné strany po uzatvorení zmluvy vypracujú Plán údržby, v ktorom sa dohodnú na termínoch pre preventívnu údržbu,	spĺňa	áno	áno	spĺňa	akceptujem	spĺňa
1.2	zmenu týchto termínov je možné uskutočniť len vzájomnou dohodou zmluvných strán, pričom takéto zmeny musia byť dohodnuté vždy včas, aby nebola narušená prevádzka objednávateľa.	spĺňa	áno	áno	spĺňa	akceptujem	spĺňa
2.	všetky práce spojené s opravami systémov,	spĺňa	áno	áno	spĺňa	akceptujem	spĺňa
3.	udržiavanie prevádzkyschopnosti hardwarovej časti systémov,	spĺňa	áno	áno	spĺňa	akceptujem	spĺňa
4.	servisný softwarový upgrade,	spĺňa	áno	áno	spĺňa	akceptujem	spĺňa
5.	elektrické revízie 1x ročne v zmysle platných právnych predpisov,	spĺňa	áno	áno	spĺňa	akceptujem	spĺňa
5.1	za účelom vykonania povinných revízií si zmluvné strany do 30 kalendárnych dní po uzatvorení zmluvy vypracujú Plán revízie, v ktorom sa dohodnú na termínoch vykonanie revízie (jednotlivé termíny zmluvné strany dohodnú tak, aby bola zabezpečená ich kontinuita),	spĺňa	áno	áno	spĺňa	akceptujem	spĺňa
5.2	zmenu týchto termínov je možné uskutočniť len vzájomnou dohodou zmluvných strán, pričom takéto zmeny musia byť dohodnuté vždy včas, aby nebola narušená prevádzka objednávateľa.	spĺňa	áno	áno	spĺňa	akceptujem	spĺňa
6.	cestovné a všetky náklady spojené s činnosťou servisného pracovníka počas výkonu činnosti uvedených v bode 1. až 5.	spĺňa	áno	áno	spĺňa	akceptujem	spĺňa
7.	bez náhradných dielov a príslušenstva (SONDY).	spĺňa	áno	áno	spĺňa	akceptujem	spĺňa

5. MINIMÁLNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

Pôvodné zmluvné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK		BLUEMED s.r.o. Nevädzová 17211, Bratislava 821 01	TradeMedical, a.s. Fraňa Mojtú 1 Nitra 949 01	INTES Poprad s.r.o. Nám. Sv. Egidia 95 Poprad 058 01	UNIQUE Medical s.r.o. Stará Vajnorská 1367/4 Bratislava 831 04	WEGA-MS, spol. s r.o. Pálenická 1/601 Moravany nad Váhom 922 21	Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/B Karlova Ves 841 04	DEFINITÍVNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa:		Uchádzač uvedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky V prípade, ak požiadavku neakceptuje, dodávateľ uviedol "neakceptujem" a NÁVRH nového znenia hodnoty	Uchádzač uvedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky V prípade, ak požiadavku neakceptuje, dodávateľ uviedol "neakceptujem" a NÁVRH nového znenia hodnoty	Uchádzač uvedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky V prípade, ak požiadavku neakceptuje, dodávateľ uviedol "neakceptujem" a NÁVRH nového znenia hodnoty	Uchádzač uvedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky V prípade, ak požiadavku neakceptuje, dodávateľ uviedol "neakceptujem" a NÁVRH nového znenia hodnoty	Uchádzač uvedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky V prípade, ak požiadavku neakceptuje, dodávateľ uviedol "neakceptujem" a NÁVRH nového znenia hodnoty	Uchádzač uvedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky V prípade, ak požiadavku neakceptuje, dodávateľ uviedol "neakceptujem" a NÁVRH nového znenia hodnoty	Požaduje sa:
1.	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy a o poskytovaní pozárúčného servisu.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem	
2.	Požaduje sa dodanie zariadenia:	xx	xx	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem	
2.1	do tridsiatich (30) pracovných dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy resp. odo dňa doručenia Oznámenia o splnení objednávateľom stanovených podmienok a požiadaviek na predmet zákazky dodávateľovi (ďalej len "Oznámenie"),	akceptujem	neakceptujem, min. 90 dní	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem	pre príp. problémy v SCM navrhujeme úpravu dodacej lehoty do 60 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy resp. odo dňa doručenia oznámenia
2.2	v pracovných dňoch,	akceptujem		áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem	
2.3	v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem	
2.4	do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem	
2.5	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem	
2.6	s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky (ak bola vystavená), číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠUKL (ak je to relevantné). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EU (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem	
3.	Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia zariadenia prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu zariadenia.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem	
4.	Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia zariadenia prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu zariadenia.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem	
5.	Súčasťou záväzku dodávateľa podľa bodu 2. je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie zariadenia na stanovený účel, a to najmä, no nie len:	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem	
5.1	návod na použitie zariadenia v slovenskom jazyku (resp. v českom jazyku),	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem	
5.2	záručný list,	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem	
5.3	preberací (akceptačný) protokol,	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem	
5.4	inštaláčny protokol,	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem	
5.5	protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou zariadenia.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem	
6.	Súčasťou dodania zariadenia a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientске pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem	

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

7.	Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "zariadenie") komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je zariadenie uvedené do prevádzky. Uvedenie zariadenia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť zariadenie využívané na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
8.	Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za zariadenie vykonávať dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na zariadenie za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii zariadenia. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
8.1	oprava vád a porúch zariadenia, t.j. uvedenie zariadenia do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
8.2	dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom,	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
8.3	vykonanie štandardných vylepšení zariadenia odporúčaných a predpísaných výrobcom zariadenia podľa rozhodnutia dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisný update softwarového vybavenia zariadenia, zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti objednávateľa,	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
8.4	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke zariadenia, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov,	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
8.5	vykonanie validácií a kalibrácií zariadenia (resp. jeho relevantných častí) s peridicitou podľa odporúčenia výrobcu zariadenia, min. však jedenkrát ročne,	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
8.6	vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky s výnimkou vád uvedených v bode 30. tejto časti zmluvných požiadaviek,	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
8.7	vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
8.8	práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia v rámci zabezpečenia záručného servisu,	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
8.9	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia, vrátane generálnej opravy,	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
8.10	technická telefonická podpora v pracovných dňoch v rozsahu podľa bodu 7. tejto časti zmluvných požiadaviek, a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní zariadenia prostredníctvom klientskeho pracoviska dodávateľa dvadsaťštyri (24) hodín denne a sedem (7) dní v týždni, pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
9.	Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie zariadenia do dvadsiatichštyroch (24) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
9.1	V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia, je dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do dvanástich (12) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
10.	Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
10.1	oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do štyridsiatichštyroch (48) hodín,	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
10.2	oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do sedemdesiatichdvoch (72) hodín.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
11.	Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť zariadenie do bežnej prevádzky v lehotách vyššie uvedených. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má objednávateľ právo požadovať od dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
11.1	nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu : 50,-€ (slovom: päťdesiat Eur) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 10% kúpnej ceny zariadenia, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania dodávateľa,	akceptujem	neakceptujem, nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu: 5 € za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 0,10% kúpnej ceny	áno	zmluvná pokuta 50 € za každú začatú hodinu omeškania je veľmi neštandardná a vysoká, preto navrhujeme pokutu vo výške 10€/h, kt. je na trhu oveľa zaužívanejšia a optimálna	akceptujem	neakceptujem
11.2	nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady : 50,-€ (päťdesiat Eur) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 10% kúpnej ceny zariadenia, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania dodávateľa.	akceptujem	neakceptujem, nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu: 5 € za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 0,10% kúpnej ceny	áno	zmluvná pokuta 50 € za každú začatú hod. je veľmi neštandardná a vysoká, preto navrhujeme pokutu vo výške 10€/h, kt. je na trhu oveľa zaužívanejšia a optimálna	akceptujem	akceptujem
12.	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na zariadení počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientskeho pracoviska dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska dodávateľa je fax, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia faxovej správy dodávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

13.	V prípade použitia emailovej správy kvôli nedostupnosti telefónnej linky, ktorú tvrdí objednávateľ, je dodávateľ povinný preukázať, že telefónna linka bola dostupná, pokiaľ nebude súhlasiť s tvrdením objednávateľa o nedostupnosti tejto linky. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za nedostupnosť telefónnej linky v prípade, ak dôjde k výpadku poskytovaných telekomunikačných služieb a dodávateľ túto skutočnosť preukáže objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu zariadenia tiež zaslaním emailovej správy na vyššie uvedenú emailovú adresu dodávateľa.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
14.	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelných pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
15.	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby zariadenia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
16.	Požaduje sa poskytovanie pozáručného servisu pre položku č. 1 po dobu 5 rokov (60 kalendárnych mesiacov), pričom za začiatok tohto poskytovania sa považuje deň nasledujúci po poslednom dni záručnej doby.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
17.	Požaduje sa poskytovať pozáručný servis najmä v rozsahu uvedenom v časti TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY pri položke č. 2	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
18.	Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku objednávateľa, pričom ak nie je možné službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady dodávateľa na mieste určenom dodávateľom, ktoré však bude vopred oznámené objednávateľovi.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
19.	Požaduje sa vykonávať pozáručnú servisnú starostlivosť v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 17:00 hod, ak sa objednávateľ a dodávateľ nedohodnú inak.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
20.	Požaduje sa, aby v prípade vykonania opravy, na ktorú objednávateľ dodávateľa vopred upozorní, bola oprava vykonaná nasledovne:	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
20.1	nástup na výkon opravy do dvadsiatichštyroch (24) hodín od nahlásenia vady/poruchy v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 17:00 hod.,	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
20.2	výkon samotnej opravy do sedemdesiatichdvoch (72) hodín od nahlásenia vady/poruchy v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 17:00 hod., okrem prípadu, ak sa objednávateľ s dodávateľom nedohodnú inak alebo ak na výkon opravy je potrebný náhradný diel, súčiastka alebo iná vec, ktorej obstaranie alebo vykonanie trvá viac ako sedemdesiatdva (72) hodín.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
21.	Požaduje sa, aby po ukončení konkrétnej činnosti pozáručnej servisnej starostlivosti si servisný pracovník nechal potvrdiť rozsah poskytnutej služby s uvedením dátumu poskytnutej služby u zodpovednej osoby objednávateľa. Jedna kópia takto potvrdenej služby ostáva k dispozícii objednávateľovi.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
22.	Požaduje sa služby pozáručnej starostlivosti vykonávať v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu zariadenia.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
23.	Požaduje sa garantovať prevádzkyschopnosť zariadenia minimálne 95% počas doby poskytovania pozáručných služieb.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
24.	Požaduje sa, aby počas trvania zmluvy dodávateľ vykonával autorizovaný servis.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
25.	Požaduje sa, aby počas trvania zmluvy dodávateľ vykonával činnosti uvedené v zmluve prostredníctvom osôb / servisných technikov s odborným výškolením výrobcu zariadenia.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
26.	Požaduje sa, aby dodávateľ mal počas trvania zmluvy uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním služieb pozáručnej servisnej starostlivosti podľa uzatvorenej zmluvy s poistným krytím minimálne vo výške zmluvnej ceny za služby pozáručnej servisnej starostlivosti.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
27.	Požaduje sa vyhotovenie návrhu kalkulácie servisu v súlade s uzatvorenou zmluvou ku každej objednávke. Objednávateľ musí odsúhlasiť cenu a rozsah opravy, najneskôr v lehote do troch (3) kalendárnych dní odo dňa doručenia návrhu kalkulácie servisu. V prípade, ak súhlas v uvedenej lehote dodávateľovi neoznámí alebo ak oznámí, že o opravu už nemá záujem, dodávateľ je povinný zariadenie objednávateľovi bezodkladne vrátiť, čím objednávku objednávateľa odmietne.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
28.	Požaduje sa poskytnutie zodpovednosti za vady servisných služieb podľa Obchodného zákonníka a tiež záruky za akosť na servisné služby.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
29.	Požaduje sa poskytnutie minimálne 3-mesačnej záručnej doby na servisné práce od vykonania opravy a 6-mesačnej záručnej doby na dodané náhradné diely od vykonania opravy.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
30.	Dodávateľ za vady servisnej služby nezodpovedá v prípade, ak boli spôsobené:	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
30.1	v dôsledku živelných pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu alebo	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
30.2	inštaláciou, prevádzkou a údržbou zariadenia v rozpore s návodom na obsluhu alebo	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
30.3	neoprávneným zásahom tretích osôb alebo	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
30.4	prevádzkovaním zariadenia v prostredí, ktoré je v rozpore s technickými podmienkami stanovenými výrobcu, príp. dodávateľom.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
31.	Dodávateľ je povinný oznámiť príchod pracovníkov na výkon pred začatím každého servisného výkonu, a to kontaktnej osobe objednávateľa. Informácia o kontaktnej osobe objednávateľa bude zaslaná dodávateľovi bezprostredne po uzatvorení zmluvy.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
32.	Požaduje sa v prípade náhradných dielov v každom osobitnom prípade súhlas objednávateľa s kúpou a montážou náhradného dielu a odsúhlasenie jeho ceny.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
33.	V prípade, ak objednávateľ na základe prieskumu trhu zistí, že:	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
33.1	cenová ponuka iného dodávateľa je nižšia ako ponuka dodávateľa, objednávateľ vyzve dodávateľa na rokovanie o znížení ceny náhradného dielu. Ak sa zmluvné strany na znížení ceny náhradného dielu nedohodnú, objednávateľ je oprávnený náhradný diel zakúpiť od dodávateľa, ktorý v prieskume trhu ponúkol nižšiu cenu náhradného dielu,	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	neakceptujem
33.2	nedisponuje inou ponukou ako je ponuka dodávateľa a zároveň cena náhradného dielu nie je vyššia ako 10% oproti cene uvedenej v Prilohe č. 1 - Kalkulácia ceny, objednávateľ je oprávnený pristúpiť k vystaveniu objednávky.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
34.	Požaduje sa, aby výsledná cena predmetu zákazky ponúknutá dodávateľom bola v súlade s aktuálne (t.j. v čase lehoty na predkladanie ponúk) obvyklou trhovou cenou predmetu zákazky.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
35.	Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u dodávateľa vo výške vzniknutého finančného rozdielu výslednej ceny predmetu zákazky a obvyklej trhovej ceny predmetu zákazky v prípade nedodržania požiadavky uvedenej v bode 34. tejto časti zmluvných požiadaviek.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

36.	Požaduje sa dohodnutie kúpnej ceny za zariadenie a zmluvnej ceny za pozáručný servis v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách, pričom budú maximálnymi a záväznými počas platnosti uzatvorenej zmluvy.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
37.	Dodávateľ je povinný k faktúre za dodanie zariadenia priložiť kópiu preberacieho protokolu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s preberacím protokolom. Povinnou súčasťou faktúry za služby, ktoré sú predmetom Položky č. 2 je zmluvnými stranami potvrdený rozsah poskytnutej služby s uvedením dátumu jej poskytnutia v príslušnom kalendárnom mesiaci.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
38.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodané zariadenie a za poskytnuté služby, ktoré sú predmetom Položky č. 2. v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu zariadenia, resp. k poskytnutiu služby, ktorá je predmetom Položky č. 2, podľa uzatvorenej zmluvy.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
39.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicke na e-mailovú adresu: podatelna@vusch.sk . Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dižnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
40.	Pozáručný servis (služby, ktoré sú predmetom Položky č. 2) bude hrađený formou mesačných paušálnych odmien uvedených v Prílohe č. 1 - Kalkulácia ceny.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
41.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V prípade úhrady faktúry za dodanie zariadenia objednávateľom do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, sa dodávateľ zaväzuje vystaviť dobropis vo výške ... %* z faktúrovanej sumy. *V prípade, ak sa predávajúci rozhodne kupujúcemu poskytnúť zľavu za tzv. predčasnú úhradu (t. t. úhradu pred uplynutím lehoty splatnosti), uvedie výšku %, v akaj bude zľava z faktúrovanej sumy poskytnutá. Ak takúto zľavu predávajúci nechce poskytnúť, uvedie 0%.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
42.	Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného zariadenia a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením zariadenia do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim, prevodom vlastníctva k zariadeniu na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
43.	Zmluvná cena za pozáručný servis zahŕňa celkovú logistiku súvisiacu so servisom zariadenia, dopravné a balné náklady, vrátane cestovných nákladov servisného technika do miesta dodania služby a späť a zároveň zvoz do servisného centra a rozvoz opraveného zariadenia.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
44.	V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v uzatvorenej zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa zmluvy bude viac ako 5 % v neprospech ceny podľa zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa zmluvy a nižšou cenou.	akceptujem	akceptujem	áno	neakceptujem, V navrhovanej predbežnej požiadavke (tak ako je naformulovaná - "v minulosti", t.j. aký časový priestor? 1-2 mesiace? 2-3 roky?), nespĺňate zákonnú požiadavku časového súbehu pre relevantný trh. Rovnako tvorbu ceny ovplyvňuje viacero faktorov, ktoré sa plynutím času menia (nemôžeme podmienky z minulosti automaticky preklápať do súčasnosti). Takisto nie je v predbežnej požiadavke zadefinované "porovnateľné plnenie" takže nejde určiť, čo sa má rozumieť pod týmto pojmom. Celá formulácia tejto požiadavky je zmlotčná, pripúšťa viacero výkladov. Navrhujeme tento bod preformulovať na jasné parametre, alebo úplne odstrániť.	akceptujem	akceptujem
44.1	Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v bode 44. týchto zmluvných požiadaviek, doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená podľa bodu 44. týchto zmluvných požiadaviek. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok objednávateľovi doručený, vyhradzuje si objednávateľ právo zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou jeden (1) mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého (1.) dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.	akceptujem	akceptujem	áno	neakceptujem, nadväznosť na bod 44	akceptujem	akceptujem
45.	Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným uchádzačom (t.j. dodávateľom) po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, resp. po elektronickej aukcii stane: 1. uchádzač, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú verejný obstarávateľ nakupuje alebo nakupoval od dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
45.1	verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle verejný obstarávateľ uchádzačovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknuť ceny;	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
45.2	verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť s uchádzačom zmluvný vzťah a zrušiť verejnú obstarávanie v príslušnej časti predmetu zákazky a v prípade, ak je to relevantné odstúpiť od zmluvy.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
46.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

47.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbvavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nepĺnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto nepĺnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
48.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
49.	Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej rámcovej dohody. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania rámcovej dohody. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem
	Záujemca/Uchádzač/Člen skupiny dodávateľov sa zaväzuje dodržiavať etické zásady uvedené v Etickom kódexe záujemcu/uchádzača/člena skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (ďalej len "Etický kódex") zverejnený na webovom sídle objednávateľa/kupujúceho www.vusch.sk .	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	akceptujem

6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY / VZORKY

Pôvodné minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK	BLUEMED s.r.o. Nevädzová 17211, 821 01 Bratislava	TradeMedical, a.s. Fraňa Mojtu 1 Nitra 949 01	INTES Poprad s.r.o. Nám. Sv. Egídia 95 Poprad 058 01	UNIQUE Medical s.r.o. Stará Vajnorská 1367/4 Bratislava 831 04	WEGA-MS, spol. s r.o. Pálenická 1/601 Moravany nad Váhom 922 21	Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/B Karlova Ves 841 04	DEFINITÍVNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY / VZORKY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu	Požaduje sa:
1.	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
2.	Prospektový materiál	akceptujem	akceptujem	áno	akceptujem	akceptujem	Prospektový materiál