



Východoslovenský ústav srdcových  
a cievnych chorôb, a.s.

P. O. Box 35, Ondavská 8, 040 11 Košice



Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/☎

Košice

VZ/00028/OVO/2019

Mgr. Dana Kapáková  
055/611 71 12

04.01.2019

Vec:

**Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov - 3**

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „verejný obstarávateľ“) vyhlásil prostredníctvom Európskeho vestníka č. 2018/S 236-539009 zo dňa 07.12.2018 a Vestníka pre verejné obstarávanie č. 242/2018 zo dňa 10.12.2018 pod označením 17680-MST verejné obstarávanie nadlimitnej zákazky zadávanej postupom reverznej verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom je „Diagnostika pre biochemické vyšetrenie vrátane kúpy biochemického a imunochemického analyzátoru“.

Verejnému obstarávateľovi bola doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov zo strany jedného zo záujemcov, na ktorú verejný obstarávateľ v súlade s ust. § 55 ods. 2 ZVO v zákonnej lehote poskytuje nasledovnú odpoveď:

**Otázka č. 1**

Obstarávateľ v súbore s názvom OPRAVA prílohy k súťažným obkladom zo dňa 21.12.2018, príloha 4, Položka č. 1 - Diagnostické reagenty pre základné biochemické vyšetrenia, v bodoch 7,8,9,11 a zároveň Položka č. 3 - Diagnostické reagenty pre imunochemické vyšetrenia, v bodoch 4,5,6,8 uvádza: „Uchádzač stanoví predpokladaný počet kalibrátorov, kontrol, prevádzkových roztokov a spotrebného materiálu na príslušný počet testov na 48 mesiacov.“

Môže verejný obstarávateľ upresniť, akým spôsobom a kde má predpokladaný počet kalibrátorov, kontrol, prevádzkových roztokov a spotrebného materiálu na príslušný počet testov na 48 mesiacov uchádzač uviesť?

**Odpoveď na otázku č. 1**

Uchádzač uvedie do Prílohy č. 4 – Špecifikácia predmetu zákazky informáciu, či spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom stanovené požiadavky. Číselné hodnoty (informácie) o predpokladanom počte na obdobie 48 mesiacov uchádzač uvedie do dokladu s názvom „Zoznam predpokladaného počtu diagnostických reagentov, kalibrátorov, kontrol, prevádzkových roztokov a spotrebného materiálu“, ktorý predloží v súlade s bodom 6.8 časť C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ ponecháva na uchádzača akú podobu bude mať uvedený dokument. Dokument musí obsahovať všetky údaje požadované v bode 6.8.

**Otázka č. 2**

V prílohe 4, položke č.3, riadok 89 verejný obstarávateľ uvádza parameter NT-proBNP. Je možné zo strany obstarávateľa akceptovať stanovenie parametra BNP ako alternatívy?

Odpoveď na otázku č. 2


Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnej požiadavke (NT-proBNP) stanovenej verejným obstarávateľom.

**Otázka č. 3**

Bude VO akceptovať predloženie požadovanej dokumentácie (ES vyhlásenie o zhode) v jazyku výrobcu, t.j. v anglickom jazyku, nakoľko sa jedná o jazyk používaný odbornou verejnosťou?

Odpoveď na otázku č. 3

Verejný obstarávateľ neakceptuje predloženie ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu v anglickom jazyku. ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu uchádzač predloží v súlade s bodom 13 Časť A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov a bodom 6.4 Časť C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

  
**Ing. Marián Albert, MBA**  
riaditeľ Sekcie ekonomiky a prevádzky  
Východoslovenský ústav srdcových a  
cievných chorôb, a.s.