



Všetkým zájemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/☎

Košice

VZ/00821/OVO/2019

Mgr. Dana Kapáková
055/611 71 12

11.01.2019

Vec:

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov - 5

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „verejný obstarávateľ“) vyhlásil prostredníctvom Európskeho vestníka č. 2018/S 236-539009 zo dňa 07.12.2018 a Vestníka pre verejné obstarávanie č. 242/2018 zo dňa 10.12.2018 pod označením 17680-MST verejné obstarávanie nadlimitnej zákazky zadávanej postupom reverznej verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom je „Diagnostika pre biochemické vyšetrenie vrátane kúpy biochemického a imunochemického analyzátoru“.

Verejnému obstarávateľovi bola doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov zo strany jedného zo záujemcov, na ktorú verejný obstarávateľ v súlade s ust. § 55 ods. 2 ZVO v zákonnej lehote poskytuje nasledovnú odpoveď:

Otázka č. 1

Verejný obstarávateľ v návrhu Rámcovej dohody uvádza vo viacerých bodoch (napr. Článok 3 Podmienky dodania bod 1.5, Článok 5 Platobné podmienky bod 3) požiadavku uvádzania kódov MR SR a ŠUKL. Z dôvodu ako bol uvedený už v PT požiadavky na kódy ŠUKL a MZ SR nie sú relevantné pre obstarávanie laboratórnej diagnostiky, môže verejný obstarávateľ upraviť znenie zmluvy?

Odpoveď na otázku č. 1

Verejný obstarávateľ upravil znenie návrhu rámcovej dohody. Opravy sú v návrhu rámcovej dohody označené farebne. Opravené súťažné podklady sú zverejnené v systéme JOSEPHINE v časti Dokumenty.

Otázka č. 2

Verejný obstarávateľ v Návrhu Rámcovej dohody v článku 6 Osobitné ustanovenia o určení ceny plnenia sa odvoláva na dodatočnú úpravu cien v dôsledku aktuálneho cenového opatrenia MZ SR. Diagnostické zdravotnícke pomôcky nepodliehajú regulácií cien Cenového opatrenia MZ SR a ani nie sú súčasťou aktuálneho platného Zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov alebo aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou. Preto prosíme o vypustenie, resp. preformulovanie bodov v Návrhu Rámcovej dohody v čl. 6, ktoré sa odvolávajú na úpravu cien v rámci regulácie cien Cenového opatrenia MZ SR.

Odpoveď na otázku č. 2

Verejný obstarávateľ upravil znenie návrhu rámcovej dohody. Opravy sú v návrhu rámcovej dohody označené farebne. Opravené súťažné podklady sú zverejnené v systéme JOSEPHINE v časti Dokumenty.

Otázka č. 3

V Súťažných podkladoch v Prílohe č. 4 v ods. Položka č. 2 - Biochemický analyzátor, riadok 2 požaduje obstarávateľ po Opravách vlnovú dĺžku 340-800nm, bude obstarávateľ akceptovať analyzátor s rozsahom 293-700 nm?

Odpoveď na otázku č. 3

Áno, verejný obstarávateľ akceptuje pre položku č. 2 Biochemický analyzátor vlnovú dĺžku 293-700 nm. Verejný obstarávateľ akceptuje všetky hodnoty menšie ako 340 nm.

Otázka č. 4

V Súťažných podkladoch v Prílohe č. 4 v ods. Položka č. 2 - Biochemický analyzátor, riadok 11 požaduje obstarávateľ po Opravách Objem vzorky v rozpätí 1,5-40 ul, pričom v odpovediach boli uvedené aj iné rozpätia (1,5-35ul), bude obstarávateľ akceptovať analyzátor s rozsahom 2,0-60 ul?

Odpoveď na otázku č. 4

Áno, verejný obstarávateľ akceptuje pre položku č. 2 Biochemický analyzátor objem vzorky v rozsahu 2,0-60 µl. Verejný obstarávateľ upravuje pôvodnú hodnotu (1,5-40 µl) na novú hodnotu 1,5- 60 µl.

Pozn.: Verejný stanovil pre položku č. 2 Biochemický analyzátor objem vzorky v rozsahu 2-40 µl (pôvodná hodnota). Na základe žiadosti o vysvetlenie zo dňa 12.12.2018 verejný obstarávateľ upravil pôvodnú hodnotu (2-40 µl) na novú hodnotu 1,5-40 µl, aby táto nová hodnota nebola pre záujemcov diskriminačná.

Verejný obstarávateľ na základe vyššie uvedeného vysvetlenia súťažných podkladov zverejňuje opravené súťažné podklady a prílohy k súťažným podkladom v systéme JOSEPHINE v časti Dokumenty.



Ing. Marián Albert, MBA
riaditeľ Sekcie ekonomiky a prevádzky
Východoslovenský ústav srdcových a
cievných chorôb, a.s.