

**Z Á P I S N I C A čast' 3.**

**o vyhodnotení ponúk v nadlimitnej reverznej jednoobáľkovej verejnej súťaži  
zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania 165/2016 pod číslom: 12462–MST zo  
dňa: 25.8.2016. „CT prístroje pre potreby nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti  
verejného sektora“.**

Predmet obstarávania: **CT prístroje pre potreby nemocníc v zriaďovateľskej  
pôsobnosti verejného sektora**  
Forma obstarávania: **NADLIMITNÁ REVERZNÁ JEDNOOBÁĽKOVÁ  
VEREJNÁ SÚŤAŽ**  
Označenie súťaže (heslo): **„CT prístroje pre potreby nemocníc v zriaďovateľskej  
pôsobnosti verejného sektora“**

**a) Komisia stanovená nariadením riaditeľa verejného obstarávania MZSR, zo dňa 10.10.2016:**

- predseda komisie: Martin Smatana MSc.
- členovia komisie: MUDr. Ivan Vulev, Ph.D., MPH  
doc. MUDr. Peter Bořuta, CSc  
Ing. Martin Kunderát  
MUDr. Katarína Kafková  
MUDr. Štefan Zelník, PhD.

**b) zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku a zistené nedostatky**

**ČASŤ 1.**

<b>P.č.</b>	<b>UCHÁDZAČ</b>	<b>Ponuka uchádzača</b>
<b>1</b>	AUDIOSCAN, s.r.o.	624 613,20
<b>2</b>	S&T Slovakia s.r.o.	1 201 248,07
<b>3</b>	Siemens Healthcare	936 631,07
<b>4</b>	INTES Poprad, s.r.o.	907 700,00

**Ponuka uchádzača AUDIOSCAN, s.r.o. a zistené nedostatky:**

Uchádzač vysvetlil zistené nedostatky v ponuke zaslaním hodnotiaceho formulára, ktorý obsahoval správne zaokrúhlené ceny.

Uchádzač vysvetlil mimoriadne nízku ponuku.

Uchádzač opätovne vo svojej ponuke predložil nesprávne znenie rámcovej dohody.

Uchádzač v hodnotiacom formulári neuviedol žiadne hodnoty vo viacerých položkách a menil znenie hodnotiaceho formulára.

Ponuka uchádzača S&T Slovakia s.r.o. a zistené nedostatky:

Uchádzač vysvetlil zistené nedostatky v ponuke.

Ponuka uchádzača Siemens Healthcare a zistené nedostatky:

Uchádzač vysvetlil zistené nedostatky v ponuke.

## ČASŤ 2.

P.č.	UCHÁDZAČ	Ponuka uchádzača
1	AUDIOSCAN, s.r.o.	672 895,20
2	S&T Slovakia s.r.o.	1 339 889,27
3	Siemens Healthcare	1 160 549,73
4	INTES Poprad, s.r.o.	1 159 700,00

Ponuka uchádzača AUDIOSCAN, s.r.o. a zistené nedostatky:

Uchádzač vysvetlil zistené nedostatky v ponuke zaslaním hodnotiaceho formulára, ktorý obsahoval správne zaokrúhlené ceny.

Uchádzač vysvetlil mimoriadne nízku ponuku.

Uchádzač opätovne vo svojej ponuke predložil nesprávne znenie rámcovej dohody.

Uchádzač v hodnotiacom formulári neuviedol žiadne hodnoty vo viacerých položkách a menil znenie hodnotiaceho formulára.

Ponuka uchádzača S&T Slovakia s.r.o. a zistené nedostatky:

Uchádzač vysvetlil zistené nedostatky v ponuke.

Ponuka uchádzača Siemens Healthcare a zistené nedostatky:

Uchádzač vysvetlil zistené nedostatky v ponuke.

ČASŤ 3.

P.č.	UCHÁDZAČ	Ponuka uchádzača
1	AUDIOSCAN, s.r.o.	1 424 133,60
2	S&T Slovakia s.r.o.	1 959 799,87
3	Siemens Healthcare	1 233 995,73
4	INTES Poprad, s.r.o.	1 639 700,00

Ponuka uchádzača AUDIOSCAN, s.r.o. a zistené nedostatky:

Uchádzač vysvetlil zistené nedostatky v ponuke zaslaním hodnotiaceho formulára, ktorý obsahoval správne zaokrúhlené ceny.

Uchádzač vysvetlil mimoriadne nízku ponuku.

Uchádzač opätovne vo svojej ponuke predložil nesprávne znenie rámcovej dohody.

Uchádzač v hodnotiacom formulári neuviedol žiadne hodnoty vo viacerých položkách a menil znenie hodnotiaceho formulára.

Uchádzač v opise predmetu zákazky v položke:

Priestorové rozlíšenie pre 50% MTF	lp/cm	väčšie alebo rovné 9	
------------------------------------	-------	----------------------	--

Uviedol hodnotu **8,1** a teda nesplnil podmienku **väčšie alebo rovné 9**.

Ponuka uchádzača S&T Slovakia s.r.o. a zistené nedostatky:

Uchádzač vysvetlil zistené nedostatky v ponuke.

Ponuka uchádzača Siemens Healthcare a zistené nedostatky:

Uchádzač vysvetlil zistené nedostatky v ponuke.

Uchádzač vysvetlil mimoriadne nízku ponuku.

Ponuka uchádzača INTES Poprad, s.r.o. a zistené nedostatky:

Uchádzač vysvetlil zistené nedostatky v ponuke.

#### ČASŤ 4.

P.č.	UCHÁDZAČ	Ponuka uchádzača
1	AUDIOSCAN, s.r.o.	1 933 563,60
2	S&T Slovakia s.r.o.	2 393 567,60
3	INTES Poprad, s.r.o.	2 047 700,00

Ponuka uchádzača AUDIOSCAN, s.r.o. a zistené nedostatky:

Uchádzač vysvetlil zistené nedostatky v ponuke zaslaním hodnotiaceho formulára, ktorý obsahoval správne zaokrúhlené ceny.

Uchádzač vysvetlil mimoriadne nízku ponuku.

Uchádzač opätovne vo svojej ponuke predložil nesprávne znenie rámcovej dohody.

Uchádzač v hodnotiacom formulári neuviedol žiadne hodnoty vo viacerých položkách a menil znenie hodnotiaceho formulára.

Ponuka uchádzača S&T Slovakia s.r.o. a zistené nedostatky:

Uchádzač vysvetlil zistené nedostatky v ponuke.

#### ČASŤ 5.

P.č.	UCHÁDZAČ	Ponuka uchádzača
1	AUDIOSCAN, s.r.o.	2 194 204,00
2	MEDITRADE spol. s r.o.	2 472 786,00
3	INTES Poprad, s.r.o.	2 383 700,00

Ponuka uchádzača AUDIOSCAN, s.r.o. a zistené nedostatky:

Uchádzač vysvetlil zistené nedostatky v ponuke zaslaním hodnotiaceho formulára, ktorý obsahoval správne zaokrúhlené ceny.

Uchádzač vysvetlil mimoriadne nízku ponuku.

Uchádzač opätovne vo svojej ponuke predložil nesprávne znenie rámcovej dohody.

Uchádzač v hodnotiacom formulári neuviedol žiadne hodnoty vo viacerých položkách a menil znenie hodnotiaceho formulára.

Ponuka uchádzača MEDITRADE spol. s r.o. a zistené nedostatky:

Uchádzač vysvetlil zistené nedostatky v ponuke.

c) zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:

ČASŤ 3. AUDIOSCAN, s.r.o. v zmysle §53 ods. 5 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač v opise predmetu zákazky v položke:

Priestorové rozlíšenie pre 50% MTF	lp/cm	väčšie alebo rovné 9	
------------------------------------	-------	----------------------	--

Uviedol hodnotu **8,1** a teda nesplnil podmienku **väčšie alebo rovné 9**.

Komisia vyzve uchádzača v zmysle §53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní na vysvetlenie ponuky. Komisia sa uzniesla na ďalšom zasadnutí komisie dňa 21.11.2016 o 10:00.

V Bratislave dňa: 14. novembra 2016

**Predseda komisie :** Martin Smatana MSc. ....

**Člen komisie :** MUDr. Ivan Vulev, Ph.D., MPH .....

**Člen komisie :** doc. MUDr. Peter Bořuta, CSc. ....

**Člen komisie :** Ing. Martin Kunderát .....

**Člen komisie :** MUDr. Katarína Kafková .....

**Člen komisie :** MUDr. Štefan Zelník, PhD. ....

Zapísal: Ing. Ondrej Kuruc, PhD.

Dňa:

Vzal na vedomie:

Dňa:

**JUDr. Miroslav Boháč**

riaditeľ Odboru verejného obstarávania