

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

Verejný obstarávateľ vykonal v **mesiaci 05-09/2022** prípravnú trhovú konzultáciu (ďalej len "PTK") na Vami požadovaný predmet zákazky „**Digitálny RTG prístroj so stropným závesom**“ za účelom získania prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú, resp. po korekcii pôvodnej technickej špecifikácie budú spĺňať Vami definované požiadavky na predmet zákazky.

Oznámenie o PTK bolo zverejnené na webovej stránke www.vusch.sk a www.josephine.proebiz.com.
 Verejný obstarávateľ zaslal výzvu na účasť v PTK 5 potencionálnym dodávateľom. Prostredníctvom sw. Josephine sa o PTK zaujímali 2 ďalší dodávatelia.
 Svoju ponuku predložili 3 potencionálni dodávatelia.

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

1.1 Názov predmetu zákazky:

Digitálny RTG prístroj so stropným závesom

1.2 CPV:

33111000-1 Röntgenové prístroje

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1.3 Druh:

tovar

2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Digitálny RTG prístroj so stropným závesom.

3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Rozdelenie predmetu zákazky

3.1.a) Rozdelenie na časti:

Áno

Nie

3.1.b) Zoznam položiek:

Poradové číslo	Názov položky predmetu zákazky	MJ	Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie
Položka č. 1	Digitálny RTG prístroj so stropným závesom	ks	1
Položka č. 2	Pozáručný servis pre položku č.1	ks	60

3.2 Dostupnosť na trhu:

Bežná dostupnosť

Nie bežná dostupnosť

4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

				Dodávateľ č. 1	Dodávateľ č. 2	Dodávateľ č. 3				
Pôvodné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK				MEDITRADE spol. s r. o. Levočská 1/2101 Bratislava 851 01	S & T CEE Holding s.r.o. (S&T Slovakia s.r.o.) Mlynské nivy 71 821 05 Bratislava	Siemens Healthcare s. r. o. Lamačská cesta 3/B Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04	DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY			
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky				Uchádzač uvedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nespĺňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivaletnej hodnoty	Uchádzač uvedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nespĺňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivaletnej hodnoty	Uchádzač uvedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nespĺňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivaletnej hodnoty	Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky			
Položka č.1 - Digitálny RTG prístroj so stropným závesom		Hodnota parametra		Položka č.1	Položka č.1	Položka č.1	Položka č.1 - Digitálny RTG prístroj so stropným závesom		Hodnota parametra	
		Minimum	Maximum				Minimum	Maximum		
1. Základné údaje		xxx		xxx	xxx	xxx	1. Základné údaje		xxx	
1.1	Digitálny RTG prístroj so stropným závesom	-	-	spĺňa / Definium Tempo Plus	áno	spĺňa	1.1	Digitálny RTG prístroj so stropným závesom	-	-

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

1.2	Digitálny RTG prístroj na vyšetrenie pacientov v ľahu, stojí a na posteli	-	-	spĺňa	áno	spĺňa	1.2	Digitálny RTG prístroj na vyšetrenie pacientov v ľahu, stojí a na posteli	-	-
1.3	Digitálny RTG prístroj musí byť vybavený bezdrôtovým detektorom s prenosom dát pomocou WI-FI v stole, zabudovaným alebo vyberateľným detektorom do vertikálneho státiu a výkonným rtg generátorom	-	-	spĺňa / WiFi vyberateľný FlashPad detektor pre stôl aj vertikálny státiu	áno	spĺňa	1.3	Digitálny RTG prístroj musí byť vybavený bezdrôtovým detektorom s prenosom dát pomocou WI-FI v stole, zabudovaným alebo vyberateľným detektorom do vertikálneho státiu a výkonným rtg generátorom	-	-
1.4	Pohyby RTG žiariča musia byť synchronne s pohybom detektora	-	-	spĺňa / autotracking	áno	spĺňa	1.4	Pohyby RTG žiariča musia byť synchronne s pohybom detektora	-	-
1.5	Zariadenie musí umožňovať aj vyhotovenie nesymetrických snímok hrudníka na zabezpečenie menšej radiačnej záťaže pacienta	-	-	spĺňa	áno	spĺňa	1.5	Zariadenie musí umožňovať aj vyhotovenie nesymetrických snímok hrudníka na zabezpečenie menšej radiačnej záťaže pacienta	-	-
1.6	Súčasťou RTG prístroja je digitálny výškovo nastaviteľný stôl s možnosťou použitia bezdrôtového plochého detektora a plávajúcou úložnou doskou.	-	-	spĺňa	áno	spĺňa	1.6	Súčasťou RTG prístroja je digitálny výškovo nastaviteľný stôl s možnosťou použitia bezdrôtového plochého detektora a plávajúcou úložnou doskou.	-	-
1.7	Vertikálny pohyb stropného státiu musí byť synchronný s pohybom vyšetrovacieho náradia ako aj pri zhotovení asymetrických snímok.	-	-	spĺňa	áno	spĺňa	1.7	Vertikálny pohyb stropného státiu musí byť synchronný s pohybom vyšetrovacieho náradia ako aj pri zhotovení asymetrických snímok.	-	-
1.8	Stropný záves RTG žiariča s automatickou kolimáciou žiarenia, teleskopickým predĺžením a ručným ovládaním.	-	-	spĺňa / automatická aj manuálna kolimácia, motorizované teleskopické predĺženie (vertikálny pohyb stropného závesu) a motorizovaný náklon/uhol RTG žiariča, manuálne pohyby stropného závesu horizontálny, priečny, okolo osi	áno	spĺňa	1.8	Stropný záves RTG žiariča s automatickou kolimáciou žiarenia, teleskopickým predĺžením a ručným ovládaním.	-	-
1.9	Stropný záves vybavený dotykovým LCD displejom pre zobrazovanie a ovládanie expozičných parametrov	-	-	spĺňa / 12" displej: zobrazenie a ovládanie: expozičné parametre, worklist (zadávanie pacienta, nastavenie vyšetrenia, výber protokolu, nastavenie polohy a úpravy techniky), zobrazenie: snímanie (stôl, Vertigraf, posteľ), parametrov (SID, uhol, otočenie okolo osi, orientácia detektora, FOV), patientske informácie	áno	spĺňa	1.9	Stropný záves vybavený dotykovým LCD displejom pre zobrazovanie a ovládanie expozičných parametrov	-	-
1.10	Systém sledovania kolimácie z pohľadu RTG zväzku so zobrazením na displeji na RTG lampe aj v obsluhovni	-	-	spĺňa / možnosť dokúpenia live steramovacej kamery s obrazom na monitore akvizicnej stanice	áno	spĺňa	1.10	Systém sledovania kolimácie z pohľadu RTG zväzku so zobrazením na displeji na RTG lampe aj v obsluhovni	-	-
2. Výkonný RTG generátor o výkone		80 kW	-	spĺňa / 80 kW	áno / 80 kW	spĺňa / 80 kW	2. Výkonný RTG generátor o výkone		80 kW	-
2.1	Generátor, expozičné napätie, rozsah:	40 kVp	150 kVp	spĺňa / 40 - 150 kVp	áno / 40-150 kVp	spĺňa / 40 kVp - 150 kVp	2.1	Generátor, expozičné napätie, rozsah:	40 kVp	150 kVp
2.2	Generátor, maximálny prúd pri 80 kV	900 mA	-	spĺňa / 1000 mA	áno / 1000 mA	spĺňa / 1000 mA	2.2	Generátor, maximálny prúd pri 80 kV	900 mA	-
2.3	rozsah nastavenia mAs minimalne od 10 do 630, bez určenia maximálnej hodnoty	10 mA - 630 mAs	-	spĺňa / 0,25 mAs - 630 mAs	áno / 0,4 mA - 850 mAs	spĺňa / 0,5 mA - 1000 mAs	2.3	rozsah nastavenia mAs minimalne od 10 do 630, bez určenia maximálnej hodnoty	10 mA - 630 mAs	-
2.4	Možnosť manuálneho nastavenia parametrov generátora	-	-	spĺňa	áno	spĺňa	2.4	Možnosť manuálneho nastavenia parametrov generátora	-	-
2.5	Orgánovo programová radiografia (APR)	-	-	spĺňa	áno	spĺňa	2.5	Orgánovo programová radiografia (APR)	-	-
2.6	Generátor musí byť plne integrovaný do systému obrazového zobrazenia vrátane orgánových programov	-	-	spĺňa	áno	spĺňa	2.6	Generátor musí byť plne integrovaný do systému obrazového zobrazenia vrátane orgánových programov	-	-
2.7	Automatická kontrola expozičie s meracími komôrkami v patientskom stole aj v digitálnom vertigrafe	-	-	spĺňa / AEC	áno	spĺňa	2.7	Automatická kontrola expozičie s meracími komôrkami v patientskom stole aj v digitálnom vertigrafe	-	-
2.8	Systém tzv. bezmriežkového snímkovania pomocou software na WiFi detektore	-	-	spĺňa / sw Auto Grid	áno	spĺňa	2.8	Systém tzv. bezmriežkového snímkovania pomocou software na WiFi detektore	-	-

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

2.9	Dual energy alebo software na potlačenie kostných štruktúr pri snímkoch hrudníka	-	-	spĺňa / seftvér a hardvér pre získanie 3 diagnostických obrazov (snímka mäkkých tkanív, snímka kostí a štandardná snímka kostí a mäkkých tkanív) - z jednej akvizície pri snímkovaní hrudníka alebo brucha pomocou dvoch expozícií a dvoma rôznymi energetickými úrovňami	áno	spĺňa / SW na potlačenie	2.9	Dual energy alebo software na potlačenie kostných štruktúr pri snímkoch hrudníka	-	-
3. RTG žiarič: tepelná kapacita anódy		300 kWh	-	spĺňa / 350 kWh	áno / 300 kWh	spĺňa / 350 kWh	3. RTG žiarič: tepelná kapacita anódy		300 kWh	-
3.1	Tepelná kapacita RTG žiariča	1,5 MHU	-	spĺňa / 1,5 MHU	áno / 2,3 MHU	nespĺňa / 1,35 MHU	3.1	Tepelná kapacita RTG žiariča	1,35 MHU	-
3.2	Veľkosť malého ohniska:	-	0,6 mm	spĺňa / 0,6 mm	áno / 0,6 mm	spĺňa / 0,6 mm	3.2	Veľkosť malého ohniska:	-	0,6 mm
3.3	Výkon malého ohniska:	30 kW	-	spĺňa / 32 kW	áno / 33 kW	spĺňa / 34 kW	3.3	Výkon malého ohniska:	30 kW	-
3.4	Veľkosť veľkého ohniska:	-	1,3 mm	spĺňa / 1,3 mm	áno / 1,2 mm	spĺňa / 1,2 mm	3.4	Veľkosť veľkého ohniska:	-	1,3 mm
3.5	Otáčky anódy RTG žiariča	8000 rpm	-	spĺňa / 10000 rpm	áno / 8000	spĺňa / 9000 rpm	3.5	Otáčky anódy RTG žiariča	8000 rpm	-
3.6	Výkon veľkého ohniska RTG žiariča	96 kW	-	spĺňa / 96 kW	áno / 100 kW	nespĺňa / 80 kW	3.6	Výkon veľkého ohniska RTG žiariča	80 kW	-
3.7	Možnosť použitia dodatočných minimálne dvoch Cu filtrov s parametrami 0,1 a 0,2 mm	-	-	spĺňa / 0,1 mm, 0,2 mm, 0,3 mm	áno / 0,1 a 0,2 mm	spĺňa	3.7	Možnosť použitia dodatočných minimálne dvoch Cu filtrov s parametrami 0,1 a 0,2 mm	-	-
3.8	DAP: aktívny zápis k obrazu	-	-	spĺňa	áno	spĺňa	3.8	DAP: aktívny zápis k obrazu	-	-
4. Stropný statív RTG žiariča: pozdĺžny pohyb		3000 mm	-	spĺňa / 4700 mm, manuálny pohyb	áno / 3260 mm	spĺňa / 3520 mm	4. Stropný statív RTG žiariča: pozdĺžny pohyb		3000 mm	-
4.1	Priečny pohyb	1450 mm	-	spĺňa / 1900 mm, manuálny pohyb	áno / 1490 mm	spĺňa / 2150 mm	4.1	Priečny pohyb	1450 mm	-
4.2	Motorický vertikálny pohyb	1 600 mm	-	spĺňa / 1600 mm, manuálny pohyb	áno / 1 650 mm	spĺňa / 1800 mm	4.2	Motorický vertikálny pohyb	1 600 mm	-
4.3	Vertikálna rotácia RTG lampy: +/-	± 180°	-	nespĺňa / +180° / -135° (rotácia okolo stĺpa)	áno / ± 180°	spĺňa / -154°/+182°	4.3	Vertikálna rotácia RTG lampy minimálne 180 stupňov	-	-
4.4	Horizontálna rotácia RTG lampy, rozsah +/-	± 115°	-	spĺňa / +180° / -135° (uhlová rotácia RTG lampy)	áno / ± 115°	spĺňa / ± 120°	4.4	Horizontálna rotácia RTG lampy, rozsah +/-	± 115°	-
4.5	Stropný záves RTG žiariča na kofajniciach s voľným pohybom po vyšetrovacej miestnosti	-	-	spĺňa	áno	spĺňa	4.5	Stropný záves RTG žiariča na kofajniciach s voľným pohybom po vyšetrovacej miestnosti	-	-
5. Pacientský stôl s prenosným plochým detektorom s rozmerom aktívnej plochy detektora		340x420 mm	-	spĺňa / vyberateľný detektor, 349,6 mm x 426 mm	áno / 344x421 mm	spĺňa / 348x424 mm	5. Pacientský stôl s prenosným plochým detektorom s rozmerom aktívnej plochy detektora		340x420 mm	-
5.1	Veľkosť pixela plochého detektora	-	150 μm	spĺňa / 100 μm s rozlíšením 5 lp/mm	áno / 148 μm	spĺňa / 148 μm	5.1	Veľkosť pixela plochého detektora	-	150 μm
5.2	Počet aktívnych pixelov na plochom detektore	2300x2800	-	spĺňa / 3524 x 4288 pixelov	áno / 2330x2846 pixela	spĺňa / 2350x2866	5.2	Počet aktívnych pixelov na plochom detektore	2300x2800	-
5.3	Vodotesnosť detektora	IPX3	-	spĺňa / IPX4	áno / IPX4	spĺňa	5.3	Vodotesnosť detektora	IPX3	-
5.4	Nosnosť stola	300 kg	-	spĺňa / 350 kg	áno / 335 kg	spĺňa	5.4	Nosnosť stola	300 kg	-
5.5	Rozmery dosky stola:	750 mm x 2200 mm	-	spĺňa / 850 mm x 2350 mm	áno / 750 mm x 2400 mm	spĺňa	5.5	Rozmery dosky stola:	750 mm x 2200 mm	-
5.6	Rozsah pozdĺžny pohyb dosky:	± 340mm	-	spĺňa / 1110 mm (± 555 mm)	áno / ± 600mm	spĺňa / 440	5.6	Rozsah pozdĺžny pohyb dosky:	± 340mm	-
5.7	Rozsah transversálny pohyb dosky:	± 110 mm	-	spĺňa / 220 mm (± 110 mm)	áno / ± 180 mm	spĺňa / 140	5.7	Rozsah transversálny pohyb dosky:	± 110 mm	-
5.8	Rozsah nastavenia výšky stola	580 mm - 850 mm	-	spĺňa / 580 mm - 900 mm	áno / 510 mm - 915 mm	spĺňa / 515-900	5.8	Rozsah nastavenia výšky stola	580 mm - 850 mm	-
6. Vertikálny statív: pohyb stredu plochého detektora od podlahy v rozsahu		350 mm - 1700 mm	-	spĺňa / 285 - 1750 mm	áno / 350 mm - 1850 mm	spĺňa / 315 - 1750	6. Vertikálny statív: pohyb stredu plochého detektora od podlahy v rozsahu		350 mm - 1700 mm	-
6.1	Sklápanie statívu v rozsahu	-20°/+90°	-	spĺňa	áno / +90° až -20°	spĺňa / (-20°/+90°)	6.1	Sklápanie statívu v rozsahu	-20°/+90°	-
6.2	zabudovaný, alebo vyberateľný detektor s rozmerom aktívnej plochy	420 mm x 420 mm	-	spĺňa / vyberateľný detektor 426 mm x 426 mm	áno / 420 mm x 435 mm	spĺňa / 426 mm x 426 mm	6.2	zabudovaný, alebo vyberateľný detektor s rozmerom aktívnej plochy	420 mm x 420 mm	-

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

6.3	Veľkosť pixela plochého detektora	-	150 μM	spĺňa / 100 μM	áno / 148 μM	spĺňa / 139 μM	6.3	Veľkosť pixela plochého detektora	-	150 μM
6.4	Počet aktívnych pixelov na plochom detektore	2800x2800	-	spĺňa / 4288 x 4288 pixelov	áno / 2840x2874	spĺňa / 3070x3070	6.4	Počet aktívnych pixelov na plochom detektore	2800x2800	-
8. Akvizičná pracovná stanica - kapacita pamäte RAM				spĺňa / 32 GB	áno / 16 GB	spĺňa	7. Akvizičná pracovná stanica - kapacita pamäte RAM			
8.1	Operačný systém: Windows alebo Linux	-	-	spĺňa / Linux	áno / Windows	spĺňa	7.1	Operačný systém: Windows alebo Linux	-	-
8.2	Rozmer obrazovky monitora akvizičnej stanice	19-24"	-	spĺňa / 24"	áno / 21"	spĺňa / 23,8"	7.2	Rozmer obrazovky monitora akvizičnej stanice	19-24"	-
8.3	Čas zobrazenia obrazu po expozícii:	-	4 sek	spĺňa / 2 sek	áno / 3 sek	spĺňa	7.3	Čas zobrazenia obrazu po expozícii:	-	4 sek
8.4	Integrácia do PACS	-	-	spĺňa	áno	spĺňa	7.4	Integrácia do PACS	-	-
9. Technologický rozvádzač a projekt elektroinštalácie súčasťou dodávky RTG prístroja				spĺňa	áno	spĺňa	8. Technologický rozvádzač a projekt elektroinštalácie súčasťou dodávky RTG prístroja			
Položka č. 2 - Pozáručný servis pre položku č.1				Položka č.2	Položka č.2	Položka č.2	Položka č. 2 - Pozáručný servis pre položku č.1			
Požaduje sa poskytovať službu (pozáručný servis) najmä v nasledovnom rozsahu:				xxx	áno	spĺňa	- Verejný obstarávateľ vypúšťa z požiadaviek na technickú špecifikáciu predmetu zákazky položku č.2 - <u>Pozáručný servis pre položku č.1.</u>			
1.	preventívna údržba systémov v počte 1-2 pracovných dní za kalendárny rok v rozsahu podľa manuálu určeného výrobcou systému,			akceptujeme	áno	spĺňa				
1.1	za účelom vykonania preventívnej údržby si zmluvné strany po uzatvorení zmluvy vypracujú Plán údržby, v ktorom sa dohodnú na termínoch pre preventívnu údržbu,			akceptujeme	áno	spĺňa				
1.2	zmenu týchto termínov je možné uskutočniť len vzájomnou dohodou zmluvných strán, pričom takéto zmeny musia byť dohodnuté vždy včas, aby nebola narušená prevádzka objednávateľa.			akceptujeme	áno	spĺňa				
2.	všetky práce spojené s opravami systémov,			akceptujeme	áno	spĺňa				
3.	udržiavanie prevádzkyschopnosti hardwarovej časti systémov,			akceptujeme	áno	spĺňa				
4.	servisný softwarový upgrade,			akceptujeme	áno	spĺňa				
5.	elektrické revízie 1x ročne v zmysle platných právnych predpisov,			akceptujeme	áno	spĺňa				
5.1	za účelom vykonania povinných revízií si zmluvné strany do 30 kalendárnych dní po uzatvorení zmluvy vypracujú Plán revízie, v ktorom sa dohodnú na termínoch vykonania revízie (jednotlivé termíny zmluvné strany dohodnú tak, aby bola zabezpečená ich kontinuita),			akceptujeme	áno	spĺňa				
5.2	zmenu týchto termínov je možné uskutočniť len vzájomnou dohodou zmluvných strán, pričom takéto zmeny musia byť dohodnuté vždy včas, aby nebola narušená prevádzka objednávateľa.			akceptujeme	áno	spĺňa				
6.	cestovné a všetky náklady spojené s činnosťou servisného pracovníka počas výkonu činnosti uvedených v bode 1. až 5.			akceptujeme	áno	spĺňa				
7.	bez náhradných dielov a príslušenstva			akceptujeme	áno	spĺňa				

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

5. MINIMÁLNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

Pôvodné zmluvné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK		MEDITRADE spol. s r. o. Levočská 1/2101 Bratislava 851 01	S & T CEE Holding s.r.o. (S&T Slovakia s.r.o.) Mlynské nivy 71 821 05 Bratislava	Siemens Healthcare s. r. o. Lamačská cesta 3/B Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04	DEFINITÍVNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa:		Uchádzač uvedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky V prípade, ak požiadavku neakceptuje, dodávateľ uviedol "neakceptujem" a NÁVRH nového znenia hodnoty	Uchádzač uvedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky V prípade, ak požiadavku neakceptuje, dodávateľ uviedol "neakceptujem" a NÁVRH nového znenia hodnoty	Uchádzač uvedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky V prípade, ak požiadavku neakceptuje, dodávateľ uviedol "neakceptujem" a NÁVRH nového znenia hodnoty	Požaduje sa:
1.	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy a o poskytovaní pozáručného servisu.	akceptujeme	áno	akceptujem	<p>1. Nakoľko verejný obstarávateľ vypúšťa z požiadaviek na technickú špecifikáciu predmetu zákazky položku č.2 - <u>Pozáručný servis pre položku č.1</u>, vo vyhlásenej zákazke budú zapracované iba tie zmluvné požiadavky, ktoré sú relevantné pre položku č.1 - <u>Digitálny RTG prístroj so stropným závesom</u>.</p> <p>Zároveň verejný obstarávateľ požaduje pre položku č.1 - <u>Digitálny RTG prístroj so stropným závesom</u> komplexnú záruku v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov odo dňa, kedy je prístroj uvedený do prevádzky.</p> <p>Zároveň verejný obstarávateľ požaduje dodanie prístroja do deväťdesiat (90) pracovných dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy,</p>
2.	Požaduje sa dodanie prístroja:	xxx	xxx	xxx	
2.1	do tridsiatich (30) pracovných dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy,	neakceptujeme / do 45 pracovných dní	áno / do 90 pracovných dní	neakceptujem / vzhľadom na momentálnu geopolitickú situáciu navrhujeme minimálne 90 dní	
2.2	v pracovných dňoch,	akceptujeme	áno	akceptujem	
2.3	v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,	akceptujeme	áno	akceptujem	
2.4	do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,	akceptujeme	áno	akceptujem	
2.5	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,	akceptujeme	áno	akceptujem	
2.6	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky (ak bola vystavená), číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠUKL (ak je to relevantné). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EU (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina, kde bol tovar vyrobený).	akceptujeme	áno	akceptujem	
3.	Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia prístroja prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu prístroja.	akceptujeme	áno	akceptujem	
4.	Požaduje sa integrácia prístroja do systému PACS a vykonanie skúšky prístroja - elektrická revízia, odbornej skúšky prístroja v súlade s platnou legislatívou (preberacia skúška) a skúška dlhodobej stability podľa zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Po úspešnom vykonaní všetkých požadovaných skúšok a odovzdaní skúšobných protokolov objednávateľovi dôjde k prevzatíu prístroja oprávneným zástupcom objednávateľa.	akceptujeme	áno	akceptujem	
5.	Prevzatie dodaného prístroja je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní prístroja, ostáva prístroj vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.	akceptujeme	áno	akceptujem	
6.	Súčasťou záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie prístroja na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie prístroja v slovenskom alebo českom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalčný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou prístroja.	akceptujeme	áno	akceptujem	

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

7.	Súčasťou dodania prístroja a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.	akceptujeme	áno	akceptujem
8.	Dodávateľ poskytuje na prístroj a všetky jeho súčasti komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je prístroj uvedený do prevádzky. Uvedenie prístroja do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na preberacom protokole, ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť prístroj využívaný na účel, na ktorý je určený, a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.	akceptujeme	áno	akceptujem
9.	Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za prístroj vykonávať dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na prístroj za účelom jeho bezporuchovej prevádzky a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii prístroja. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby, vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:	akceptujeme	áno	akceptujem
9.1	oprava väd a porúch prístroja, t.j. uvedenie prístroja do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,	akceptujeme	áno	akceptujem
9.2	dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom,	akceptujeme	áno	akceptujem
9.3	vykonanie štandardných vylepšení prístroja odporúčaných a predpísaných výrobcom prístroja podľa rozhodnutia dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisný update softwarového vybavenia prístroja, zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti objednávateľa,	akceptujeme	áno	akceptujem
9.4	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke prístroja, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu a náhradných dielov,	akceptujeme	áno	akceptujem
9.5	vykonanie validácií a kalibrácií prístroja (resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporúčenia výrobcu prístroja, min. však jedenkrát ročne,	akceptujeme	áno	akceptujem
9.6	vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcu predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky s výnimkou väd uvedených v bode 21. tejto časti,	akceptujeme	áno	akceptujem
9.7	vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,	akceptujeme	áno	akceptujem
9.8	práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie prístroja v rámci zabezpečenia záručného servisu,	akceptujeme	áno	akceptujem
9.9	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu prístroja, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky prístroja, vrátane generálnej opravy,	akceptujeme	áno	akceptujem
9.10	technická telefonická podpora v pracovných dňoch a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní prístroja prostredníctvom klientskeho pracoviska dodávateľa 24 hodín denne a 7 dní v týždni, pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.	akceptujeme	áno	akceptujem
10.	servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie prístroja do dvadsiatichštyroch (24) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.	akceptujeme	áno	akceptujem
10.1	V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika dodávateľa do miesta inštalácie prístroja, je dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do dvanástich (12) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.	akceptujeme	áno	akceptujem

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

11.	Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:	akceptujeme	áno	akceptujem
11.1	oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do štyridsiatichtroch (48) hodín,	akceptujeme	áno	akceptujem
11.2	oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do sedemdesiatichdvoch (72) hodín.	akceptujeme	áno	akceptujem
12.	Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť prístroj do bežnej prevádzky v lehotách vyššie uvedených. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má objednávateľ právo požadovať od dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:	akceptujeme	áno	akceptujem
12.1	nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu : 100,-€ (slovom: jednota Eur) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 10% kúpnej ceny prístroja, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania dodávateľa,	akceptujeme	áno	akceptujem
12.2	nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady : 100,-€ (jednota Eur) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 10% kúpnej ceny prístroja, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania dodávateľa.	akceptujeme	áno	akceptujem
13.	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na prístroji počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientskeho pracoviska dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy dodávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska dodávateľa je fax, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia faxovej správy dodávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia objednávateľovi a jeho evidencie, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.	akceptujeme	áno	akceptujem
14.	V prípade použitia emailovej správy kvôli nedostupnosti telefónnej linky, ktorú tvrdí objednávateľ, je dodávateľ povinný preukázať, že telefónna linka bola dostupná, pokiaľ nebude súhlasiť s tvrdením objednávateľa o nedostupnosti tejto linky. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za nedostupnosť telefónnej linky v prípade, ak dôjde k výpadku poskytovaných telekomunikačných služieb a dodávateľ túto skutočnosť preukáže objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu prístroja tiež zaslaním emailovej správy na vyššie uvedenú emailovú adresu dodávateľa.	akceptujeme	áno	akceptujem
15.	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.	akceptujeme	áno	akceptujem
16.	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby prístroja budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.	akceptujeme	áno	akceptujem
17.	Požaduje sa poskytovanie pozáručného servisu pre položku č. 1 po dobu 5 rokov (60 kalendárnych mesiacov), pričom za začiatok tohto poskytovania sa považuje deň nasledujúci po poslednom dni záručnej doby.	akceptujeme	áno	akceptujem
18.	Požaduje sa poskytovať pozáručný servis najmä v rozsahu uvedenom v časti TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY pri položke č. 2	akceptujeme	áno	akceptujem
19.	Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku objednávateľa, pričom ak nie je možné službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady dodávateľa na mieste určenom dodávateľom, ktoré však bude vopred oznámené objednávateľovi.	akceptujeme	áno	akceptujem
20.	Požaduje sa vykonávať pozáručnú servisnú starostlivosť v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 17:00 hod, ak sa objednávateľ a dodávateľ nedohodnú inak.	akceptujeme	áno	akceptujem

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

21.	Požaduje sa, aby v prípade vykonania opravy, na ktorú objednávateľ dodávateľa vopred upozorní, bola oprava vykonaná nasledovne:	akceptujeme	áno	akceptujem
21.1	nástup na výkon opravy do dvadsiachštyroch (24) hodín od nahlásenia vady/poruchy v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 17:00 hod.,	akceptujeme	áno	akceptujem
21.2	výkon samotnej opravy do sedemdesiatichdvoch (72) hodín od nahlásenia vady/poruchy v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 17:00 hod., okrem prípadu, ak sa objednávateľ s dodávateľom nedohodnú inak alebo ak na výkon opravy je potrebný náhradný diel, súčiastka alebo iná vec, ktorej obstaranie alebo vykonanie trvá viac ako sedemdesiatdva (72) hodín.	akceptujeme	áno	akceptujem
22.	Požaduje sa, aby po ukončení konkrétnej činnosti pozáručnej servisnej starostlivosti si servisný pracovník nechal potvrdiť rozsah poskytnutej služby s uvedením dátumu poskytnutej služby u zodpovednej osoby objednávateľa. Jedna kópia takto potvrdenej služby ostáva k dispozícii objednávateľovi.	akceptujeme	áno	akceptujem
23.	Požaduje sa služby pozáručnej starostlivosti vykonávať v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu prístroja.	akceptujeme	áno	akceptujem
24.	Požaduje sa garantovať prevádzkyschopnosť prístroja minimálne 95% počas doby poskytovania pozáručných služieb.	akceptujeme	áno	akceptujem
25.	Požaduje sa, aby počas trvania zmluvy dodávateľ vykonával autorizovaný servis.	akceptujeme	áno	akceptujem
26.	Požaduje sa, aby počas trvania zmluvy dodávateľ vykonával činnosti uvedené v zmluve prostredníctvom osôb / servisných technikov s odborným výškolením výrobcom prístroja.	akceptujeme	áno	akceptujem
27.	Požaduje sa, aby dodávateľ mal počas trvania zmluvy uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním služieb pozáručnej servisnej starostlivosti podľa uzatvorenej zmluvy s poistným krytím minimálne vo výške zmluvnej ceny za služby pozáručnej servisnej starostlivosti.	akceptujeme	áno	akceptujem
28.	Požaduje sa vyhotovenie návrhu kalkulácie servisu v súlade s uzatvorenou zmluvou ku každej objednávke. Objednávateľ musí odsúhlasiť cenu a rozsah opravy, najneskôr v lehote do troch (3) kalendárnych dní odo dňa doručenia návrhu kalkulácie servisu. V prípade, ak súhlas v uvedenej lehote dodávateľovi neoznami alebo ak oznami, že o opravu už nemá záujem, dodávateľ je povinný prístroj objednávateľovi bezodkladne vrátiť, čím objednávku objednávateľa odmietne.	akceptujeme	áno	akceptujem
29.	Požaduje sa poskytnutie zodpovednosti za vady servisných služieb podľa Obchodného zákonníka a tiež záruky za akosť na servisné služby.	akceptujeme	áno	akceptujem
30.	Požaduje sa poskytnutie minimálne 3-mesačnej záručnej doby na servisné práce od vykonania opravy a 6-mesačnej záručnej doby na dodané náhradné diely od vykonania opravy.	akceptujeme	áno	akceptujem
31.	Dodávateľ za vady servisnej služby nezodpovedá v prípade, ak boli spôsobené:	xxx	áno	akceptujem
31.1	v dôsledku živej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu alebo	akceptujeme	áno	akceptujem
31.2	inštaláciou, prevádzkou a údržbou prístroja v rozpore s návodom na obsluhu alebo	akceptujeme	áno	akceptujem
31.3	neoprávneným zásahom tretích osôb alebo	akceptujeme	áno	akceptujem
31.4	prevádzkovaním prístroja v prostredí, ktoré je v rozpore s technickými podmienkami stanovenými výrobcom, príp. dodávateľom.	akceptujeme	áno	akceptujem
32.	Požaduje sa v prípade náhradných dielov v každom osobitnom prípade súhlas objednávateľa s kúpou a montážou náhradného dielu a odsúhlasenie jeho ceny.	akceptujeme	áno	akceptujem
33.	V prípade, ak objednávateľ na základe prieskumu trhu zistí, že:	xxx	áno	akceptujem
33.1	cenová ponuka iného dodávateľa je nižšia ako ponuka dodávateľa, objednávateľ vyzve dodávateľa na rokovanie o znížení ceny náhradného dielu. Ak sa zmluvné strany na znížení ceny náhradného dielu nedohodnú, objednávateľ je oprávnený náhradný diel zakúpiť od dodávateľa, ktorý v prieskume trhu ponúkol nižšiu cenu náhradného dielu,	akceptujeme	áno	akceptujem
33.2	nedisponuje inou ponukou ako je ponuka dodávateľa a zároveň cena náhradného dielu nie je vyššia ako 10% oproti cene uvedenej v Prílohe č. 1 - Kalkulácia ceny, objednávateľ je oprávnený pristúpiť k vystaveniu objednávky.	akceptujeme	áno	akceptujem
34.	Požaduje sa, aby výsledná cena predmetu zákazky ponúknutá dodávateľom bola v súlade s aktuálne (t.j. v čase lehoty na predkladanie ponúk) obvyklou trhovou cenou predmetu zákazky.	akceptujeme	áno	akceptujem

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

35.	Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u dodávateľa vo výške vzniknutého finančného rozdielu výslednej ceny predmetu zákazky a obvyklej trhovej ceny predmetu zákazky v prípade nedodržania požiadavky uvedenej v bode 34. tejto časti zmluvných požiadaviek.	akceptujeme	áno	akceptujem
36.	Požaduje sa dohodnutie kúpnej ceny za prístroj a zmluvnej ceny za pozáručný servis v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách, pričom budú maximálnymi a záväznými počas platnosti uzatvorenej zmluvy.	akceptujeme	áno	akceptujem
37.	Dodávateľ je povinný k faktúre za dodanie prístroja priložiť kópiu preberacieho protokolu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s preberacím protokolom. Povinnou súčasťou faktúry za služby, ktoré sú predmetom Položky č. 2 je zmluvnými stranami potvrdený rozsah poskytnutej služby s uvedením dátumu jej poskytnutia v príslušnom kalendárnom mesiaci.	akceptujeme	áno	akceptujem
38.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný prístroj a za poskytnuté služby, ktoré sú predmetom Položky č. 2, v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu prístroja, resp. k poskytnutiu služby, ktorá je predmetom Položky č. 2, podľa uzatvorenej zmluvy.	akceptujeme	áno	akceptujem
39.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: podatelna@vus.ch.sk . Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.	akceptujeme	áno	akceptujem
40.	Pozáručný servis (služby, ktoré sú predmetom Položky č. 2) bude hradený formou mesačných paušálnych odmien uvedených v Prílohe č. 1 - Kalkulácia ceny.	akceptujeme	áno	akceptujem
41.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V prípade úhrady faktúry za dodanie prístroja objednávateľom do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, sa dodávateľ zaväzuje vystaviť dobropis vo výške ... %* z faktúrovanej sumy. *V prípade, ak sa predávajúci rozhodne kupujúcemu poskytnúť zľavu za tzv. predčasnú úhradu (t. t. úhradu pred uplynutím lehoty splatnosti), uvedie výšku %, v akej bude zľava z fakturovanej sumy poskytnutá. Ak takúto zľavu predávajúci nechce poskytnúť, uvedie 0%.	akceptujeme	áno	akceptujem
42.	Kúpna cena prístroja zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného prístroja a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením prístroja do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim, prevodom vlastníctva k prístroju na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.	akceptujeme	áno	akceptujem
43.	Zmluvná cena za pozáručný servis zahŕňa celkovú logistiku súvisiacu so servisom prístroja, dopravné a balné náklady, vrátane cestovných nákladov servisného technika do miesta dodania služby a späť a zároveň zvoz do servisného centra a rozvoz opraveného prístroja.	akceptujeme	áno	akceptujem
44.	V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v uzatvorenej zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa zmluvy bude viac ako 5 % v neprospech ceny podľa zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa zmluvy a nižšou cenou.	akceptujeme	áno	akceptujem
45.	Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v bode 44. týchto zmluvných požiadaviek, doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom, ktorého bude upravená cena zistená podľa bodu 44. týchto zmluvných požiadaviek. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok objednávateľovi doručený, vyhradzuje si objednávateľ právo zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou jeden (1) mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého (1.) dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.	akceptujeme	áno	akceptujem

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

46.	Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným uchádzačom (t.j. dodávateľom) po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, resp. po elektronickej aukcii stane: 1. uchádzač, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú verejný obstarávateľ nakupuje alebo nakupoval od dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže alebo 2. uchádzač, ktorý verejnému obstarávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak:	akceptujeme	áno	akceptujem
46.1	verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle verejný obstarávateľ uchádzačovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknuť ceny;	akceptujeme	áno	akceptujem
46.2	verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť s uchádzačom zmluvný vzťah a zrušiť verejnú obstarávanie v príslušnej časti predmetu zákazky a v prípade, ak je to relevantné odstúpiť od zmluvy.	akceptujeme	áno	akceptujem
47.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.	akceptujeme	áno	akceptujem
48.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.	akceptujeme	áno	akceptujem
49.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.	akceptujeme	áno	akceptujem
50.	Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej rámcovej dohody. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania rámcovej dohody. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.	akceptujeme	áno	akceptujem
51.	Záujemca/Uchádzač/Člen skupiny dodávateľov sa zaväzuje dodržiavať etické zásady uvedené v Etickom kódexe záujemcu/uchádzača/člena skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (ďalej len "Etický kódex") zverejnený na webovom sídle objednávateľa/kupujúceho www.vusch.sk .	akceptujeme	áno	akceptujem
52.	V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácii verejný obstarávateľ zverejňuje na www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/ .	akceptujeme	áno	akceptujem

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY / VZORKY

Pôvodné minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK		MEDITRADE spol. s r. o. Levočská 1/2101 Bratislava 851 01	S & T CEE Holding s.r.o. (S&T Slovakia s.r.o.) Mlynské nivy 71 821 05 Bratislava	Siemens Healthcare s. r. o. Lamačská cesta 3/B Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04	DEFINITÍVNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY / VZORKY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:		Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu	Požaduje sa:
6.1	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie	áno	áno	akceptujem	6.1 Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
6.2	Prospektový materiál	áno	áno	akceptujem	6.2 Prospektový materiál
6.3	Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.	áno	áno	akceptujem	6.3 Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.
6.4	Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia. Rovnako ako aj povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon 355/2007 Z.z.	áno	áno	akceptujem	6.4 Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia. Rovnako ako aj povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon 355/2007 Z.z.
6.5	Technologický projekt, návrh priestorového usporiadania	áno	áno	akceptujem	6.5 Technologický projekt, návrh priestorového usporiadania. V zákazke sa bude požadovať od úspešného uchádzača.
6.6	Odborné skúšky RTG zariadenia v súlade s legislatívou - preberacia skúška	áno	áno	akceptujem	6.6 Odborné skúšky RTG zariadenia v súlade s legislatívou - preberacia skúška. V zákazke sa bude požadovať od úspešného uchádzača.
6.7	Odborná skúška zariadenia - elektrické revízie	áno	áno	akceptujem	6.7 Odborná skúška zariadenia - elektrické revízie. V zákazke sa bude požadovať od úspešného uchádzača.
6.8	Skúšky dlhodobej stability v zmysle zákona č. 87/2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov	áno	áno	akceptujem	6.8 Skúšky dlhodobej stability v zmysle zákona č. 87/2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zákazke sa bude požadovať od úspešného uchádzača.