

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SZ_TO_ZMZ_02Vybavuje / linka
Mikuščák/ 0918 600 969Miesto odoslania / Dátum
Trnava/ 24.02.2019

Vec: **Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti 2**

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., so sídlom Pavlova 17, 955 20 Topoľčany (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uverejnil v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ č. S23 zo dňa 01.02.2019 pod značkou 2019/S 023-049637 a vo Vestníku verejného obstarávania č. **24/2019 z 04.02.2019 pod zn. 3530 - MST** oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“) na predmet zákazky „**Základné medicínske zariadenia**“.

Otázky uchádzačov sú uvádzané v pôvodnom znení ako boli doručené verejnému obstarávateľovi.

V súlade s §48 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti pre časť 6 predmetu zákazky.

Otázka č. 4:

Verejný obstarávateľ v Prílohe č. 1.1 súťažných podkladov požaduje pre položku č. 6 - Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií "Rozsah merania tlakov min. (-40 - 320) mmHg". Mohol by verejný obstarávateľ špecifikovať, aké druhy tlakov má prístroj merať?

Odpoveď č. 4:

Verejný obstarávateľ požaduje merať invazívne tlaky: Arteriálny tlak, centrálny venózný tlak, intrakraniálny tlak.

S pozdravom

v.r.

Daniel Mikuščák

Osoba splnomocnená vykonávať verejné obstarávanie