

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SZ_TO_VOS_04Vybavuje / linka
Mikuščák/ 0918 600 969Miesto odoslania / Dátum
Trnava/ 07.03.2019

Vec: **Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti 3**

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., so sídlom Pavlova 17, 955 20 Topoľčany (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uverejnil v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ č. S23 zo dňa 01.02.2019 pod značkou 2019/S 023-049639 a vo Vestníku verejného obstarávania č. **24/2019 z 04.02.2019 pod zn. 3529 - MST** oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“) na predmet zákazky „**Vybavenie operačných sál**“.

V súlade s §48 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti pre všetky časť 3 predmetu zákazky.

Otázka č. 7:

Upravenie špecifikácie predmetu zákazky pre časť č. 3, jednodverový parný sterilizátor, parameter:

Integrovaná úprava vody (reverzná osmóza) pre výrobu medicínálnej pary.

Je možnosť ponúknuť externú úpravu vody? Takéto prevedenie nemá žiadny negatívny vplyv na funkčnosť a kvalitu sterilizátora. Externá úprava je má rozmery len 35 x 40 cm, umiestnenie buď na stenu alebo stojan vedľa prístroja.

Výhoda je jednoduchá údržba a vodu je možné použiť aj na iné účely ako len pre autokláv.

Odpoveď č. 7:

Áno verejný obstarávateľ umožní aj uvedenú alternatívu nakoľko nemá vplyv na funkčnosť a kvalitu sterilizačného cyklu, preto upravujeme parameter v položke č.5 nasledovne: „Integrovaná úprava vody (reverzná osmóza) pre výrobu medicínálnej pary, alebo externá úprava vody (úpravovňa vody v maximálnych rozmeroch 40x45 cm).“

Verejný obstarávateľ uvedený parameter upravuje aj v prílohe č. 1.5

V súvislosti v uvedenou zmenou verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 21.03.2019 do 9:00 s následným neverejným otváraním ponúk o 11:00.

S pozdravom

v.r.

Daniel Mikuščák

Osoba splnomocnená vykonávať verejné obstarávanie