



- **všetkým záujemcom**

**Váš list číslo/zo dňa**

. 02. 2019

**Naše číslo**

R1-9 / 034-11 / 2019

**Vybavuje/linka**

Ing. Ján Mlyнарčík

**Bratislava**

26

02/48234088

[jan.mlynarcik@unb.sk](mailto:jan.mlynarcik@unb.sk)

**Vec:** Vysvetľovanie súťažných podkladov 6 – predloženie

---

V súlade so žiadosťou záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov, v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a bodom 15. časti: „A. Pokyny na vypracovanie ponuky“ súťažných podkladov č. R1-9/034-03/2019 verejnej súťaže, vyhlásenej verejným obstarávateľom - Univerzitnou nemocnicou Bratislava (ďalej len „UNB“) zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie pod. zn. 2019/S 027-059615 zo 07.02.2019 a vo Vestníku verejného obstarávania číslo 28/2019 z 08.02.2019 pod zn. 3857-MST, realizovanej postupom zadávania nadlimitnej zákazky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, na predmet zákazky „**DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY**“ pre zdravotnícke zariadenia UNB, predkladám nasledovné vysvetlenie.

S úctou

**Ing. Ján Mlyнарčík, v.r.**



## VYSVETĽOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

### Otázka č. 1:

Zadávatel' v časti II. uvádza, že požaduje "tekutý dezinfekčný prostriedok na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk na báze isopropanolu a etanolu", a nižšie ďalej uvádza, že požaduje "Dezinfekčný prostriedok s plne virucidným účinkom do 60 sek. s kompatibilnou umývacou emulziou a ošetrojúcim prípravkom určeným na starostlivosť o pokožku rúk v súlade s odporúčaniami vyhlášky č. 192/2015". Chceme upozorniť zadávateľa, že uvedená požiadavka nie je v súlade s vyhláškou č. 192/2015, kde je uvedená všeobecná požiadavka na "tekutý dezinfekčný prípravok na báze etanolu; resp. tekutý dezinfekčný prípravok na báze propanolu". Chceme upozorniť, že vo vyhláške nie je zmienka ani o takomto prípravku (isopropanol a etanol), ani o požiadavke plnej virucidnej účinnosti do 60 s. Takáto interpretácia je diskriminačná a tendenčná, ktorá uprednostňuje konkrétny produkt, konkrétneho výrobcu, a je v rozpore s pravidlami o verejnom obstarávaní.

### **Otázka:**

Bude zadávateľ akceptovať tekutý prípravok na báze propanolu, s minimálnym obsahom 75g w/w alkoholu, tak ako je to uvedené vo vyhláške č. 192/2015, a vypustí požiadavku na plný virucidný účinok, aj vzhľadom k tomu, že takáto požiadavka je už uvedená v časti I:

### **Odpoveď:**

**Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj dezinfekčný prostriedok na báze propanolu. S kombináciou isopropanol a etanol má dobré skúsenosti z praxe. Na plnej virucidnej účinnosti do 60 sekúnd verejný obstarávateľ trvá.**

### Otázka č. 2:

Zadávatel' v časti X požaduje "Sadu dekolonizačných prípravkov na MRSA" a nižšie ďalej uvádza, že požaduje "Sadu dekolonizačných prípravkov na MRSA obsahujúcu kompatibilné prípravky". Chceme upozorniť zadávateľa, že uvedená požiadavka je diskriminačná a tendenčne vypísaná na konkrétneho výrobcu, a neumožňuje ostatným uchádzať sa o túto rozsiahlu časť (55 484 bez DPH), hlavne pokiaľ ide o prípravky na ošetrovanie a dekolonizáciu rán.

### **Otázka::**

Na základe akých kritérií chce zadávateľ definovať kompatibilitu prípravkov na dekolonizáciu MRSA (č. 1.-5) a sterilný roztok na dekolonizáciu rán (č.6)? Máme zato, že sterilný roztok na ošetrovanie rán by mal byť súťažný oddelene od uvedených prípravkov.

### **Odpoveď:**

**Verejný obstarávateľ vychádza z odborných a praktických skúseností, že mnohé dekolonizačné prostriedky sa pri zistenej kolonizácii pacienta musia používať paralelne, napr. na vytieranie nosa, zároveň s kloktaním a celotelovou dekolonizáciou, popr. aj s dekolonizáciou rán. Často nie je MRSA prítomná len napr. v nose či hrdle, ale sa jedná o celotelové osídlenie. Prípravky musia byť teda kompatibilné, čo sa týka antimikrobiálnej zložky a teda aj chemickej kompatibility.**

### **Otázka:**

Bude zadávateľ akceptovať, ak dodávateľ obsadí túto časť prípravkami od viacerých výrobcov pre jednotlivé prípravky (p.č.1.-6.) tak, že bude zachovaná chemická kompatibilita zložiek?.

### **Odpoveď:**

**Verejný obstarávateľ vychádza z odborných a praktických skúseností, že mnohé dekolonizačné prostriedky sa pri zistenej kolonizácii pacienta musia používať paralelne, napr. na vytieranie nosa, zároveň s kloktaním a celotelovou dekolonizáciou, popr. aj s dekolonizáciou rán. Často nie je MRSA prítomná len napr. v nose či hrdle, ale sa jedná o celotelové osídlenie. Prípravky musia byť teda kompatibilné, čo sa týka antimikrobiálnej zložky a teda aj chemickej kompatibility. Pri vyhodnocovaní VO bude z týchto podmienok vychádzať. Záleží od uchádzača, aké prípravky dá v tejto časti do ponuky, pokiaľ bude deklarovat' chemickú kompatibilitu zložiek.**