

ZÁPISNICA 1

z vyhodnotenia ponúk – nadlimitná zákazka „MAGNETICKÁ REZONANCIA VRÁTANE ZÁRUČNÉHO SERVISU“

Dátum konania: **17. 04. 2019**
Miesto konania: ŽSK, Komenského 48, 058 01 Žilina
Začiatok: **10:00 hod**

Komisia:

Predseda komisie:	MUDr. Erich Mlčák
Člen komisie:	MUDr. Milan Galgánek
Člen komisie:	MUDr. Miroslav Gajan
Člen komisie:	MUDr. Michal Kováčik
Člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky:	Ing. Pavol Námešný
Člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky:	Anna Burdová
Člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky:	Mgr. Gabriela Maslanová

1. Identifikácia verejného obstarávania:

Oznámenie o vyhlásení VO: 55/2018 z 19.03.2018 **3841-MUT**

2. Hodnotenie ponúk.

Komisia na vyhodnocovanie ponúk (ďalej „komisia“) vyhodnocovala splnenie technických špecifikácií požadovaných verejným obstarávateľom s technickými špecifikáciami uvedenými v ponukách uchádzačov a ponukové ceny predložené uchádzačmi v ponukách. Po detailnom porovnaní údajov uvedených v dokumentoch komisia identifikovala nasledovné nezrovnalosti príp. nejasnosti:

A) Uchádzač InMed sro:

- nevyplnená tabuľka Techn. špecifikácie v kategóriách: Špecifikácie inštalácie systému, Faradayova kletka, Chladenie MR systému, Špecifikácie záručného a pozáručného servisu,
- nevyplnený názov alebo typ ponúknutého prístroja.

B) Uchádzač S&T Slovakia sro:

- v návrhu na plnenie nepridal atribút/hodnotiace kritérium Zaručená homogenita ppm 20cm,
- v návrhu na plnenie dal atribút/hodnotiace kritérium Počet rekonštruovaných obr./sek. v matici 256, plné FOV, ktoré nemalo byť bodovo hodnotené,
- v tab. Tech.špecifikácie nepridal bodové hodnotenie atribútu Zaručená homogenita ppm 20cm,
- v tab. Tech.špecifikácie nezmenil požadovaný atribút frekvencia procesora Ghz operačného počítača na 2,1,

- v tab. Tech.špecifikácie nezmenil ne/hodnotenie atribútu Počet rekonštruovaných obr./sek. v matici 256, plné FOV a neuviedol svoju ponúknutú hodnotu parametra,
- v tab. Tech.špecifikácie záujemca zmenil požadovaný parameter Celková dĺžka magnetu vrátane krytov a iných súčastí (m) na 2,4 (pozor nejedná sa o ich ponúkanú hodnotu),
- neuviedol typ alebo názov ponúknutého prístroja,
- hodnoty uvedené v návrhu na plnenie (hodnotiace kritérium) vyplníť aj v tab. Technickej špecifikácie v stĺpci Hodnota parametra ponúkaného predmetu zákazky.

B) Uchádzač Siemens Healthcare sro:

- v návrhu na plnenie uviedol Počet cievkových elementov chrbticovej cievky 18, avšak v Tech.špecifikácii uviedol 24; požadované minimálna hodnota je 20,
- v návrhu na plnenie dal hodnotiace kritérium Počet rekonštruovaných obr./sek. v matici 256, plné FOV, ktoré nemalo byť bodovo hodnotené,
- nezrovnalosti s vyčíslením ceny v Tech.špecifikácii.

Komisia písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov IS JOSEPHINE požiada uchádzačov o vysvetlenie ponuky podľa § 53 ods. 1 ZOVO. Uchádzači doručia písomné vysvetlenie ponuky prostredníctvom elektronických prostriedkov do troch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmych chýb v písaní a počítaní. Predseda komisie MUDr. Erich Mlčák splnomocňuje Ing. Pavla Námešného konaním vo veci písomnej komunikácie s uchádzačmi v mene komisie.

3. Údaje z ponúk .

Poradové číslo ponuky	Obchodné meno /názov/ uchádzača	Sídlo uchádzača	Cena celkom v EUR bez DPH
Ponuka č. 1	InMed Slovakia s.r.o.	Dlhé lúky 8, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou	799 000,00
Ponuka č. 2	S&T Slovakia s.r.o.	Mlynské Nivy 71 821 05, Bratislava	798 560,30
Ponuka č. 3	Siemens Healthcare	Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava	837 000,00

4. Členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky podpisujú zápisnicu bez výhrad.

Predseda komisie:	MUDr. Erich MIČÁK
Člen komisie:	MUDr. Milan Galgánek
Člen komisie:	MUDr. Miroslav Gajan
Člen komisie:	MUDr. Michal Kováčik
Člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky:	Ing. Pavol Námešný
Člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky:	Anna Burdová
Člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky:	Mgr. Gabriela Maslanová