

Názov predmetu zákazky:
Základné medicínske zariadenia

Časť č. 6: Sterilizátory

Špecifikácia predmetu zákazky

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vyplňa ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPLEŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky			Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu		Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu)	POZNÁMKA (napr. dopĺňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
TU UVEĎTE názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu			(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"			
Položka predmetu zákazky - Jednodverový parný sterilizátor požadovaný počet: 2 ks			Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. TU UVEĎTE ponúkané parametre	2.	3.
P. č.	Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks jednodverového parného sterilizátora)	Dopĺňujúce informácie				
1	Interval procesov parnej sterilizácie v intervale min. {121 - 134} °C.	väčší rozsah je prípustný	uvedte hodnotu			
2	Objem komory min. 70 L.		uvedte hodnotu			
3	Vlastný vyvíjač pary.		áno / nie			
4	Posun dverí vertikálny.		áno / nie			
5	Integrovaná úprava vody (reverzná osmóza) pre výrobu medicínálnej pary, alebo externá úprava vody (úpravovňa vody v maximálnych rozmeroch 40x45 cm).		áno / nie			
6	Zariadenie označené CE.		áno / nie			
7	Zariadenie spĺňa technické normy: MDD 93/42/EEC, EMC 89/336/EEC, EMC 2004/108/ EMC, STN EN 285, EN 61010.		áno / nie			
8	Bezpečnostný systém ovládania dverí s monitorovaním tlaku v komore.		uvedte hodnotu			
9	Bezpečnostný systém s elektrickým zámkom umožňujúcim bezpečné otvorenie dverí.		áno / nie			
10	Atmosferický vzduch nasávaný do komory v závere procesu je filtrovaný pre častice veľkosti 0,3 µm s účinnosťou min. 99,99%.		uvedte hodnotu			
11	Program "FLASH" na sterilizovanie nebalených materiálov.		áno / nie			
12	Celkový čas procesu sterilizovania programom "FLASH" max. 15 minút.		uvedte hodnotu			
13	Program na sterilizovanie balených materiálov.		áno / nie			
14	Program na sterilizovanie balených materiálov zo skla, gumy a umelých hmôt.		áno / nie			
Osobitné požiadavky na plnenie:			Osobitné požiadavky na plnenie:			
15	Záruka min. 24 mesiacov.		áno / nie			
16	Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky.		áno / nie			

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V:
Dňa:

.....
Pečiatka a podpis