

Všetkým záujemcom

V Bratislave, 9.5.2019

VEC

Vysvetlenie zverejnených podkladov k zákazke s názvom „**Základné medicínske zariadenia**“

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom „**Základné medicínske zariadenia**“, zverejnenej v Ú. vestníku EÚ dňa 2.4. 2019 pod č. 2019/S 065 – 150898 a vo vestníku UVO č. 66/2019 zo dňa 3.4.2019 pod č. MST- 6347.

Otázka č. 1

.....bude verejný obstarávateľ v Časti 6: Jednodverový parný sterilizátor, akceptovať parameter posun dverí horizontálny, namiesto vertikálneho (Bod č. 4 v dokumente Špecifikácia predmetu zákazky).

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať horizontálny posun dverí v časti 6: Jednodverový parný sterilizátor. Verejný obstarávateľ zohľadnil odpoveď v priloženej špecifikácii č. 6

Verejný obstarávateľ predĺži lehotu na predkladanie ponúk zaslaním príslušného oznámenia.

S úctou

v.r.

osoba poverená verejným obstarávateľom
realizáciou verejného obstarávania