

Otázka č. 1:

ve výzvě na předložení nabídek požadujete v 4. bodě mimo jiné lhůtu dodání zboží nejpozději do 6 týdnů ode dne doručení objednávky, to stejné je uvedeno i ve Smlouvě na dodání rehabilitačních léčebných přístrojů a zabezpečí s tím souvisejících služeb Čl. 3 bod 1. - příloha zadávací dokumentace. V době letních prázdnin, celosvětových výpadcích dílů a Covidovým opatřením a restrikcím, může díky nerovnoměrným dodávkám třetích stran dojít k prodloužení dodací lhůty.

Přijme zadavatel cenovou nabídku s termínem dodáním delším než 6 týdnů, např. 11 týdnů?

Odpověď č. 1:

Verejný obstarávatel na základě uvedeného predlžuje lehotu dodania na 12 týždňov odo dňa doručenia objednávky a v zmysle uvedeného upravuje aj návrh zmluvy, ktorý je prílohou Výzvy.

Otázka č. 2:

při dalším prostudování Smlouvy jsme mimo jiné narazili v bodě 8 odst. 2 na smluvní pokutu ve výši 500 EUR / den. Při ceně zboží okolo 4 tis € nám připadá, při nesplnění uvedených bodů uvedených v tomto bodě 8 odst. 2, požadovat 500€ za nepřiměřenou. Budete akceptovat změnu Smlouvy se smluvní pokutou v tomto bodě ve výši 0,05% z celkové ceny?

Odpověď č. 2:

Zmluvná pokuta uvedená v čl. 8 bod 2 Návrhu zmluvy je viazaná na povinnosť dodávateľa poskytnúť verejnému obstarávateľovi požadované služby súvisiace s dodaním tovaru a nie na samotné dodanie tovaru. Z uvedeného dôvodu jej výška nie je závislá na cene dodávaného tovaru a je primeraná požadovanej povinnosti, za nesplnenie ktorej má byť uložená.

Verejný obstarávateľ z uvedeného dôvodu ponecháva uvedené ustanovenie v nezmenenej podobe.

Otázka č. 3:

V popisu předmětu zakázky části 7 mimo jiné požadujete:

A) - bezdrátový dálkový ovladač s dosahem min. 3 m. Budete akceptovat nabídku s ručním drátovým ovladačem, délka krouceného vodiče min. 150 cm = opsaná kružnice s dosahem ovladače okolo zvedáku o průměru 3 m?

B) - základna motoru min. 24 V. Budete akceptovat řešení při napájení základny napětím 12V DC?

C) - ochranná třída IP 54. Budete akceptovat nabídku s výrobkem světově uznávaného výrobce s ochranou třídou IP 24?

D) - max. hlučnost 46 dB. Přijmete nabídku s maximální hlučností produktu 49,4 dB?

Odpověď č. 3:

A) Prístroje sú určené do vlhkého prostredia s voľným pohybom ľudí (pacientov). Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ požaduje bezdrôtový diaľkový ovládač kvôli manipulácii a bezpečnosti.

B) Ak máte na mysli riešenie s meničom napätia z 24V na 12V DC, verejný obstarávateľ trvá na 24V, keďže ide o sťažené prostredie s vlhkosťou a dlhodobou prevádzkou, nakoľko menič vytvára teplo, čo v daných podmienkach nie je prípustné.

C) Verejný obstarávateľ požaduje ochrannú triedu IP 54 v súlade s príslušnými normami, nakoľko bude prístroj umiestnený vo vlhkom prostredí v blízkosti bazéna a rehabilitačných vaní.

D) Verejný obstarávateľ v zmysle uvedeného upravuje opis predmetu zákazky v časti 7 - max. hlučnosť na 50 dB

Otázka č. 4:

V popisu předmětu zakázky části 7. mimo jiné požadujete "vstavanou nabíječku akumulátoru". Bude akceptovat řešení, když bude výrobek vybaven externí nabíječkou s možností položení na stůl nebo přidělení na zeď?

Odpověď č. 4:

Verejný obstarávateľ v zmysle uvedeného upravuje opis predmetu zákazky v časti 7 - vstavaná nabíjačka akumulátoru, na vstavaná alebo externá nabíjačka akumulátoru s možnosťou umiestnenia na stôl alebo pripevnenia na stenu.

Otázka č. 5:

Můžete prosím zveřejnit také orientační obrázek / fotku (odkaz na web. stránku) požadovaného výrobku části 7. Výťah na zdvihanie pacientov, nastaviteľný do viacerých výšok? Nejsme si úplně jisti požadavkem.

Odpověď č. 5:

Verejný obstarávateľ nedisponuje orientačným obrázkom požadovaného zariadenia. Výťah na zdvíhanie pacientov je štandardný prístroj, ktorý sa dá nastaviť do požadovanej výšky tak, aby pacient mohol vyjsť z bazéna alebo vane a tiež doňho vojsť.