

Všetkým záujemcom/uchádzačom,

Verejný obstarávateľ Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. (ďalej len "verejný obstarávateľ") pri zadávaní zákazky podľa § 117 vyhlásenej dňa 13.07.2022, ktorej predmetom je „**Defibrilátor pre Centrum preventívnej a športovej kardiológie**“ poskytuje odpoveď na žiadosť o vysvetlenie Výzvy na predloženie cenovej ponuky, ktorú obdržal od záujemcu:

Otázka č.1:

citácia: "v špecifikácii predmetu zákazky je uvedené: Tlačiareň s možnosťou tlače troch kriviek pod sebou na 100 mm papier. Defibrilátor, ktorý ponúkame, má tlačiareň šírky 50 mm, nakoľko výrobca z dôvodu nedostatku surovín a prebiehajúcich konfliktov vo svete, prestal produkovať tlačiareň so šírkou 100 mm. Bude verejný obstarávateľ akceptovať defibrilátor s tlačou na 50 mm papier?"

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ upravuje/doplňa bod č. 9 Prílohy č. 2: Špecifikácia predmetu zákazky nasledovne: Tlačiareň s možnosťou tlače troch kriviek pod sebou na 100 mm papier *alebo ekvivalent "Tlačiareň s možnosťou tlače troch kriviek pod sebou na 50 mm papier"*.

Verejný obstarávateľ upravil uvedený bod aj v Prílohe č. 2: Špecifikácia predmetu zákazky tejto Výzvy na predloženie cenovej ponuky.