

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULÁCIE

Verejný obstarávateľ vykonal v 08-09/2022 prípravnú trhovú konzultáciu (ďalej len "PTK") na predmet zákazky "Resuscitačný vozík s kompletným vybavením" za účelom prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch

Týmto Vás žiadam o posúdenie a vyhodnotenie predložených ponúk vo vzťahu k Vami definovaným pôvodným požiadavkám na predmet zákazky a tým o stanovenie (konečných) súťažných požiadaviek na predmet zákazky.

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

1.1 Názov predmetu zákazky:

Resuscitačný vozík s kompletným vybavením

1.2 CPV:

33192000-2 Zdravotnícky nábytok

33170000-2 Anestézia a resuscitácia

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1.3 Druh:

tovar

2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Resuscitačný vozík s kompletným vybavením

3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Rozdelenie predmetu zákazky

Zoznam položiek:

Poradové číslo	Názov položky predmetu zákazky	MJ	Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie
Položka č. 1	Resuscitačný vozík s kompletným vybavením	ks	8

4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Pôvodné požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		VITAMED.SK s.r.o. 1. mája 45 902 01 Pezinok	ELMED, s.r.o. Neresnícka cesta 13 960 01 Zvolen	ČECHOVO SK, s.r.o. Uzovce 26, 0652 66	K&M MEDIA s.r.o. Podzávoz 2303 022 01 Čadca	DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY Požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky □ □ □
Položka č. 1 - Resuscitačný vozík s kompletným vybavením		Položka č. 1	Položka č. 1	Položka č. 1	Položka č. 1	Položka č. 1 - Resuscitačný vozík s kompletným vybavením
1.	Pojazdný vozík s príslušenstvom	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Pojazdný vozík s príslušenstvom
2.	Rozmery vozíka bez príslušenstva:	spĺňa	xx	xx	xx	parameter sa vypúšťa
2.1	Šírka pracovnej plochy maximálne 75 cm	spĺňa, 73 cm	spĺňa, 600 mm	spĺňa	spĺňa	parameter sa vypúšťa
2.2	Hĺbka pracovnej plochy maximálne 53 cm	spĺňa, 53 cm	nespĺňa, 595 mm	nespĺňa	nespĺňa, 55 cm	parameter sa vypúšťa
2.3	Výška po pracovnú plochu maximálne 95 cm	spĺňa, 94 cm	nespĺňa, 1070 mm	nespĺňa	nespĺňa, 1000 mm	parameter sa vypúšťa

3	Materiál pracovnej dosky a madiel - nerez	spĺňa, materiál pracovnej dosky a madiel - nerez		nespĺňa	nespĺňa, vyrobená z umývateľného tvarovaného plastu bez ostrých hrán. Materiál je hygienický a má vynikajúce mechanické vlastnosti	Materiál pracovnej dosky - nerez; materiál madiel nerez alebo plast
4	Prachotesnosť	spĺňa	spĺňa, pri prevedení s roletovým	spĺňa	spĺňa	Prachotesnosť
5	Celokovové prevedenie vrátane koliesok, zásuviek	spĺňa	nespĺňa, celokovový vozík je ťažký a tým	nespĺňa, základná konštrukcia vozíka je z nerezovej ocele AISI, vnútro zásuviek je tvorené plastovými modulovými košmi, čelá zásuviek sú taktiež plastové, kolieska vozíka sú tiež plastové	nespĺňa	Základná konštrukcia vozíka z nerezu
6	Použité materiály a farby musia byť zdravotne nezávadné	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Použité materiály a farby musia byť zdravotne nezávadné
7	Konštrukcia vozíka z vysokoodolného materiálu	spĺňa, celokovové prevedenie	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Konštrukcia vozíka z vysokoodolného materiálu
8	Gumené protinárazové chrániče	spĺňa	nespĺňa, sú z ABS plastu	spĺňa	spĺňa	Gumené protinárazové chrániče
9	Vbudovaná elektrická zásuvka s min. 3 zástrčkami s min. 5 metrovým káblom	spĺňa, vbudovaná elektrická zásuvka s 4 zástrčkami a 5 m káblom	nespĺňa,	nespĺňa, zásuvková lišta je uchytená na chrbte vozíka, zásuvková lišta je tvorená 4x220 V s 1,8 m privodným káblom	spĺňa	Zásuvková lišta s min. 3 zástrčkami s min. 1,8 metrovým káblom
10	Kôš na kábel	spĺňa	nespĺňa, úchytky	nespĺňa, kábel je možné omotať okolo zásuvkovej lišty	spĺňa	Parameter sa vypúšťa
11	Konštrukcia vozíka z vysokoodolného materiálu	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Parameter sa vypúšťa (duplicita)
12	Počet zásuviek min. 4	spĺňa, 4 zásuvky	spĺňa, 4	spĺňa, 2x zásuvka 12 cm, 2x zásuvka 20 cm	spĺňa	Počet zásuviek min. 4
13	Centrálny zámok všetkých zásuviek	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Centrálny zámok všetkých zásuviek
14	Organizér umiestnený v prvej zásuvke	spĺňa	spĺňa	spĺňa, plastový kôš je možné rozdeliť plastovými priečkami podľa priania zákazníka na základe šablón	spĺňa	Organizér umiestnený v prvej zásuvke
15	Pracovná nerezová doska s prelisom	nespĺňa, pracovná nerezová doska s galériou po stranách	nespĺňa, prelismi, možnosť doplnenia o ne	spĺňa	nespĺňa, vyrobená z umývateľného, tvarovaného plastu bez ostrých hrán. Materiál je hygienický a má vynikajúce mechanické vlastnosti.	Pracovná nerezová doska s prelisom resp. s galériou po stranách

16	Nerezová pomocná výsuvná plocha	spĺňa	nespĺňa, plastová	spĺňa, umiestnená na ľavej strane vozíka nad tlačovým madlom	nespĺňa, vysoko odolný plast	Nerezová pomocná výsuvná plocha
17	Medicínska eurolišta	spĺňa	nespĺňa	spĺňa, umiestnené na chrbte vozíka	spĺňa	Medicínska eurolišta
18	Kovové antistatické kolieska 4ks, z toho min. 2x s brzdou, priemer max. 15 cm	spĺňa, kovové, antistatické kolieska 4 ks, z toho 2x s brzdou, priemer 125 mm	nespĺňa, s aretáciou pre lepšiu manipuláciu	nespĺňa, 4x plastové koliesko pr. 125 mm, 2x s brzdou	nespĺňa, vysoko odolný plast	4 kolieska, z toho min. 2 s brzdou
19	Hmotnosť vozíka bez príslušenstva max. 40 kg	spĺňa	spĺňa	nespĺňa, 50 kg	nespĺňa, 59 kg	Hmotnosť vozíka bez príslušenstva max. 50 kg
20	Kôš - nádoba na odpad plastová min. 8 l	spĺňa, nádoba na odpad 8 l	spĺňa, otváranie bez použitia rúk	spĺňa, umiestnená na ľavej strane vozíka v spodnej časti	spĺňa	Kôš - nádoba na odpad plastová min. 8 l
21	Držiak defibrilátora	spĺňa	spĺňa	spĺňa, umiestnený na ľavej strane vozíka nad pracovnou plochou	spĺňa	Parameter sa vypúšťa (duplicita)
22	Nádoba na katétre, predelená na časti pre rôzne rozmery katéetrov	spĺňa	spĺňa	nespĺňa, nie je možné predelenie tulca na katétre, je však možné umiestnenie 2 ks tulcov na vozík vedľa seba, umiestnenie na pravej strane vozíka v spodnej časti	spĺňa	Nádoba resp. držiak na katétre - pre rôzne rozmery katéetrov
23	Prístrojová plocha pre odsávačku	spĺňa	spĺňa	spĺňa, umiestnená na pravej strane vozíka v oblasti pracovnej plochy (môže dôjsť ku komplikáciám, ak do tulcov na katétre budú umiestnené katétre a personál bude chcieť sklopiť stolík)	spĺňa	Prístrojová plocha pre odsávačku
24	Držiak na rukavice	spĺňa	spĺňa	spĺňa, umiestnený na stojane nadstavby vpravo	spĺňa	Držiak na rukavice
25	Infúzny stojan - min. 4-ramenný, výškovo nastaviteľný	spĺňa	spĺňa	spĺňa, umiestnený na ľavej strane vozíka nad pracovnou plochou	spĺňa	Infúzny stojan - min. 4-ramenný, výškovo nastaviteľný
26	Výklopné boxy, sada s nosičom, min. 9 kusov boxov	spĺňa, výklopné boxy s nerezovým nosičom, 9 ks boxov	nespĺňa, 2 háčiky	spĺňa, 4x veľký výklopný box, 5x malý výklopný box	spĺňa	Výklopné boxy v počte min. 9 ks
27	Polica odkladacia pod výklopnými boxami, výškovo nastaviteľná s vyšším okrajom	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Polica odkladacia pod výklopnými boxami

28	Kontajner na medicínsky odpad	spĺňa	spĺňa	nesplňa, vozík je možné vybaviť len držiakom kontajnera na medicínsky odpad (kontajner na medicínsky odpad nie je súčasťou príslušenstva)	spĺňa	Kontajner/nádoba na medicínsky odpad
29	Resuscitačná podložka	spĺňa	spĺňa	spĺňa, umiestnená na zadnej strane vozíka	spĺňa	Resuscitačná podložka
30	Aretovateľný otočný držiak (plocha) pre defibrilátor s nosťou min. 5 kg	spĺňa, nosnosť 5 kg	spĺňa	spĺňa, je to opakovaľná požiadavka ako v bode 21	spĺňa	Aretovateľný otočný držiak (plocha) pre defibrilátor s nosťou min. 5 kg

5. MINIMÁLNE OSOBNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

Pôvodné zmluvné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK Požaduje sa:		VITAMED.SK s.r.o. 1. mája 45 902 01 Pezinok	ELMED, s.r.o. Neresnícka cesta 13 960 01 Zvolen	ČECHOVO SK, s.r.o. Uzovce 26, 0652 66	K&M MEDIA s.r.o. Podzávoz 2303 022 01 Čadca	DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY □ Požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky
1.	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.
2.	Požaduje sa dodanie zariadenia:	akceptujem	xx	akceptujem	xx	Požaduje sa dodanie zariadenia:
3.	do tridsiatich (30) pracovných dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.	neakceptujem, do 10 týždňov od nadobudnutia účinnosti	neakceptujem, min. 60 dní	neakceptujem, aktuálna doba je 50 pracovných dní + 5 prac. dní doprava	neakceptujem, do 60 dní	do deväťdesiatich (90) kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
4.	v pracovných dňoch,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	v pracovných dňoch,
5.	do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
6.	Dodané zariadenie musí byť nové, nepoužívané, nerepasované a kompletne. Objednávateľ je oprávnený neprevziať zariadenie dodané po častiach.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodané zariadenie musí byť nové, nepoužívané, nerepasované a kompletne. Objednávateľ je oprávnený neprevziať zariadenie dodané po častiach.
7.	Prevzatie dodaného zariadenia je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní zariadenia, ostáva zariadenie vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Prevzatie dodaného zariadenia je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní zariadenia, ostáva zariadenie vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.

8.	Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru a následne nepodpísať odovzdávací a preberací protokol pre preukázateľné vady dodaného tovaru /napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod./	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru a následne nepodpísať odovzdávací a preberací protokol pre preukázateľné vady dodaného tovaru /napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod./
9.	Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "zariadenie") komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je zariadenie uvedené do prevádzky. Uvedenie zariadenia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť zariadenie využívané na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "zariadenie") komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je zariadenie uvedené do prevádzky. Uvedenie zariadenia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť zariadenie využívané na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
10.	Dodávateľ zabezpečí záručný servisný zásah do 24 hodín od nahlásenia poruchy /sobota, nedeľa a sviatok sa do lehoty nezapočítava/. Dodávateľ odstráni poruchu v čo najkratšom čase, najneskôr do 2 pracovných dní od nástupu na opravu poruchy ak nie je potrebný náhradný diel. Ak je potrebný náhradný diel, dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť výmenu náhradného dielu do 3 dní od odsúhlasenia jeho výmeny objednávateľom najneskôr do 7 pracovných dní od nástupu na opravu. Za oznámenie poruchy sa považuje aj oznámenie e-mailom.	akceptujem	akceptujem	neakceptujem, v prípade zariadenia ako je vozík nie je potrebný zásah do 24 hod., ako aj pri poškodení a potrebnej výmene dielu je vozík stále funkčný. Navrhujeme teda záručný servisný zásah do 72 hod. od nahlásenia poruchy/sobota, nedeľa a sviatok sa do lehoty nezapočítava). Dodávateľ odstráni poruchu čo v najkratšom čase, najneskôr do 5 pracovných dní od nástupu na opravu poruchy ak nie je potrebný náhradný diel. Ak je potrebný, dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť výmenu výmenu náhradného dielu do 7 dní od odsúhlasenia jeho výmeny objednávateľom najneskôr do 14 prac. dní od nástupu na opravu. Za oznámenie poruchy sa považuje aj oznámenie e-mailom a jeho prijatím potvrdeným mailom.	akceptujem	Dodávateľ zabezpečí záručný servisný zásah do 48 hodín od nahlásenia poruchy /sobota, nedeľa a sviatok sa do lehoty nezapočítava/. Dodávateľ odstráni poruchu v čo najkratšom čase, najneskôr do 2 pracovných dní od nástupu na opravu poruchy ak nie je potrebný náhradný diel. Ak je potrebný náhradný diel, dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť výmenu náhradného dielu do 3 dní od odsúhlasenia jeho výmeny objednávateľom najneskôr do 7 pracovných dní od nástupu na opravu. Za oznámenie poruchy sa považuje aj oznámenie e-mailom.
11.	Dodávateľ predloží kontakt na servisného technika poskytujúceho záručný servis v rozsahu: meno, tel. číslo, e-mail do 7 dní do uzavretia zmluvy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ predloží kontakt na servisného technika poskytujúceho záručný servis v rozsahu: meno, tel. číslo, e-mail do 7 dní do uzavretia zmluvy.
12.	Garancia dodania náhradných dielov: min. 10 rokov od uvedenia prístroja do prevádzky	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Garancia dodania náhradných dielov: min. 10 rokov od uvedenia prístroja do prevádzky

13.	Objednávateľ požaduje odstrániť vady/poruchy alebo zabezpečiť opravu zariadenia, t.j. zabezpečiť jeho plné sfunkčnenie najneskôr do 24 hodín od nástupu technika na servisnú opravu v prípade, ak je oprava bez potreby výmeny náhradných dielov.	neakceptujem, do 72 hod.	akceptujem	neakceptujem, v prípade zariadenia ako je vozík nie je potrebný zásah do 24 hod., ako aj pri poškodení a potrebnej výmene dielu je vozík stále funkčný. Navrhujeme predĺžiť dobu na plné sfunkčnenie vozíka na 72 hod. od nástupu technika na servisnú opravu v prípade, ak je oprava bez potreby výmeny náhradných dielov.	akceptujem	Objednávateľ požaduje odstrániť vady/poruchy alebo zabezpečiť opravu zariadenia, t.j. zabezpečiť jeho plné sfunkčnenie najneskôr do 72 hodín od nástupu technika na servisnú opravu v prípade, ak je oprava bez potreby výmeny náhradných dielov.
14.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodané zariadenie, ktoré je predmetom zmluvy, v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu zariadenia, podľa uzatvorenej zmluvy. Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodané zariadenie, ktoré je predmetom zmluvy, v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu zariadenia, podľa uzatvorenej zmluvy. Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.

6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY

Pôvodné požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:		VITAMED.SK s.r.o. 1. mája 45 902 01 Pezinok	ELMED, s.r.o. Neresnícka cesta 13 960 01 Zvolen	ČECHOVO SK, s.r.o. Uzovce 26, 0652 66	K&M MEDIA s.r.o. Podzávoz 2303 022 01 Čadca	DEFINITIVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY Požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky
1.	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
2.	Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku všetkým ponúkaným produktom uvedeným v prílohe – Sortiment ponúkaného tovaru.	neakceptujem, vyhlásenie o zhode	neakceptujem, nie je potrebné	neakceptujem, nie je povinná registrácia takéhoto produktu do databázy ŠÚKL, vhodnosť produktu pre využitie v zdravotníctve potvrdzuje vyhlásenie o zhode	neakceptujem, na požadované zariadenie sa nevzťahuje povinnosť evidencie na ŠÚKL	Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných /evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku všetkým ponúkaným produktom - ak je to relevantné
2.	Prospektový materiál	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Prospektový materiál