

Všetkým zájemcom

V Bratislave, dňa 16. mája 2019

VEC

Vysvetlenie zverejnených dokumentov k zákazke s názvom **Rádiologické zariadenia (Rimavská Sobota)** – III. kolo

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom **Rádiologické zariadenia (Rimavská Sobota)**, zverejnenej v Úradnom vestníku verejného obstarávania EÚ č. 2019/S 066-153651 zo dňa 3.4.2019 a vo vestníku UVO pod č. 67/2019 zo dňa 4.4.2019 č. 6503 - MST, tak ako je uvedené nižšie.

Pre časť 2 USG gynekologické

Otázka č. 1:

... Časť č. 2: USG gynekologické ... Obstarávateľ požaduje v položke č.5 „Ovládací panel na artikulačnom ramene musí byť výškovo a stranovo nastaviteľný v rozsahu min. 10 cm“.

Trvá obstarávateľ na stranovo nastaviteľnom paneli?

Útľe USG prístroje, ktoré majú všetky 4 kolieska otočné 360° umožňujú jednoduché natočenie prístroja bez potreby stranového nastavenia panela.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ má výlučné právo na špecifikáciu predmetu zákazky v súlade s jeho potrebami a finančnými možnosťami. Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnej špecifikácii a neakceptuje požiadavku uchádzača o dodanie USG prístroja bez možnosti stranového otočenia ani v prípade 360° otočných 4 koliesok. Pre prácu je podmienkou pri zaaretovaní koliesok USG prístroja čo najľahší spôsob ovládania USG prístroja jednou rukou pri súčasnom výkone vyšetrenia. Nie je možné pre potreby realizácie vyšetrení venovať časť pohybovaniu USG prístroja v zmysle odaretovávaniu a zaaretovávaniu koliesok tak, aby bolo možné vyšetrenie realizovať bez zbytočných dielčích pohybov, ktoré komplikujú pracovný výkon.

Otázka č. 2:

... Časť č. 2: USG gynekologické - lineárna sonda... Obstarávateľ požaduje v položke č.17.3.1 na lineárnej sonde (prsínikovej) „**Frekvenčný rozsah min. (4 - 12) MHz**“.

Na vyšetrenie prsníkov sa využívajú vyššie frekvencie. Bude verejný obstarávateľ akceptovať lineárnu sondu s frekvenčným rozsahom 5 – 12 MHz?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ preskúmal dopad navrhovanej zmeny technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaného zariadenia a akceptuje lineárnu sondu s frekvenčným rozsahom min.(5-12) MHz. V kontexte zmeny frekvenčného rozsahu je ale potrebné dodržať aj súvisiace techn. požiadavky, aby bolo umožnený vykonávať vyšetrenia v plnej kvalite.

Verejný obstarávateľ v tomto kontexte upraví techn. špecifikáciu pre časť USG gynekologické.

Otázka č. 3:

... Časť č. 2: USG gynekologické - DVD napáľovačka ...Obstarávateľ požaduje v časti 2 (USG gynekologické) v **položke č. 18.6. „Prístroj musí obsahovať DVD archivačné zariadenie - DVD napáľovačka“**.

V súčasnosti sa od CD/DVD napáľovačiek upúšťa (neinštalujú sa ani do počítačov). Obstarávateľ požaduje prenášanie dát cez DICOM, USB porty a odosielanie dát cez sieť. Z tohto dôvodu považujeme CD/DVD napáľovačku za nepotrebnú. Bude obstarávateľ akceptovať, ak USG prístroj nebude obsahovať CD/DVD napáľovačku?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ v priebehu prípravy verejného obstarávania pristupoval k určeniu opisu predmetu zákazky zodpovedne s ohľadom na svoje potreby, finančné možnosti a princípy verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ zohľadňujúc svoje potreby (a požiadavky pacientov, ktorí aj v súčasnosti žiadajú napálenie snímok z USG na CD/DVD) stanovil techn. požiadavky na USG gynekologické.

Vzhľadom na účel použitia predmetného prístroja a typy realizovaných vyšetrení, verejný obstarávateľ naďalej trvá na dodaní prístroja aj s DVD napáľovačkou.

Pre časť 3 USG Neurologická JIS + Interné

Otázka č. 4:

.. Časť č. 3: USG Neurologická JIS + Interné... Obstarávateľ bude kupovať **4 sondy**.

TEE sonda sa bude pripájať / odpájať sporadicky, ale vždy sa bude musieť odpojiť iná sonda.

Nebolo by vhodnejšie zakúpiť USG prístroj so štyrmi portami pre 2D sondy?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ má výlučné právo na špecifikáciu predmetu zákazky v súlade s jeho potrebami a finančnými možnosťami. Verejný obstarávateľ neakceptuje daný návrh a trvá na pôvodnej špecifikácii – min. 3 porty pre 2D sondy.

Verejný obstarávateľ si súčasne dovoľuje upriamiť pozornosť na slovo „min. 3 porty“, z ktorého vyplýva, že verejný obstarávateľ povoľuje ponúknuť prístroj so štyrmi portami.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto vysvetlenia je upravená špecifikácia predmetu zákazky pre časť 2 USG gynekologické samostatne zverejnená v časti *Dokumenty* v záväznej pdf verzii s vyznačenými vykonanými zmenami aj v editovateľnej verzii pre účely vyplňania k predloženiu ponuky, ktorú verejný obstarávateľ zverejní do 1 pracovného dňa v systéme JOSEPHINE.

Verejný obstarávateľ vykonáva uvedenú zmenu dostatočne včas, a preto nebude predlžovať lehotu na predkladanie ponúk.

S úctou

v. r.

Osoba poverená realizáciou procesu VO