

Všetkým záujemcom

V Bratislave, dňa 17. mája 2019

## VEC

Vysvetlenie zverejnených dokumentov k zákazke s názvom **Rádiologické zariadenia (Rimavská Sobota)** – IV. kolo

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom **Rádiologické zariadenia (Rimavská Sobota)**, zverejnenej v Úradnom vestníku verejného obstarávania EÚ č. 2019/S 066-153651 zo dňa 3.4.2019 a vo vestníku UVO pod č. 67/2019 zo dňa 4.4.2019 č. 6503 - MST, tak ako je uvedené nižšie.

## Pre časť č. 4: USG na operačné sály

### Otázka č. 1:

... Časť č. 4: USG na operačné sály – rozlíšenie

... v časti č. 4: USG na operačné sály požadujete v bode č. 3: "**Rozlíšenie monitora min. (1280x768) pixelov**".

Budete akceptovať monitor s rozlíšením 1024x768?

### Odpoveď:

Verejný obstarávateľ má výlučné právo na špecifikáciu predmetu zákazky v súlade s jeho potrebami a finančnými možnosťami. Vzhľadom na účel použitia predmetného prístroja a typy realizovaných vyšetrení, verejný obstarávateľ naďalej trvá na požiadavke rozlíšenia monitora 1280x768 pixelov.

### Otázka č. 2:

Časť č. 4: USG na operačné sály - zobrazenie čiar

v časti č. 4: USG na operačné sály požadujete v bode č. 9: "**Počet zobrazovacích čiar min. 512**".

Poprosím o upresnenie požadovaného parametra nakoľko mi nie je úplne jasné o aký parameter sa jedná.

### Odpoveď:

Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že počet zobrazovaných čiar min. 512 predstavuje minimálnu hustotu čiar pri 2D zobrazení.



**Otázka č. 3:**

**Časti č. 4: USG na operačné sály – CFM**

v časti č. 4: USG na operačné sály požadujete v bode č. 19.5: "**Maximálna obrazová rýchlosť CFM min. 170 obr/s**".

Výrobca tento parameter v technickej špecifikácii neuvádza. V prípade, ak sa mi nepodari preukázať hodnotu tohto parametra a ostatné parametre budem spĺňať bude to dôvod na vylúčenie zo súťaže?

**Odpoveď:**

Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov na povinnosť preukázať v ponuke splnenie požiadaviek na predmet zákazky. V prípade, ak z predloženej dokumentácie tvoriacej ponuku uchádzača nie je možné vyhodnotiť splnenie požiadavky, a to ani po opakovanom vyzvaní na preukázanie splnenia techn. požiadaviek, zákon o verejnom obstarávaní v § 53 ukladá v takejto situácii verejnému obstarávateľovi povinnosť vylúčiť takúto ponuku z procesu verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ vo vzťahu k takým požiadavkám odporúča záujemcom predložiť akékoľvek relevantné doklady / dokumenty (napr. užívateľský manuál, návod na použitie, technický list, fotodokumentáciu, a pod.), z ktorých bude možné objektívne overiť splnenia techn. požiadaviek na predmet zákazky.

**Pre časť č. 5: USG rádiologické**

**Otázka č. 4:**

**Časť č. 5: USG rádiologické - konvexná sonda**

v časti č. 5: USG rádiologické požadujete v bode č. 14.1.2: "**Max. hĺbka zobrazenia min. 300 mm**" na konvexnej sonde.

Budete akceptovať hĺbku zobrazenia 280 mm, v prípade ak ponúknete 192 elementové sondy namiesto 128 (ponúknete sondy s vyšším rozlíšením)?

**Odpoveď:**

Verejný obstarávateľ preskúmal dopady navrhovanej zmeny vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaného zariadenia a bude akceptovať hĺbku zobrazenia 280 mm, v prípade ak bude ponúknutá 192 elementová sonda.

Verejný obstarávateľ upraví v tomto kontexte techn. špecifikáciu nasledovne:

„Max. hĺbka zobrazenia min. 300 mm (resp. 280 mm ak bude počet elementov 192)“

**Otázka č. 5:**

**Časť č. 5: USG rádiologické - lineárna sonda 1**

v časti č. 5: USG rádiologické požadujete v bode č. 14.2.1: "**Frekvenčný rozsah min. (3,5 – 10) MHz**" na lineárnej sonde.

Budete akceptovať lineárnu sondu s frekvenčným rozsahom 1,8-9,8 MHz?



**Odpoveď:**

Verejný obstarávateľ obstarávateľ preskúmal dopady navrhovanej zmeny vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaného zariadenia a bude akceptovať aj lineárnu sondu s frekvenčným rozsahom 1,8 - 9,8 Mhz.

Verejný obstarávateľ upraví v tomto kontexte techn. špecifikáciu nasledovne:

„Frekvenčný rozsah min. (3,5 – 9,8) Mhz“

Neoddeliteľnou súčasťou tohto vysvetlenia je upravená špecifikácia predmetu zákazky pre časť 5 USG rádiologické samostatne zverejnená v časti *Dokumenty* v záväznej pdf verzii s vyznačenými vykonanými zmenami aj v editovateľnej verzii pre účely vyplňania k predloženiu ponuky, ktorú verejný obstarávateľ zverejnil v systéme JOSEPHINE.

Verejný obstarávateľ vykonáva uvedenú zmenu dostatočne včas, a preto nebude predlžovať lehotu na predkladanie ponúk.

S úctou

v. r.

Osoba poverená realizáciou procesu VO