

Všetkým záujemcom

V Bratislave, dňa 16. mája 2019

VEC

Vysvetlenie zverejnených dokumentov k zákazke s názvom **Rádiologické zariadenia (Vranov nad Topľou)** – I. kolo

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom **Rádiologické zariadenia (Vranov nad Topľou)**, zverejnenej v Úradnom vestníku verejného obstarávania EÚ č. 2019/S 088-210388 zo dňa 7.5.2019 a vo vestníku UVO pod č. 91/2019 zo dňa 9.5.2019 značka 11967 - MST, tak ako je uvedené nižšie.

Pre časť č. 4: USG rádiologické

Verejný obstarávateľ po zvážení technickej špecifikácie ultrazvukového prístroja v kontexte aktuálne vykonávaných úkonov upresňuje špecifikáciu pre časť 4 USG rádiologické, vo vzťahu k požiadavke č. 13.3 Technológia potlačenia šumu min. v 6 úrovniach.

Nové znenie položky - požadovaná úroveň:

13.3 Technológia potlačenia šumu min. v 5 úrovniach.

Pre časť č. 7: Mobilný RTG s C-ramenom

Otázka č. 1:

V špecifikácii predmetu zákazky v riadku č. 10 verejný obstarávateľ požaduje:

„Samostatný monitorový vozík s 2 ks TFT monitorov, alebo s 1 ks TFT monitora min. 34 palcov s rozlíšením min. rozlíšením 2560x1024 „

..... Bude verejný obstarávateľ akceptovať „Samostatný monitorový vozík s 2 ks TFT monitorov, alebo s 1 ks TFT monitora min. 32 palcov s rozlíšením min. rozlíšením 2560x1024“.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ preskúmal dopady navrhovanej zmeny vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaného zariadenia a pripúšťa splnenie danej požiadavky aj prostredníctvom 1 TFT monitora min. 32 palcov.



Verejný obstarávateľ upraví v tomto kontexte techn. špecifikáciu nasledovne: „Samostatný monitorový vozík s 2 ks TFT monitormi alebo s 1 ks TFT monitorom min. 32 palcov s min. rozlíšením 2560 x 1024 s možnosťou zobrazenia dvoch RTG snímok vedľa seba.“

Neoddeliteľnou súčasťou tohto vysvetlenia je upravená špecifikácia predmetu zákazky pre časť 4 USG rádiologické a časť 7 Mobilný RTG s C – ramenom samostatne zverejnená v časti *Dokumenty* v záväznej pdf verzii s vyznačenými vykonanými zmenami aj v editovateľnej verzii pre účely vyplňania k predloženiu ponuky, ktorú verejný obstarávateľ zverejní do 1 pracovného dňa v systéme JOSEPHINE.

Verejný obstarávateľ vykonáva uvedenú zmenu dostatočne včas, a preto nebude predlžovať lehotu na predkladanie ponúk.

S úctou

v. r.

Osoba poverená realizáciou procesu VO