



Všetkým záujemcom

V Bratislave, dňa 26. júna 2019

VEC

Vysvetlenie zverejnených dokumentov k zákazke s názvom **Rádiologické zariadenia (Vranov nad Topľou)** – V. kolo

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom **Rádiologické zariadenia (Vranov nad Topľou)**, zverejnenej v Úradnom vestníku verejného obstarávania EÚ č. 2019/S 088-210388 zo dňa 7.5.2019 a vo vestníku UVO pod č. 91/2019 zo dňa 9.5.2019 značka 11967 - MST, tak ako je uvedené nižšie.

Pre časť č. 4: USG rádiologické

Otázka č. 1:

V technickej špecifikácii v bode 14.3.2 pre USG rádiologické sa uvádza: „Max. hĺbka zobrazenia min. 80 mm“.

Verejný obstarávateľ v rámci technickej špecifikácie požaduje dodanie lineárnej sondy - určenej na vyšetřovanie ciev, ako aj jemných tkanív, multifrekvenčnej, virtuálne rozšírenie FOV - trapezoid s max. hĺbkou zobrazenia min. 80 mm. Nami ponúkané zariadenie disponuje sondou, ktorá vyhovuje zadanej technickej špecifikácii, no taktiež sondou s hĺbkou zobrazenia max. 60 mm. Domnievame sa, že táto sonda je pre požadované typy vyšetření vhodnejšia.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj dodanie lineárnej sondy s max. hĺbkou zobrazenia 60 mm?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ preskúmal dopad navrhovanej zmeny technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaného zariadenia a bude akceptovať dodanie lineárnej sondy s frekvenčným rozsahom 5-15MHz a max. hĺbkou zobrazenia 60mm, pod podmienkou, že druhá lineárna sonda s frekvenčným rozsahom 3,5-10MHz bude disponovať max. hĺbkou zobrazenia 80mm. Verejný obstarávateľ v tomto kontexte upraví techn. špecifikáciu pre danú časť predmetu zákazky.

Otázka č. 2:

V technickej špecifikácii v bode 13.14 pre USG rádiologické sa uvádza: „Elastografia typu shear wave v 2D zobrazení (2D SWE) umožňujúca kvantitatívnu analýzu v kPa s farebným elastogramom v B-móde“

Zariadenie ponúkané disponuje možnosťou rozšírenia o elastografiu typu strain s farebným elastogramom v B-móde, v kombinácii s možnosťou rozšírenia o elastografiu typu shear wave bodová pSWE umožňujúca kvantitatívnu analýzu v m/s a kPa v B-móde. Takéto riešenie pritom je spôsobilé pokryť všetky požadované typy vyšetření.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať možnosť rozšírenia o elastografiu typu strain s farebným elastogramom v B-móde, v kombinácii s položkou Možnosť rozšírenia o elastografiu typu shear wave bodová SWE umožňujúca kvantitatívnu analýzu v m/s a kPa v B-móde?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ v priebehu prípravy verejného obstarávania pristupoval k určeniu opisu predmetu zákazky zodpovedne s ohľadom na svoje potreby, finančné možnosti a princípy verejného obstarávania.



Verejný obstarávateľ neakceptuje návrh uchádzača a trvá na splnení parametra „*Elastografia typu shear wave v 2D zobrazení (2D SWE) umožňujúca kvantitatívnu analýzu v kPa s farebným elastogramom v B-móde*“ vzhľadom na fakt, že sa jedná o najsenzitívnejšiu metódu daného typu vyšetrenia. Žiadosť záujemcu je taktiež neakceptovateľná z dôvodu, že záujemca sa svojou požiadavkou pokúša zmeniť povinnosť dodať danú funkcionálnosť v rámci verejného obstarávania iba na opcii, resp. možnosť rozšírenia predmetného prístroja o danú funkcionálnosť, o čo verejný obstarávateľ nemá záujem.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto vysvetlenia je upravená špecifikácia predmetu zákazky pre **časť 4 USG rádiologické** samostatne zverejnené v časti *Dokumenty* v záväznej pdf verzii s vyznačenými vykonanými zmenami aj v editovateľnej verzii pre účely vyplňania k predloženiu ponuky.

Verejný obstarávateľ považuje tieto zmeny za podstatné, a preto primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.

S úctou

v. r.

Osoba poverená realizáciou procesu VO