



Všetkým záujemcom

V Bratislave, dňa 01. júla 2019

VEC

Vysvetlenie zverejnených dokumentov k zákazke s názvom **Rádiologické zariadenia (Vranov nad Topľou)** – VI. kolo

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom **Rádiologické zariadenia (Vranov nad Topľou)**, zverejnenej v Úradnom vestníku verejného obstarávania EÚ č. 2019/S 088-210388 zo dňa 7.5.2019 a vo vestníku UVO pod č. 91/2019 zo dňa 9.5.2019 značka 11967 - MST, tak ako je uvedené nižšie.

Pre časť č. 8: Digitálny skiagrafický RTG prístroj

Otázka č. 1:

Verejný obstarávateľ uvádza v prílohe č. 1 SP - Špecifikácia predmetu zákazky v časti č. 8 PZ nasledovné: Položka p. č. 8: *Stropný záves RTG žiariča*

Riešenie s umiestnením RTG žiariča na pojazdnom statíve spĺňa všetky verejným obstarávateľom požadované úžitkové, funkčné a prevádzkové vlastnosti RTG zariadenia ako pri stropnom závese.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať riešenie dodania RTG zariadenia riešeného s umiestnením RTG žiariča na pojazdnom statíve pri zachovaní všetkých požadovaných úžitkových, funkčných a prevádzkových vlastností?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ preskúmal dopad navrhovanej zmeny technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám, účelu nakupovaného zariadenia a rozhodol akceptovať navrhované riešenie. Verejný obstarávateľ upraví techn. špecifikáciu pre danú časť predmetu zákazky a to vo všetkých s tým súvisiacich bodoch.

Súčasne verejný obstarávateľ overil požiadavky na RTG prístroj aj vo vzťahu k požiadavkám uvedeným vo Vyhláske č.101/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarovania, najmä požiadavky uvedené v Prílohe č. 6 Vyhlášky „ROZSAH PREBERACEJ SKÚŠKY A SKÚŠKY DLHODOBEJ STABILITY ZARIADENÍ NA LEKÁRSKE OŽIARENIE A ICH PRÍSLUŠENSTVA, NAJVYŠŠIE PRÍPUSTNÉ ODCHÝLKY KONTROLOVANÝCH PARAMETROV A ZÁSAHOVÉ ÚROVNE“). Verejný obstarávateľ v tomto kontexte upraví techn. špecifikáciu pre danú časť predmetu zákazky tak, aby po zakúpení prístroja bolo možné naplniť vyhláškou požadované parametre.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto vysvetlenia je upravená špecifikácia predmetu zákazky pre **časť 8 – Digitálny skiagrafický RTG prístroj** samostatne zverejnené v časti *Dokumenty* v záväznej pdf verzii s vyznačenými vykonanými zmenami aj v editovateľnej verzii pre účely vyplňania k predloženiu ponuky.

Verejný obstarávateľ považuje tieto zmeny za podstatné, a preto primerane predĺžil lehotu na predkladanie ponúk.

S úctou

v. r.

Osoba poverená realizáciou procesu VO

