



Všetkým záujemcom

V Bratislave, dňa 03. júla 2019

VEC

Vysvetlenie zverejnených dokumentov k zákazke s názvom **Rádiologické zariadenia (Vranov nad Topľou)** – VII. kolo

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom **Rádiologické zariadenia (Vranov nad Topľou)**, zverejnenej v Úradnom vestníku verejného obstarávania EÚ č. 2019/S 088-210388 zo dňa 7.5.2019 a vo vestníku UVO pod č. 91/2019 zo dňa 9.5.2019 značka 11967 - MST, tak ako je uvedené nižšie.

Pre časť č. 4: USG rádiologické

Otázka č. 1:

Verejný obstarávateľ požaduje v časti 4. USG rádiologické v bode 13.13 a 13.14 dva typy *Elastografia typu shear wave*.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať zmenu špecifikácie na Elastografia typu shear wave ako alternatívu jedného alebo druhého typu?

13.13 „Elastografia typu shear wave bodová pSWE umožňujúca kvantitatívnu analýzu v m/s v B-móde“ alebo

13.14 „Elastografia typu shear wave v 2D zobrazení (2D SWE) umožňujúca kvantitatívnu analýzu v kPa s farebným elastogramom v B-móde“

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ v priebehu prípravy verejného obstarávania pristupoval k určeniu opisu predmetu zákazky zodpovedne s ohľadom na svoje potreby, finančné možnosti a princípy verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ nesúhlasí so zmenou parametrov vzhľadom na potreby pracoviska – zohľadňujúc výrazný nárast požiadaviek od klinických lekárov na elastografické vyšetrenia. Kombinácia 2D shear Wave a point shear wave elastografie umožní zvýšiť kvalitu vyšetrení hlavne pri vyšetreniach pečene.

Verejný obstarávateľ považuje tieto zmeny za nepodstatné, a preto nebude predlžovať lehotu na predkladanie ponúk.

S úctou

v. r.

Osoba poverená realizáciou procesu VO