

Názov predmetu zákazky:  
Rádiologické zariadenia

Časť č. 6: Mobilný RTG prístroj

Špecifikácia predmetu zákazky

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vyplňa ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPŮŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu  
(verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu			Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu		Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1	POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky			(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		(napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu)	(napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
Položka predmetu zákazky - Mobilný digitálny RTG prístroj požadovaný počet: 1 ks			Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. TU UVEĎTE ponúkané parametre	2.	3.
P. č.	Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks mobilný digitálny RTG prístroj)	Doplňujúce informácie				
1.	Mobilný digitálny RTG prístroj - na 4 kolieskach s motorickým pohonom (pohybom)		áno/nie			
2.	Vysoko frekvenčný generátor s výkonom min. 30 kW		uvedte hodnotu			
3.	Rozsah kV so zmenou po 1kV krokoch min (50 - 125) kV	väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (50-125) kV musí byť zachovaný	uvedte hodnotu			
4.	Rozsah mAs min (0,35 - 110) mAs	väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (0,35-110) mAs musí byť zachovaný	uvedte hodnotu			
5.	Tepelná kapacita anódy min. 100 KHU		uvedte hodnotu			
6.	Rozmedzie ohniskového žiariča (pripúšťa sa jednofokusový alebo dvojfokusový) min.(0,6 -1,4) mm	Zadávateľ pripúšťa väčšie rozmedzie, ale len pre spodnú hranicu ohniskového žiariča, pričom vrchná hranica rozmedzia ohniskového žiariča musí byť maximálne 1,4 mm	uvedte hodnotu			
7.	Voľba kV, mAs, APR		áno/nie			
8.	Kolimačné svetlo		áno/nie			
9.	Nastavenie ohniskovej vzdialenosti		áno/nie			
10.	Výkynosť rotačného ramena min. ± 90° stupňov		uvedte hodnotu			
11.	Vzdialenosť ohnisko – podlaha min. (73-180) cm	väčší rozsah vzdialenosti je prípustný, ale rozsah min. (73-180) cm musí byť zachovaný	uvedte hodnotu			
12.	Batériou napájaný generátor RTG prístroja		áno/nie			
13.	Elektrické napájanie 220-240V v AC/ max. 16 A		áno/nie			
14.	Šírka prístroja max. 80 cm		uvedte hodnotu			
15.	Hmotnosť prístroja max. 655 kg		uvedte hodnotu			
16.	DAP meter so zápisom k aktívnemu obrazu		áno/nie			
17. Digitálny RTG panel pre skiagrafický prístroj			Digitálny RTG panel pre skiagrafický prístroj			
17.1 Všeobecná charakteristika:			Všeobecná charakteristika:			
17.1.1	Univerzálny bezdrôtový digitálny RTG panel s vyberateľnou batériou		áno/nie			
17.1.2	Panel musí byť kompatibilný s "tzv.Bucky clonou"		áno/nie			
17.2 Detektor:			Detektor:			
17.2.1	Rozmery celého detektora šírka x dĺžka min.350 x min.410 mm		uvedte hodnotu			
17.2.2	Aktívna plocha detektora šírka x dĺžka min. 340 x min.400 mm		uvedte hodnotu			
17.2.3	Bezdrôtový detektor (WiFi alebo UWB)		áno/nie			
17.2.4	Priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste minimálne 3,5 Lp/mm		uvedte hodnotu			
17.2.5	Rozlíšenie – hĺbka šedi min. 14 bit		uvedte hodnotu			
17.2.6	Typ detektora CsI		áno/nie			
17.2.7	Užívateľom vyberateľná nabíjateľná batéria 2 ks		uvedte hodnotu			
17.2.8	Externá nabíjačka batérií s funkciou súbežného nabíjania viacerých batérií		áno/nie			
18. Akvizíčná stanica:			Akvizíčná stanica / notebook:			
18.1	Ovláda, riadi chod a získava snímky z detektora		áno/nie			
18.2	DICOM kompatibilita ( komunikácia PACS, NIS)		áno/nie			
18.3	Možnosť úpravy údajov pacienta		áno/nie			
18.4	Ovládanie dotykovou obrazovkou		áno/nie			
18.5	Spracovanie obrazu		áno/nie			
18.6	Kapacita akvizíčnej pracovnej stanice v DICOM formáte min. 4000 ks		uvedte hodnotu			
18.7	RAM pre akvizíčnú pracovnú stanicu min. 2 GB		uvedte hodnotu			
18.8	Možnosť uloženia štúdie na CD/DVD nosič alebo USB		áno/nie			
18.9	Kompletné vytvorenie organoprogramov - expozičných parametrov, orgánových filtrov primárneho nastavenia obrazu -RAT		áno/nie			

19. Osobitné požiadavky na plnenie:			Osobitné požiadavky na plnenie:			
19.1	Záruka min. 24 mesiacov		áno/nie			
19.2	Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie, vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 90 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky.		áno/nie			

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V:

Dňa:

.....  
Pečiatka a podpis