

Všetkým záujemcom

V Bratislave, dňa 30. júla 2019

VEC

Vysvetlenie zverejnených dokumentov k zákazke s názvom **Rádiologické zariadenia (Vranov nad Topľou)** – XI. kolo

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom **Rádiologické zariadenia (Vranov nad Topľou)**, zverejnenej v Úradnom vestníku verejného obstarávania EÚ č. 2019/S 088-210388 zo dňa 7.5.2019 a vo vestníku UVO pod č. 91/2019 zo dňa 9.5.2019 značka 11967 - MST, tak ako je uvedené nižšie.

Pre časť č. 8: Skiagrafický RTG prístroj

Otázka č. 2:

Vážený verejný obstarávateľ,

keďže nám nie je jasné vysvetlenie parametra **č.12.1 - "Primárna filtrácia Al,Cu max. 0,3 mm"**, nakoľko v špecifikácii obstarávateľ požaduje primárnu filtráciu a vo vysvetlení myslí doplnkovú, chceme sa opýtať, či bude verejný obstarávateľ akceptovať prístroj, ktorý obsahuje možný výber prídavných filtrov na kolimátore s hodnotami 2 mm Al, 1 mm Al + 0.1 mm Cu, alebo 1 mm Al + 0.2 mm Cu a spĺňajúci vyhlášku č. 101/2018 Z.z. Ministerstva zdravotníctva SR.

Odpoveď:

Áno, verejný obstarávateľ bude akceptovať zloženie filtrov hypoteticky ponúknutých uchádzačom v prvej (2 mm Al, 1 mm Al + 0.1 mm Cu) alebo druhej (2 mm Al, 1 mm Al + 0.2 mm Cu) variante, nakoľko spĺňajú špecifikáciu definovanú verejným obstarávateľom.

Verejný obstarávateľ týmto vysvetlením neupravuje zverejnené podklady a odpovedá na doručení otázku bezodkladne (v nasledujúci pracovný deň po jej obdržaní), preto nebude posúvať lehotu na predkladanie ponúk.

S úctou

v. r.

Osoba poverená realizáciou procesu VO