

Všetkým záujemcom

V Bratislave, dňa 14. mája 2019

VEC

Vysvetlenie zverejnených dokumentov k zákazke s názvom **USG a RTG prístroje** (NsP Spišská Nová Ves) – I. kolo

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom **USG a RTG prístroje** (NsP Spišská Nová Ves) zverejnenej v Úradnom vestníku verejného obstarávania EÚ č. 2019/S 075-177444 zo dňa 16.4.2019 a vo vestníku UVO pod č. 76/2019 zo dňa 17.4.2019 č. 8015 - MST, tak ako je uvedené nižšie.

Otázka č. 1:

... V špecifikácii predmetu zákazky časť č. 5: Digitálny skiagrafický RTG prístroj - príloha SNV_Časť č.5_Dig. Skia. RTG prístroj, p. č. 9 Vertikálny posuv statívu RTG žiariča min. 1800 mm je požadovaná hodnota posuvu 1800mm. Prístroj, ktorým by sme sa radi zúčastnili súťaže má 1500mm a podľa našich doterajších skúseností na slovenskom trhu to bolo vždy postačujúce. Chceme sa opýtať či je možné sa zúčastniť tejto súťaže, časti 3, aj v prípade, že náš parameter je 1500mm. Nakoľko ani s prístrojom s hodnotou posuvu 1800mm nie je možné odsnímkovať lebku dvojmetrového pacienta v stoj. V prípade takéhoto vyšetrenia sa pacient necháva sadnúť, čo je bežnou praxou. Takýmto spôsobom je možné odsnímkovať všetkých pacientov, či už máte RTG prístroj s vertikálnym rozsahom 1500 alebo 1800mm. Okrem spomínaného sa snímka lebky vyšetruje prevažne v ľahu a tým opäť nie je potrebný rozsah 1800mm. Z vertikálnym rozsahom pohybu statívu RTG žiariča 1500mm je možné bez problémov vytvoriť snímku pľúc v stoj. Preto máme za to, že je tento rozsah postačujúci pre všetky vyšetrenia s vertikálnym stojanom.

Odpoveď pre časť č. 5 Digitálny skiagrafický RTG prístroj

p. č. 9 - Vertikálny posuv statívu RTG žiariča min. 1800

Verejný obstarávateľ má výlučné právo na špecifikáciu predmetu zákazky v súlade s jeho potrebami a finančnými možnosťami. Verejný obstarávateľ bude akceptovať ponuky, ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v opise predmetu zákazky a ktoré budú predložené v súlade s pokynmi uvedenými v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ v priebehu prípravy verejného obstarávania pristupoval k určeniu opisu predmetu zákazky zodpovedne s ohľadom na svoje potreby a finančné možnosti a princípy verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ zohľadňujúc svoje potreby stanovil požiadavku na „vertikálny posuv statívu RTG žiariča“.

Podľa skúseností a vedomostí odborných lekárov, je čím vyšší posuv statívu, tým kvalitnejší a rozmerovo presnejší obraz. S rozsahu statívu 1500 mm je síce možné vykonať potrebné vyšetrenia, ale v menšej kvalite s menšou ostrosťou a viditeľnosťou defektov resp. detailov orgánov.

Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnej špecifikácii, a to najmä z dôvodu, že pri tangenciálnych projekciách - u pacientov snímkaných na lôžku (resp. imobilných pacientov) je potreba zachovania jednak kvality obrazu, ako aj požadovaného reálneho rozmeru vyšetřovaných oblastí tela - rozmery srdca, mediastína, bronchov. Verejný obstarávateľ na základe skúseností odborných lekárov má pri pripustení úpravy menšieho rozsahu statívu reálne a opodstatnené obavy o skreslení obrazu a tým spôsobenými chybnými alebo nepresnými diagnózami.

Verejný obstarávateľ uvedomujúc si hodnotu ľudského života si nemôže dovoliť takéto riziko. Verejný obstarávateľ verí, že vysvetlením dostatočne objasnil neakceptovanie vyššie uvedeného návrhu.

Otázka č. 2:

... Chceli by sme požiadať o bližšie vysvetlenie parametru uvedeného v špecifikácii predmetu zákazky pre časť č. 4: Mobilný RTG prístroj - príloha SNV_Časť č.4_Mob. RTG prístroj, p. č. 6 Rozmedzie ohniskového žiariča (pripúšťa sa jednofokusový alebo dvojfokusový) min.(0,6 -1,4) mm.

Znamená to, že požadujete, aby v prípade dvojfokusového prístroja aspoň jedno ohnisko bolo v rozmedzí 0,6-1,4mm?

Odpoveď pre časť 4 Mobilný RTG prístroj

p. č. 6 - Rozmedzie ohniskového žiariča (pripúšťa sa jednofokusový alebo dvojfokusový) min.(0,6 -1,4) mm

Verejný obstarávateľ preskúmal jasnosť uvedenej technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaného zariadenia, a preto vysvetľuje, že hodnotu 0,6-1,4 mm treba chápať ako prípustný rozsah veľkosti ohnisk. Znamená to, že vyhovujúcim parametrom sú všetky hodnoty v uvedenom rozsahu. Rozmedzie ohniskového žiariča v prípade dvojfokusového riešenia pripúšťa malé ohnisko väčšie ako 0,6 mm a veľké ohnisko menšie ako 1,4 mm. U jednoohniskového prístroja musí byť veľkosť ohniska v rozsahu 0,6 až 1,4 mm.

Verejný obstarávateľ vykonáva uvedenú zmenu dostatočne včas, a preto nebude predlžovať lehotu na predkladanie ponúk.

S úctou

v. r.

Osoba poverená realizáciou procesu VO