

Všetkým zájemcom

V Bratislave, dňa 16. mája 2019

VEC

Vysvetlenie zverejnených dokumentov k zákazke s názvom **USG a RTG prístroje** (NsP Spišská Nová Ves) – II. kolo

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom **USG a RTG prístroje** (NsP Spišská Nová Ves) zverejnenej v Úradnom vestníku verejného obstarávania EÚ č. 2019/S 075-177444 zo dňa 16.4.2019 a vo vestníku UVO pod č. 76/2019 zo dňa 17.4.2019 č. 8015 - MST, tak ako je uvedené nižšie.

Otázka č. 1:

V špecifikácii predmetu zákazky pre časť 6 v riadku č. 10 verejný obstarávateľ požaduje:

„Samostatný monitorový vozík s 2 ks TFT monitorov, alebo s 1 ks TFT monitora min. 34 palcov s rozlíšením min. rozlíšením 2560x1024 „

.... Bude verejný obstarávateľ akceptovať „Samostatný monitorový vozík s 2 ks TFT monitorov, alebo s 1 ks TFT monitora min. 32 palcov s rozlíšením min. rozlíšením 2560x1024“.

Odpoveď pre časť č. 6 Mobilný RTG prístroj s C – ramenom

Pol. č. 10 Samostatný monitorový vozík s 2 ks TFT monitorov, alebo s 1 ks TFT monitora min. 34 palcov s rozlíšením min. rozlíšením 2560x1024

Verejný obstarávateľ preskúmal dopady navrhovanej zmeny vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaného zariadenia a pripúšťa splnenie danej požiadavky aj prostredníctvom 1 TFT monitora min. 32 palcov.

Verejný obstarávateľ upraví v tomto kontexte techn. špecifikáciu nasledovne:

„Samostatný monitorový vozík s 2 ks TFT monitormi alebo s 1 ks TFT monitorom min. 32 palcov s min. rozlíšením 2560 x 1024 s možnosťou zobrazenia dvoch RTG snímok vedľa seba.“

Verejný obstarávateľ vykonáva uvedenú zmenu dostatočne včas, a preto nebude predlžovať lehotu na predkladanie ponúk.

S úctou

v.r.

Osoba poverená realizáciou procesu VO