

Všetkým záujemcom

V Bratislave, dňa 26. júna 2019

VEC

Vysvetlenie zverejnených dokumentov k zákazke s názvom **USG a RTG prístroje** (NsP Spišská Nová Ves) – VI. kolo

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom **USG a RTG prístroje** (NsP Spišská Nová Ves) zverejnenej v Úradnom vestníku verejného obstarávania EÚ č. 2019/S 075-177444 zo dňa 16.4.2019 a vo vestníku UVO pod č. 76/2019 zo dňa 17.4.2019 č. 8015 - MST, tak ako je uvedené nižšie.

Časť 3 – USG rádiologické

Otázka č. 1:

V technickej špecifikácii v bode 14.3.2 pre USG rádiologické sa uvádza: „*Max. hĺbka zobrazenia min. 80 mm*“ Verejný obstarávateľ v rámci technickej špecifikácie požaduje dodanie lineárnej sondy - určenej na vyšetrovanie ciev, ako aj jemných tkanív, multifrekvenčnej, virtuálne rozšírenie FOV - trapezoid s max. hĺbkou zobrazenia min. 80 mm. Nami ponúkané zariadenie disponuje sondou, ktorá vyhovuje zadanej technickej špecifikácii, no taktiež sondou s hĺbkou zobrazenia max. 60 mm. Domnievame sa, že táto sonda je pre požadované typy vyšetrení vhodnejšia.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj dodanie lineárnej sondy s max. hĺbkou zobrazenia 60 mm?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ v priebehu prípravy verejného obstarávania pristupoval k určeniu opisu predmetu zákazky zodpovedne s ohľadom na svoje potreby, finančné možnosti a princípy verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení „*Max. hĺbka zobrazenia min. 80 mm*“, a to z dôvodu, že v populácii so vzrastajúcim počtom obeznych ľudí je nevyhnuté prihliadať aj na tento faktor, pričom navrhovaná hĺbka zobrazenia sondy 60 mm je nedostatočná.

Otázka č. 2:

V technickej špecifikácii v bode 13.14 pre USG rádiologické sa uvádza: „*Elastografia typu shear wave v 2D zobrazení (2D SWE) umožňujúca kvantitatívnu analýzu v kPa s farebným elastogramom v B-móde*“

Zariadenie ponúkané disponuje možnosťou rozšírenia o elastografiu typu strain s farebným elastogramom v B-móde, v kombinácii s možnosťou rozšírenia o elastografiu typu shear wave bodová pSWE umožňujúca kvantitatívnu analýzu v m/s a kPa v B-móde. Takéto riešenie pritom je spôsobilé pokryť všetky požadované typy vyšetrení.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať možnosť rozšírenia o elastografiu typu strain s farebným elastogramom v B-móde, v kombinácii s položkou Možnosť rozšírenia o elastografiu typu shear wave bodová SWE umožňujúca kvantitatívnu analýzu v m/s a kPa v B-móde?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ má výlučné právo na špecifikáciu predmetu zákazky v súlade s jeho potrebami a finančnými možnosťami. Verejný obstarávateľ neakceptuje návrh záujemcu a trvá na splnení parametra: „*Elastografia typu shear wave v 2D zobrazení (2D SWE) umožňujúca kvantitatívnu analýzu v kPa s farebným elastogramom v B-móde alebo elastografia typu shear wave (pSWE) meraná minimálne dvoma bodmi s možnosťou následnej analýzy dát IQR*“ z dôvodu, že záujemca sa svojím návrhom pokúša zmeniť povinnosť dodať danú funkcionálnosť v rámci

verejného obstarávania iba na opciu, resp. možnosť rozšírenia predmetného prístroja o danú funkcionálnosť, o čo verejný obstarávateľ nemá záujem.

Verejný obstarávateľ v rámci dôkladného posúdenia dopytovaných techn. požiadaviek na základe doručených otázok od záujemcov a preskúmaní techn. požiadaviek vo vzťahu k typom vyšetrení, ktoré bude nemocnica realizovať s konvexnou sondou, prehodnotil svoje technické požiadavky na konvexnú sondu a rozhodol sa upraviť **parameter 14.1.3 nasledovne: „Počet elementov min. 192“.**

Verejný obstarávateľ v tomto kontexte upraví techn. špecifikáciu pre danú časť predmetu zákazky.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto vysvetlenia je upravená špecifikácia predmetu zákazky pre **časť 3 USG rádiologické** samostatne zverejnené v časti *Dokumenty* v záväznej pdf verzii s vyznačenými vykonanými zmenami aj v editovateľnej verzii pre účely vyplňania k predloženiu ponuky.

Verejný obstarávateľ považuje tieto zmeny za podstatné, a preto primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.

S úctou

v. r.

Osoba poverená realizáciou procesu VO