

Všetkým záujemcom

V Bratislave, dňa 01. júla 2019

VEC

Vysvetlenie zverejnených dokumentov k zákazke s názvom **USG a RTG prístroje** (NsP Spišská Nová Ves) – VII. kolo

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom **USG a RTG prístroje** (NsP Spišská Nová Ves) zverejnenej v Úradnom vestníku verejného obstarávania EÚ č. 2019/S 075-177444 zo dňa 16.4.2019 a vo vestníku UVO pod č. 76/2019 zo dňa 17.4.2019 č. 8015 - MST, tak ako je uvedené nižšie.

Časť 5 – Digitálny skiagrafický RTG prístroj

Otázka č. 1:

Verejný obstarávateľ uvádza v prílohe č. 1 SP - Špecifikácia predmetu zákazky v časti č. 5 PZ nasledovné: Parameter: Statív RTG žiariča alebo stropný záves je požadovaný Stropný záves RTG žiariča. Riešenie s umiestnením RTG žiariča na pojazdnom statíve spĺňa všetky verejným obstarávateľom požadované úžitkové, funkčné a prevádzkové vlastnosti RTG zariadenia ako pri stropnom závese.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať riešenie dodania RTG zariadenia riešeného s umiestnením RTG žiariča na pojazdnom statíve pri zachovaní všetkých požadovaných úžitkových, funkčných a prevádzkových vlastností? Navrhujeme preto v parametri - *Statív RTG žiariča alebo stropný záves* - upraviť požadovaný Stropný záves RTG žiariča nasledovne: *RTG žiarič umiestnený na stropnom závese alebo posuvnom statíve*.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ preskúmal dopad navrhovanej zmeny technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám, účelu nakupovaného zariadenia a rozhodol akceptovať navrhované riešenie. Verejný obstarávateľ upraví techn. špecifikáciu pre danú časť predmetu zákazky a to vo všetkých s tým súvisiacich bodov.

Súčasne verejný obstarávateľ overil požiadavky na RTG prístroj aj vo vzťahu k požiadavkám uvedeným vo Vyhláske č.101/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarovania, najmä požiadavky uvedené v Prílohe č. 6 Vyhlášky „ROZSAH PREBERACEJ SKÚŠKY A SKÚŠKY DLHODOBEJ STABILITY ZARIADENÍ NA LEKÁRSKE OŽIARENIE A ICH PRÍSLUŠENSTVA, NAJvyššie prípustné odchýlky kontrolovaných parametrov a ZÁSAHOVÉ ÚROVNE“). Verejný obstarávateľ v tomto kontexte upraví techn. špecifikáciu pre danú časť predmetu zákazky tak, aby po zakúpení prístroja bolo možné naplniť vyhláškou požadované parametre.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto vysvetlenia je upravená špecifikácia predmetu zákazky pre **časť 5 – Digitálny skiagrafický RTG prístroj** samostatne zverejnené v časti *Dokumenty* v záväznej pdf verzii s vyznačenými vykonanými zmenami aj v editovateľnej verzii pre účely vyplňania k predloženiu ponuky.

Verejný obstarávateľ považuje tieto zmeny za podstatné, a preto primerane predĺžil lehotu na predkladanie ponúk.

S úctou

v. r.
Osoba poverená realizáciou procesu VO