

Všetkým záujemcom

V Bratislave, dňa 24. júla 2019

VEC

Vysvetlenie zverejnených dokumentov k zákazke s názvom **USG a RTG prístroje** (NsP Spišská Nová Ves) – X. kolo

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom **USG a RTG prístroje** (NsP Spišská Nová Ves) zverejnenej v Úradnom vestníku verejného obstarávania EÚ č. 2019/S 075-177444 zo dňa 16.4.2019 a vo vestníku UVO pod č. 76/2019 zo dňa 17.4.2019 č. 8015 - MST, tak ako je uvedené nižšie.

Časť 5 Digitálny skiagrafický RTG prístroj

Otázka č. 1

Požiadavka: "Primárna filtrácia Al, Cu max. 0,3 mm"

Ide asi o preklep pri zadaní. Vyhláška č. 101/2018 Z.z. požaduje pre skiagrafické systémy hodnotu celkovej filtrácie (nie kolimátora) hodnotu väčšiu ako 2,5 mm Al).

Navrhujem upustiť od tejto podmienky, pretože dodávateľ musí zabezpečiť, aby všetky parametre rentgenového systému korešpondovali s podmienkami platnej legislatívy.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ overil požadovaný technický parameter a dospel k záveru, že uvedená požiadavka tak ako je napísaná v technickej špecifikácii je zadaná správne. Pravdepodobne jedná sa o nie celkom dobré pochopenie parametra zo strany záujemcu, ktorý môže byť zvyknutý na inú technickú terminológiu. Uvedený parameter sa netýka celkovej filtrácie upravenou príslušnou vyhláškou MZ SR, ale filtrácii na kolimátore, ktorý sa väčšinou pri použití Al, CU pohybuje v rozpätí 0,1 – 0,3 mm.

Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ trvá na uvedenom parametri tak, ako je stanovený v technickej špecifikácii.

Verejný obstarávateľ týmto vysvetlením neupravuje zverejnené podklady a odpovedá na doručенú otázku bezodkladne (v daný pracovný deň po jej obdržaní), preto nebude posúvať lehotu na predkladanie ponúk.

S úctou

v. r.

Osoba poverená realizáciou procesu VO