

Všetkým zájemcom

V Bratislave, dňa 26. júla 2019

VEC

Vysvetlenie zverejnených dokumentov k zákazke s názvom **USG a RTG prístroje** (NsP Spišská Nová Ves) – XI. kolo

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom **USG a RTG prístroje** (NsP Spišská Nová Ves) zverejnenej v Úradnom vestníku verejného obstarávania EÚ č. 2019/S 075-177444 zo dňa 16.4.2019 a vo vestníku UVO pod č. 76/2019 zo dňa 17.4.2019 č. 8015 - MST, tak ako je uvedené nižšie.

Pre časť č. 5: Digitálny skiagrafický RTG prístroj

Otázka č. 1:

Požiadavka: "**Primárna filtrácia Al,Cu max. 0,3 mm**"

Nie je nám z vašej odpovede jasné, čo týmto parametrom požadujete.

Ako sme spomenuli, celková filtrácia musí byť väčšia ako 2,5 mm Al.

Možno hovoríte o doplnkovej filtrácii umiestnenej na kolimátore, s možnosť voľby typu filtra. Rentgenky majú väčšinou vnútornú filtráciu okolo 1 mmAl a samotný kolimátor okolo 2 mmAl, aby sa splnila podmienka min. 2,5 mm Al. V takomto prípade nie je možné hovoriť o primárnej filtrácii kolimátora (2 mmAl), ale o doplnkovej resp. prídavnej filtrácii.

Odpoveď:

Áno, verejný obstarávateľ mal na mysli doplnkovú resp. prídavnú filtráciu umiestnenú na kolimátore v rozsahu 0,1-0,3 mm max pre Al, CU.

Celková filtrácia v primárnom zväzku röntgenového žiarenia musí byť > 2,5 mm Al tak, ako je to uvedené vo vyhláske č. 101/2018 Z.z. Ministerstva zdravotníctva SR.

Pre odstránenie prípadných nejasností verejný obstarávateľ vysvetľuje, že celková primárna filtrácia je zložená z 2 častí:

1. **Primárna filtrácia** daná výrobcom **rtg lampy** (vnímaná aj ako vnútorná filtrácia rentgenky) a
2. **Filtrácia výstupného zväzku žiarenia** za účelom homogenizácie (ktorú chce verejný obstarávateľ filtrovať prídavnou/doplnkovou filtráciou na kolimátore navyše v prospech efektívnej dávky na ochranu pacienta).

Otázka č. 2:

p. č. 14. „Rozmer aktívnej plochy detektora min.(34x40) cm“

Bude verejný obstarávateľ akceptovať riešenie dodania RTG zariadenia s dodaním detektora s aktívnou plochou rozdielnou o 1 mm pri zachovaní všetkých požadovaných úžitkových, funkčných a prevádzkových vlastností? Uvedený malý rozdiel v technickom parametri nemá pre koncového užívateľa žiadny vplyv na funkčnosť zariadenia a kvalitu medicínskeho vyšetrenia.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ preskúmal dopad navrhovanej zmeny technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám, účelu nakupovaného zariadenia a rozhodol akceptovať navrhované riešenie. Verejný obstarávateľ upraví opis predmetu zákazky pre danú časť nasledovne:

14 Rozmer aktívnej plochy detektora min.(33x40) cm

Pre časť č. 4: Mobilný digitálny RTG prístroj**Otázka č. 3:**

p. č. 17.2.2. „Aktívna plocha detektora šírka x dĺžka min. 340 x min.400 mm“

Bude verejný obstarávateľ akceptovať riešenie dodania RTG zariadenia s dodaním detektora s aktívnou plochou rozdielnou o 1 mm pri zachovaní všetkých požadovaných úžitkových, funkčných a prevádzkových vlastností? Uvedený malý rozdiel v technickom parametri nemá pre koncového užívateľa žiadny vplyv na funkčnosť zariadenia a kvalitu medicínskeho vyšetrenia.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ preskúmal dopad navrhovanej zmeny technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám, účelu nakupovaného zariadenia a rozhodol akceptovať navrhované riešenie. Verejný obstarávateľ upraví opis predmetu zákazky pre danú časť nasledovne:

17.2.2 Rozmer aktívnej plochy detektora min.(33x40) cm

Verejný obstarávateľ súčasne s týmto vysvetlením zverejňuje upravené opisy predmetov zákaziek pre dané časti. Súčasne v priebehu dnešného dňa uverejnil oznámenie, ktorým primerane predĺžil lehotu na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ si dovoľuje informovať záujemcov, že lehota na predkladanie ponúk bola dostatočne dlhá na to, aby svoje otázky záujemcovia zasielali priebežne, počas jej trvania, a nie posledné dni lehoty na predkladanie ponúk, kedy každý primerane obozretný dodávateľ majúci záujem o čestnú hospodársku súťaž už finalizuje s prípravou ponuky, prípadne ju priamo predkladá. Opätovné doručovania otázok 1 – 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk mária serióznosť prípravy ponuky a znemožňujú verejnemu

obstarávateľovi reagovať včas. Takéto opakované správanie je možné vnímať ako obštrukčné, s jediným účelom predĺženia vopred známej a dostatočne dlhej lehoty na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ si týmto dovoľuje požiadať všetkých záujemcov, aby **akékoľvek ďalšie otázky doručili najneskôr do utorka 31.7.2019 do 12:00**, aby verejný obstarávateľ stihol zodpovedať doručené otázky v priebehu stredy, 1.8.2019. Verejný obstarávateľ zároveň informuje záujemcov, že **už nebude predlžovať lehotu na predkladanie ponúk na základe neskoro doručených otázok**. Preto, v záujme férového správania a zachovania čestnej hospodárskej súťaže, ich žiada o serióznosť a doručenie akýchkoľvek otázok v stanovenom termíne. Za pochopenie a rešpektovanie tohto pravidla, ktoré po 4 predlžovaniach ponúk je naozaj nevyhnutné, verejný obstarávateľ ďakuje.

S úctou

v. r.

Osoba poverená realizáciou procesu VO