

Všetkým záujemcom

V Bratislave, dňa 30. júla 2019

VEC

Vysvetlenie zverejnených dokumentov k zákazke s názvom **USG a RTG prístroje** (NsP Spišská Nová Ves) – XII. kolo

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom **USG a RTG prístroje** (NsP Spišská Nová Ves) zverejnenej v Úradnom vestníku verejného obstarávania EÚ č. 2019/S 075-177444 zo dňa 16.4.2019 a vo vestníku UVO pod č. 76/2019 zo dňa 17.4.2019 č. 8015 - MST, tak ako je uvedené nižšie.

Pre časť č. 5: Digitálny skiagrafický RTG prístroj

Otázka č. 1:

Vážený verejný obstarávateľ,

keďže nám nie je jasné vysvetlenie parametra č. 22 - "**Primárna filtrácia Al,Cu max. 0,3 mm**", nakoľko vo vysvetlení raz obstarávateľ hovorí o primárnej a raz o doplnkovej filtrácii, chceme sa opýtať, či bude verejný obstarávateľ akceptovať prístroj, ktorý obsahuje možný výber prídavných filtrov na kolimátore s hodnotami 2 mm Al, 1 mm Al + 0.1 mm Cu, alebo 1 mm Al + 0.2 mm Cu a splňuje vyhlášku č. 101/2018 Z.z. Ministerstva zdravotníctva SR.

Odpoveď:

Áno, verejný obstarávateľ bude akceptovať zloženie filtrov hypoteticky ponúknutých uchádzačom v prvej (2 mm Al, 1 mm Al + 0.1 mm Cu) alebo druhej (2 mm Al, 1 mm Al + 0.2 mm Cu) variante, nakoľko spĺňajú špecifikáciu definovanú verejným obstarávateľom.

Verejný obstarávateľ týmto vysvetlením neupravuje zverejnené podklady a odpovedá na doručенú otázku bezodkladne (v nasledujúci pracovný deň po jej obdržaní), preto nebude posúvať lehotu na predkladanie ponúk.

S úctou

v. r.

Osoba poverená realizáciou procesu VO