

VYHODNOTENIE
prípravnej trhovej konzultácia a predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov (ďalej aj "PTK")

Verejný obstarávateľ vykonal v mesiaci 8/2022 prípravnú trhovú konzultáciu (ďalej len "PTK") na predmet zákazky "**Systémové operačné stoly**" za účelom získania prehľadu o potencionálnych dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú resp. po úprave pôvodnej špecifikácie budú spĺňať verejným obstarávateľom definované požiadavky.

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

1.1 Názov predmetu zákazky:

Operačné stoly

1.2 CPV:

33192230-3 Operačné stoly

51410000-9 Inštalácia lekárskeho zariadenia

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1.3 Druh:

tovar

2. ROZDELENIE A DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY

2.1 Rozdelenie predmetu zákazky

Zákazka je rozdelená nie je rozdelená na časti

Zoznam položiek:

Poradové číslo	Názov položky predmetu zákazky	MJ	Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie
Položka č. 1	Systémový operačný stôl - ortopedické operačné výkony pre Centrálny operačný trakt	ks	1
Položka č. 2	Systémový operačný stôl - ORL operačné výkony pre Centrálny operačný trakt	ks	1

3. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Dodávateľ č. 1	Dodávateľ č. 2	Dodávateľ č. 3	Dodávateľ č. 4	Definitívne minim. technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky
Položka č. 1 - Systémový operačný stôl - ortopedické operačné výkony pre Centrálny operačný trakt - 1 ks		Surgitech, s.r.o.	CMI spol. s r.o.	Unique Medical s.r.o.	Skantech, s.r.o.	Položka č. 1 - Systémový operačný stôl - ortopedické operačné výkony pre Centrálny operačný trakt - 1 ks
1.	Operačný stôl s vymeniteľnou celou hlavnou multidisciplinárnou doskou stola	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Operačný stôl s vymeniteľnou celou hlavnou multidisciplinárnou doskou stola
2.	Prenosná základňa operačného stola s nízkym profilom a so záložným ovládaním	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Prenosná základňa operačného stola s nízkym profilom a so záložným ovládaním
3.	Základňa operačného stola s navezením dosky stola z viac ako dvoch strán - aj pod uhlom bez potreby použitia vozíka (navážacieho alebo iného)	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Základňa operačného stola s navezením dosky stola z viac ako dvoch strán - aj pod uhlom bez potreby použitia vozíka (navážacieho alebo iného)

VOHODNOTENIE
prípravnej trhovej konzultácia a predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov (ďalej aj "PTK")

4.	Záložné ovládanie pohybov nohy a dosiek operačného stola umiestnené priamo na základni, bez prekrytia. Záložné ovládanie musí byť vždy prístupné, aj v prípade navedenia hlavnej dosky stola.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Záložné ovládanie pohybov nohy a dosiek operačného stola umiestnené priamo na základni, bez prekrytia. Záložné ovládanie musí byť vždy prístupné, aj v prípade navedenia hlavnej dosky stola.
5.	Možnosť samostatného elektrického polohovania pravého ako aj samostatne ľavého kĺbu v nožnej časti hlavnej dosky stola	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Možnosť samostatného elektrického polohovania pravého ako aj samostatne ľavého kĺbu v nožnej časti hlavnej dosky stola
6.	Vyžaduje sa možnosť nastavenia rýchlosti polohovania jednotlivých dielov stola - samostatne. (rôzne rýchlosti pre rôzne pohyby: napr. výškové nastavenie vs sklon dielov stola)	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Vyžaduje sa možnosť nastavenia rýchlosti polohovania jednotlivých dielov stola - samostatne. (rôzne rýchlosti pre rôzne pohyby: napr. výškové nastavenie vs sklon dielov stola)
7.	Vyžaduje sa možnosť nastavenia rýchlosti v min. 3 úrovniach rýchlostí	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Vyžaduje sa možnosť nastavenia rýchlosti v min. 3 úrovniach rýchlostí
8.	Vyžaduje sa plná kompatibilita príslušenstva pre normálne aj reverzné vyskladanie stola	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Vyžaduje sa plná kompatibilita príslušenstva pre normálne aj reverzné vyskladanie stola
9.	Konektory rozhraní v nožnej aj chrbtovej časti musia byť identické a najmä musia mať systém rýchlopínania bez nutnosti skrutkovania	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Konektory rozhraní v nožnej aj chrbtovej časti musia byť identické a najmä musia mať systém rýchlopínania bez nutnosti skrutkovania
10.	Ovládanie motorického polohovania jednotlivých častí dosky stola ako aj samotnej nohy stola pomocou bezdrôtového diaľkového ovládača s dotykovým displejom	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Ovládanie motorického polohovania jednotlivých častí dosky stola ako aj samotnej nohy stola pomocou bezdrôtového diaľkového ovládača s dotykovým displejom
11.	Dotykový displej ovládača musí zobrazovať a umožňovať voľbu segmentu pre polohovanie, musí zobrazovať stav napolohovanej dosky stola	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Dotykový displej ovládača musí zobrazovať a umožňovať voľbu segmentu pre polohovanie, musí zobrazovať stav napolohovanej dosky stola
12.	Farebné prevedenie ilustračne zobrazených dielov stola musí byť prislúchajúce k farebným ovládacím tlačítkam pre jednotlivé tlačítka polohovania - pre jednoduché a rýchle použitie obslužným personálom	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Farebné prevedenie ilustračne zobrazených dielov stola musí byť prislúchajúce k farebným ovládacím tlačítkam pre jednotlivé tlačítka polohovania - pre jednoduché a rýchle použitie obslužným personálom
13.	Ovládač musí umožniť voľbu v pamäti ovládača zadaných preddefinovaných polôh stola s nastavením stlačením jediného tlačítka do konečnej zvolenej polohy	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Ovládač musí umožniť voľbu v pamäti ovládača zadaných preddefinovaných polôh stola s nastavením stlačením jediného tlačítka do konečnej zvolenej polohy
14.	Pamäť pre užívateľom volené polohy min. pre 8 polôh	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Pamäť pre užívateľom volené polohy min. pre 8 polôh
15.	Pamäť pre zadané štandardné polohy - bez možnosti ich vymazania: minimálne flex, reflex, kreslo a nulová poloha	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Pamäť pre zadané štandardné polohy - bez možnosti ich vymazania: minimálne flex, reflex, kreslo a nulová poloha
16.	Voľba predvolenej polohy - jedným tlačítkom s možnosťou zrýchlenia pohybov stlačením ovládacieho prvku pre zrýchlenie	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Voľba predvolenej polohy - jedným tlačítkom s možnosťou zrýchlenia pohybov stlačením ovládacieho prvku pre zrýchlenie

VYHODNOTENIE
prípravnej trhovej konzultácia a predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov (ďalej aj "PTK")

17.	Operačný stôl vyššieho štandardu s integrovaným senzorickým antikolízny systémom	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Operačný stôl vyššieho štandardu s integrovaným senzorickým antikolízny systémom
18.	Matrace jednotlivých dielov dosky stola musia mať antidekubitné vlastnosti s pamäťovou penou	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Matrace jednotlivých dielov dosky stola musia mať antidekubitné vlastnosti s pamäťovou penou
19.	Noha stola aj platforma nohy stola musia byť vyrobené z plnej celonerezovej ocele s povrchovou oderu a dezinfekčným látkam ošetrovanou vrstvou	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Noha stola aj platforma nohy stola musia byť vyrobené z plnej celonerezovej ocele s povrchovou oderu a dezinfekčným látkam ošetrovanou vrstvou
20.	Elektrické polohovanie nohy operačného stola:	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Elektrické polohovanie nohy operačného stola:
20.1	Najvyššia poloha operačnej dosky stola bez matraca – min. 1150 mm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Najvyššia poloha operačnej dosky stola bez matraca – min. 1150 mm
20.2	Najnižšia poloha operačnej dosky stola bez matraca – max. 630 mm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Najnižšia poloha operačnej dosky stola bez matraca – max. 630 mm
20.3	Trendelenburg / Antitrendelenburg – min. 45°	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Trendelenburg / Antitrendelenburg – min. 45°
20.4	Laterálny obojstranný náklon – min. 28°	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Laterálny obojstranný náklon – min. 28°
21.	Celková nosnosť stola v každej polohe - štandardne, reverzne aj s maximálnym vysunutím operačnej dosky stola – max. 380 kg	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Celková nosnosť stola v každej polohe - štandardne, reverzne aj s maximálnym vysunutím operačnej dosky stola – max. 380 kg
22.	Pozdĺžny elektrický posun hlavnej dosky stola – min. 400 mm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Pozdĺžny elektrický posun hlavnej dosky stola – min. 400 mm
23.	Sklon nožnej časti hlavnej dosky stola +90°/-100°	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Sklon nožnej časti hlavnej dosky stola +90°/-100°
24.	Sklon chrbtovej časti hlavnej dosky stola +/-90°	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Sklon chrbtovej časti hlavnej dosky stola +/-90°
25.	Celonerezová mobilná základňa operačného stola s plochou základňou s nízkym profilom, vrátane integrovaných batérií – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Celonerezová mobilná základňa operačného stola s plochou základňou s nízkym profilom, vrátane integrovaných batérií – 1 ks
26.	Diaľkový ovládač s dotykovou farebnou obrazovkou a prenosnou nabíjačkou s indukčným nabíjaním – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Diaľkový ovládač s dotykovou farebnou obrazovkou a prenosnou nabíjačkou s indukčným nabíjaním – 1 ks

VYHODNOTENIE
prípravnej trhovej konzultácia a predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov (ďalej aj "PTK")

27.	Hlavná doska operačného stola s rovnakým rýchlopínacím systémom kompatibilným pre všetky hlavné diely (nožné diely, chrbtový diel, sedací diel, predlžovací diel, hlavový diel) operačnej dosky stola. Minimálne dva páry elektricky ovládaných kĺbov s identickým rozhraním. Vyžaduje sa kompatibilita hlavnej dosky operačného stola s existujúcimi extenznými ortopedicko-traumatologickými základňami zn. Maquet 1140, 1150 a 1160. V prípade ak kompatibilita nie je zabezpečená požadujeme dodanie navyč o 1 kus základne, diaľkového ovládača s nabíjacou stanicou, transportným vozíkom, hlavovým dielom, extenzným trojdielnym chrbtovým dielom, trojdielnymi nožnými dielmi. Čiže to znamená v celkovom počte 2 kusy sa požadujú základne s diaľkovými ovládačmi a nabíjacími stanicami, transportné vozíky, hlavové diely, extenzné chrbtové diely (z toho jeden trojdielny), trojdielne nožné diely, aby každá operačná doska bola plne použiteľná na základni operačného stola – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Hlavná doska operačného stola s rovnakým rýchlopínacím systémom kompatibilným pre všetky hlavné diely (nožné diely, chrbtový diel, sedací diel, predlžovací diel, hlavový diel) operačnej dosky stola. Minimálne dva páry elektricky ovládaných kĺbov s identickým rozhraním. Vyžaduje sa kompatibilita hlavnej dosky operačného stola s existujúcimi extenznými ortopedicko-traumatologickými základňami zn. Maquet 1140, 1150 a 1160. V prípade ak kompatibilita nie je zabezpečená požadujeme dodanie navyč o 1 kus základne, diaľkového ovládača s nabíjacou stanicou, transportným vozíkom, hlavovým dielom, extenzným trojdielnym chrbtovým dielom, trojdielnymi nožnými dielmi. Čiže to znamená v celkovom počte 2 kusy sa požadujú základne s diaľkovými ovládačmi a nabíjacími stanicami, transportné vozíky, hlavové diely, extenzné chrbtové diely (z toho jeden trojdielny), trojdielne nožné diely, aby každá operačná doska bola plne použiteľná na základni operačného stola – 1 ks
27.	Nožné diely z delených častí: samostatne stehenné časti a samostatne lýtkové časti. Lýtkové časti odoberateľné od stehenných. Stehenné časti vybavené 2 párami kĺbov pre vyklopenie do strán v 2 kĺboch, aby bolo možné polohovanie aj do gynekologickej polohy – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Nožné diely z delených častí: samostatne stehenné časti a samostatne lýtkové časti. Lýtkové časti odoberateľné od stehenných. Stehenné časti vybavené 2 párami kĺbov pre vyklopenie do strán v 2 kĺboch, aby bolo možné polohovanie aj do gynekologickej polohy – 1 ks
28.	Hlavový diel - sklopný / výklopný v 2 pároch kĺbov s rýchlopínacím systémom s poistkou proti nežiaducemu polohovaniu – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Hlavový diel - sklopný / výklopný v 2 pároch kĺbov s rýchlopínacím systémom s poistkou proti nežiaducemu polohovaniu – 1 ks
29.	Extenzný chrbtový diel k hlavnej doske stola s rýchlopínacím systémom – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Extenzný chrbtový diel k hlavnej doske stola s rýchlopínacím systémom – 1 ks
30.	Podpery rúk na postrannú lištu s guľovým kĺbom. Polohovanie horizontálne aj vertikálne, sklon nahor, nadol aj do strán vhodné aj pre bariatrických pacientov. Vráťane 2 ks pásov na suchý zips. Dĺžka podpery v rozsahu 450 - 550 mm – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Podpery rúk na postrannú lištu s guľovým kĺbom. Polohovanie horizontálne aj vertikálne, sklon nahor, nadol aj do strán vhodné aj pre bariatrických pacientov. Vráťane 2 ks pásov na suchý zips. Dĺžka podpery v rozsahu 450 - 550 mm – 1 ks
31.	Pás pre uchytenie pacienta so svorkami na bočnú lištu stola a s poistkou proti ich samovoľnému uvoľneniu – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Pás pre uchytenie pacienta so svorkami na bočnú lištu stola a s poistkou proti ich samovoľnému uvoľneniu – 1 ks

VEYHODNOTENIE
prípravnej trhovej konzultácia a predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov (ďalej aj "PTK")

32.	Anestéziologický rám – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Anestéziologický rám – 1 ks
33.	Otočné svorky na bočnú lištu s otvorom pre príslušenstvo – 4 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Otočné svorky na bočnú lištu s otvorom pre príslušenstvo – 4 ks
34.	Podkolenné podpery kolien typ Goepel, s mäkkým matracom a fixačným pásom na suchý zips – 2 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Podkolenné podpery kolien typ Goepel, s mäkkým matracom a fixačným pásom na suchý zips – 2 ks
35.	Gélová podložka pod hlavu, okrúhla o priemere min. 200 mm – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Gélová podložka pod hlavu, okrúhla o priemere min. 200 mm – 1 ks
Položka č. 2 - Systémový operačný stôl - ORL operačné výkony pre Centrálny operačný trakt - 1 ks		xx	xx	xx	xx	Položka č. 2 - Systémový operačný stôl - ORL operačné výkony pre Centrálny operačný trakt – 1 ks
1.	Operačný stôl s vymeniteľnou celou hlavnou multidisciplinárnou doskou stola	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Operačný stôl s vymeniteľnou celou hlavnou multidisciplinárnou doskou stola
2.	Prenosná základňa operačného stola s nízkym profilom a so záložným ovládaním	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Prenosná základňa operačného stola s nízkym profilom a so záložným ovládaním
3.	Základňa operačného stola s navezením dosky stola z viac ako dvoch strán - aj pod uhlom bez potreby použitia vozíka. (navážacieho alebo iného)	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Základňa operačného stola s navezením dosky stola z viac ako dvoch strán - aj pod uhlom bez potreby použitia vozíka (navážacieho alebo iného)
4.	Záložné ovládanie pohybov nohy a dosiek operačného stola umiestnené priamo na základni, bez prekrytia. Záložné ovládanie musí byť vždy prístupné, aj v prípade navezenia hlavnej dosky stola.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Záložné ovládanie pohybov nohy a dosiek operačného stola umiestnené priamo na základni, bez prekrytia. Záložné ovládanie musí byť vždy prístupné, aj v prípade navezenia hlavnej dosky stola.
5.	Možnosť samostatného elektrického polohovania pravého ako aj samostatne ľavého kĺbu v nožnej časti hlavnej dosky stola	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Možnosť samostatného elektrického polohovania pravého ako aj samostatne ľavého kĺbu v nožnej časti hlavnej dosky stola
6.	Vyžaduje sa možnosť nastavenia rýchlosti polohovania jednotlivých dielov stola - samostatne. (rôzne rýchlosti pre rôzne pohyby: napr. výškové nastavenie vs sklon dielov stola)	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Vyžaduje sa možnosť nastavenia rýchlosti polohovania jednotlivých dielov stola - samostatne. (rôzne rýchlosti pre rôzne pohyby: napr. výškové nastavenie vs sklon dielov stola)
7.	Vyžaduje sa možnosť nastavenia rýchlosti v min. 3 úrovniach rýchlostí	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Vyžaduje sa možnosť nastavenia rýchlosti v min. 3 úrovniach rýchlostí
8.	Vyžaduje sa plná kompatibilita príslušenstva pre normálne aj reverzné vyskladanie stola	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Vyžaduje sa plná kompatibilita príslušenstva pre normálne aj reverzné vyskladanie stola
9.	Konektory rozhraní v nožnej aj chrbtovej časti musia byť identické a najmä musia mať systém rýchlopínania bez nutnosti skrutkovania	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Konektory rozhraní v nožnej aj chrbtovej časti musia byť identické a najmä musia mať systém rýchlopínania bez nutnosti skrutkovania
10.	Ovládanie motorického polohovania jednotlivých častí dosky stola ako aj samotnej nohy stola pomocou bezdrôtového diaľkového ovládača s dotykovým displejom	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Ovládanie motorického polohovania jednotlivých častí dosky stola ako aj samotnej nohy stola pomocou bezdrôtového diaľkového ovládača s dotykovým displejom

VOYHODNOTENIE
prípravnej trhovej konzultácia a predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov (ďalej aj "PTK")

11.	Dotykový displej ovládača musí zobrazovať a umožňovať voľbu segmentu pre polohovanie, musí zobrazovať stav napolohovanej dosky stola	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Dotykový displej ovládača musí zobrazovať a umožňovať voľbu segmentu pre polohovanie, musí zobrazovať stav napolohovanej dosky stola
12.	Farebné prevedenie ilustračne zobrazených dielov stola musí byť prislúchajúce k farebným ovládacím tlačítkam pre jednotlivé tlačítka polohovania - pre jednoduché a rýchle použitie obslužným personálom.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Farebné prevedenie ilustračne zobrazených dielov stola musí byť prislúchajúce k farebným ovládacím tlačítkam pre jednotlivé tlačítka polohovania - pre jednoduché a rýchle použitie obslužným personálom.
13.	Ovládač musí umožniť voľbu v pamäti ovládača zadaných preddefinovaných polôh stola s nastavením stlačením jediného tlačítka do konečnej zvolenej polohy	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Ovládač musí umožniť voľbu v pamäti ovládača zadaných preddefinovaných polôh stola s nastavením stlačením jediného tlačítka do konečnej zvolenej polohy
14.	Pamäť pre užívateľom volené polohy aspoň pre 8 polôh	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Pamäť pre užívateľom volené polohy pre min. 8 polôh
15.	Pamäť pre zadané štandardné polohy - bez možnosti ich vymazania: minimálne flex, reflex, kreslo a nulová poloha	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Pamäť pre zadané štandardné polohy - bez možnosti ich vymazania: minimálne flex, reflex, kreslo a nulová poloha
16.	Voľba predvolenej polohy - jedným tlačítkom s možnosťou zrýchlenia pohybov stlačením ovládacieho prvku pre zrýchlenie	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Voľba predvolenej polohy - jedným tlačítkom s možnosťou zrýchlenia pohybov stlačením ovládacieho prvku pre zrýchlenie
17.	Operačný stôl najvyššieho štandardu s integrovaným senzorickým antikolíznym systémom	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Operačný stôl najvyššieho štandardu s integrovaným senzorickým antikolíznym systémom
18.	Matrace jednotlivých dielov dosky stola musia mať antidekubitné vlastnosti s pamäťovou penou	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Matrace jednotlivých dielov dosky stola musia mať antidekubitné vlastnosti s pamäťovou penou
19.	Noha stola aj platforma nohy stola musia byť vyrobené z plnej celonerezovej ocele s povrchovou oderu a dezinfekčným látkam ošetrovanou vrstvou	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Noha stola aj platforma nohy stola musia byť vyrobené z plnej celonerezovej ocele s povrchovou oderu a dezinfekčným látkam ošetrovanou vrstvou
20.	Elektrické polohovanie nohy operačného stola:	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Elektrické polohovanie nohy operačného stola:
20.1	Najvyššia poloha operačnej dosky stola bez matraca - min. 1150 mm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Najvyššia poloha operačnej dosky stola bez matraca - min. 1150 mm
20.2	Najnižšia poloha operačnej dosky stola bez matraca - max. 630 mm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Najnižšia poloha operačnej dosky stola bez matraca - max. 630 mm
20.3	Trendelenburg / Antitrendelenburg - min. 45°	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Trendelenburg / Antitrendelenburg - min. 45°
20.4	Laterálny obojstranný náklon - min. 28°	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Laterálny obojstranný náklon - min. 28°
21.	Celková nosnosť stola v každej polohe - štandardne, reverzne aj s maximálnym vysunutím operačnej dosky stola - max. 380 kg	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Celková nosnosť stola v každej polohe - štandardne, reverzne aj s maximálnym vysunutím operačnej dosky stola - max. 380 kg
22.	Pozdĺžny elektrický posun hlavnej dosky stola - min. 400 mm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Pozdĺžny elektrický posun hlavnej dosky stola - min. 400 mm

VEHODNOTENIE
prípravnej trhovej konzultácia a predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov (ďalej aj "PTK")

23.	Sklon nožnej časti hlavnej dosky stola v rozsahu +90°/-100°	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Sklon nožnej časti hlavnej dosky stola v rozsahu +90°/-100°
24.	Sklon chrbtovej časti hlavnej dosky stola +/-90°	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Sklon chrbtovej časti hlavnej dosky stola +/-90°
25.	Celonerezová mobilná základňa operačného stola s plochou základňou s nízkym profilom, vrátane integrovaných batérií – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Celonerezová mobilná základňa operačného stola s plochou základňou s nízkym profilom, vrátane integrovaných batérií – 1 ks
26.	Hlavná doska operačného stola s rovnakým rýchlopínacím systémom kompatibilným pre všetky hlavné diely (nožné diely, chrbtový diel, sedací diel, predlžovací diel, hlavový diel) operačnej dosky stola. Minimálne dva páry elektricky ovládaných kĺbov s identickým rozhraním. Vyžaduje sa kompatibilita hlavnej dosky operačného stola s existujúcim príslušenstvom, ktorým disponuje oddelenie Centrálného operačného traktu. – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Hlavná doska operačného stola s rovnakým rýchlopínacím systémom kompatibilným pre všetky hlavné diely (nožné diely, chrbtový diel, sedací diel, predlžovací diel, hlavový diel) operačnej dosky stola. Minimálne dva páry elektricky ovládaných kĺbov s identickým rozhraním. Vyžaduje sa kompatibilita hlavnej dosky operačného stola s existujúcim príslušenstvom, ktorým disponuje oddelenie Centrálného operačného traktu. – 1 ks
27.	Diaľkový ovládač s dotykovou farebnou obrazovkou a prenosnou nabíjačkou s indukčným nabíjaním – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Diaľkový ovládač s dotykovou farebnou obrazovkou a prenosnou nabíjačkou s indukčným nabíjaním – 1 ks
28.	Nožné diely dvojdielné, výklopné do strán, štvorkĺbové – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Nožné diely dvojdielné, výklopné do strán, štvorkĺbové – 1 ks
29.	Hlavový diel - sklopný / výklopný v 2 pároch kĺbov s rýchlopínacím systémom s poistkou proti nežiaducej polohe – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Hlavový diel - sklopný / výklopný v 2 pároch kĺbov s rýchlopínacím systémom s poistkou proti nežiaducej polohe – 1 ks
30.	Extenzný chrbtový diel k hlavnej doske stola s rýchlopínacím systémom – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Extenzný chrbtový diel k hlavnej doske stola s rýchlopínacím systémom – 1 ks
31.	ORL chrbtový diel lichobežníkového tvaru pripojiteľný k hlavnej doske s rozhraním v strede pre 3 kĺbové rameno – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	ORL chrbtový diel lichobežníkového tvaru pripojiteľný k hlavnej doske s rozhraním v strede pre 3 kĺbové rameno – 1 ks
32.	3 kĺbové rameno ukončené krátkou eurolišťou / medilišťou ako fixátor polmesiacovej podpory pod hlavu pacienta – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	3 kĺbové rameno ukončené krátkou eurolišťou / medilišťou ako fixátor polmesiacovej podpory pod hlavu pacienta – 1 ks
33.	Adaptér pre uchytenie 3 kĺbového ramena priamo k hlavnej doske stola spolu so spojovacím adaptérom – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Adaptér pre uchytenie 3 kĺbového ramena priamo k hlavnej doske stola spolu so spojovacím adaptérom – 1 ks
34.	Hlavová podpera pacienta - delená, polmesiacového tvaru s výrezmi pre líca, oči a ústa v pronačnej polohe a aj s pásom pre fixáciu o čelo pacienta pri supinačnej polohe s uchytením na eurolišťu / medilišťu – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Hlavová podpera pacienta - delená, polmesiacového tvaru s výrezmi pre líca, oči a ústa v pronačnej polohe a aj s pásom pre fixáciu o čelo pacienta pri supinačnej polohe s uchytením na eurolišťu / medilišťu – 1 ks

VYHODNOTENIE
prípravnej trhovej konzultácia a predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov (ďalej aj "PTK")

35.	Podpery rúk na postrannú lištu s guľovým kĺbom. Polohovanie horizontálne aj vertikálne, sklon nahor, nadol aj do strán vhodné aj pre bariatrických pacientov. Vrátane 2 ks pásov na suchý zips. Dĺžka podpery v rozsahu 450 - 550 mm – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Podpery rúk na postrannú lištu s guľovým kĺbom. Polohovanie horizontálne aj vertikálne, sklon nahor, nadol aj do strán vhodné aj pre bariatrických pacientov. Vrátane 2 ks pásov na suchý zips. Dĺžka podpery v rozsahu 450 - 550 mm – 1 ks
36.	Pás pre uchytenie pacienta so svorkami na bočnú lištu stola a s poistkou proti ich samovoľnému uvoľneniu – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Pás pre uchytenie pacienta so svorkami na bočnú lištu stola a s poistkou proti ich samovoľnému uvoľneniu – 1 ks
37.	Anestéziologický rám – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Anestéziologický rám – 1 ks
38.	Otočné svorky na bočnú lištu s otvorom pre príslušenstvo – 4 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Otočné svorky na bočnú lištu s otvorom pre príslušenstvo – 4 ks
39.	Gélová podložka pod hlavu, okrúhla o priemere min. 200 mm – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Gélová podložka pod hlavu, okrúhla o priemere min. 200 mm – 1 ks

4. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

Požaduje sa:		Surgitech s.r.o.	CMI spol. s r.o.	Unique Medical s.r.o.	Skantech, s.r.o.	Definitívne minimálne osobitné zmluvné požiadavky na predmet zákazky
1.	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.
2.	Požaduje sa dodanie zariadenia:	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa dodanie zariadenia:
3.	do šesťdesiatich (60) pracovných dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	do šesťdesiatich (60) pracovných dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
4.	v pracovných dňoch,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	v pracovných dňoch,
5.	do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
6.	Dodané zariadenie musí byť nové, nepoužívané, nerepasované a kompletne. Objednávateľ je oprávnený neprevziať zariadenie dodané po častiach.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodané zariadenie musí byť nové, nepoužívané, nerepasované a kompletne. Objednávateľ je oprávnený neprevziať zariadenie dodané po častiach.

UYHODNOTENIE
prípravnej trhovej konzultácia a predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov (ďalej aj "PTK")

7.	Prevzatie dodaného zariadenia je objednávatel' povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva objednávatel'ovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávatel'a pri dodaní zariadenia, ostáva zariadenie vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávatel'ovi zariadenie riadne prevziať. Objednávatel' nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplattení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Prevzatie dodaného zariadenia je objednávatel' povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva objednávatel'ovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávatel'a pri dodaní zariadenia, ostáva zariadenie vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávatel'ovi zariadenie riadne prevziať. Objednávatel' nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplattení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
8.	Objednávatel' má právo odmietnuť prevzatie tovaru a následne nepodpísať odovzdávací a preberací protokol pre preukázateľné vady dodaného tovaru /napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod./	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Objednávatel' má právo odmietnuť prevzatie tovaru a následne nepodpísať odovzdávací a preberací protokol pre preukázateľné vady dodaného tovaru /napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod./
9.	Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "zariadenie") komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je zariadenie uvedené do prevádzky. Uvedenie zariadenia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávatel', resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť zariadenie využívané na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "zariadenie") komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je zariadenie uvedené do prevádzky. Uvedenie zariadenia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávatel', resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť zariadenie využívané na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
10.	Dodávateľ zabezpečí záručný servisný zásah do 24 hodín od nahlásenia poruchy /sobota, nedela a sviatok sa do lehoty nezapočítava/. Dodávateľ odstráni poruchu v čo najkratšom čase, najneskôr do 2 pracovných dní od nástupu na opravu poruchy ak nie je potrebný náhradný diel. Ak je potrebný náhradný diel, dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť výmenu náhradného dielu do 3 dní od odsúhlasenia jeho výmeny objednávatel'om najneskôr do 7 pracovných dní od nástupu na opravu. Za oznámenie poruchy sa považuje aj oznámenie e-mailom.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ zabezpečí záručný servisný zásah do 24 hodín od nahlásenia poruchy /sobota, nedela a sviatok sa do lehoty nezapočítava/. Dodávateľ odstráni poruchu v čo najkratšom čase, najneskôr do 2 pracovných dní od nástupu na opravu poruchy ak nie je potrebný náhradný diel. Ak je potrebný náhradný diel, dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť výmenu náhradného dielu do 3 dní od odsúhlasenia jeho výmeny objednávatel'om najneskôr do 7 pracovných dní od nástupu na opravu. Za oznámenie poruchy sa považuje aj oznámenie e-mailom.

VYHODNOTENIE
prípravnej trhovej konzultácia a predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov (ďalej aj "PTK")

11.	Dodávateľ predloží kontakt na servisného technika poskytujúceho záručný servis v rozsahu: meno, tel. číslo, e-mail do 7 dní do uzavretia zmluvy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ predloží kontakt na servisného technika poskytujúceho záručný servis v rozsahu: meno, tel. číslo, e-mail do 7 dní do uzavretia zmluvy.
12.	Garancia dodania náhradných dielov: min. 10 rokov od uvedenia prístroja do prevádzky	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Garancia dodania náhradných dielov: min. 10 rokov od uvedenia prístroja do prevádzky
13.	Objednávateľ požaduje odstrániť vady/poruchy alebo zabezpečiť opravu zariadenia, t.j. zabezpečiť jeho plné sfunkčnenie najneskôr do 24 hodín od nástupu technika na servisnú opravu v prípade, ak je oprava bez potreby výmeny náhradných dielov.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Objednávateľ požaduje odstrániť vady/poruchy alebo zabezpečiť opravu zariadenia, t.j. zabezpečiť jeho plné sfunkčnenie najneskôr do 24 hodín od nástupu technika na servisnú opravu v prípade, ak je oprava bez potreby výmeny náhradných dielov.
14.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodané zariadenie, ktoré je predmetom zmluvy, v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu zariadenia, podľa uzatvorenej zmluvy. Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodané zariadenie, ktoré je predmetom zmluvy, v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu zariadenia, podľa uzatvorenej zmluvy. Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.

5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky:		Surgitech s.r.o.	CMI spol. s r.o.	Unique Medical s.r.o.	Skantech, s.r.o.	Definitívne minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky:
1.	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
2.	Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku všetkým ponúkaným produktom - ak je to relevantné	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku všetkým ponúkaným produktom - ak je to relevantné
3.	Prospektový materiál	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Prospektový materiál