



Všetkým záujemcom

V Bratislave, 3.4.2019

## VEC

Vysvetlenie zverejnených podkladov k zákazke s názvom „**Základné medicínske zariadenia**“

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom „**Základné medicínske zariadenia**“, zverejnenej v Úradnom vestníku verejného obstarávania EÚ č.2019/S 055 - 126319 zo dňa 19.3.2018 a vo vestníku UVO pod č. 56/2019 zo dňa 20.3.2019 MST- 5564

### Otázka č. 1

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v Prílohe č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky pre **Časť č. 1: Monitory vitálnych funkcií a anesteziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií**, požaduje pre predmet zákazky č. 5 Anesteziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií parameter: „Rozsah merania tlakov min. (-40 - 320) mmHg.“

Podľa viacerých výrobcov tento požadovaný parameter nezodpovedá reálnym meraniam, pretože nie je možné, aby pacient dosiahol tak vysoké hodnoty. Podľa výrobcov je dostatočný rozsah merania tlakov (-15 až 75) mmHg. Tento parameter je diskriminačný pre väčšinu výrobcov patientskych monitorov pre anesteziologický prístroj. Bude verejný obstarávateľ akceptovať „Rozsah merania tlakov min. (-15 až 75) mmHg.“?

### Odpoveď:

Verejný obstarávateľ preskúmal uvedenú technickú požiadavku vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaného zariadenia a uvádza nasledovné:

Z medicínskeho hľadiska je záujemcom navrhovaný rozsah meraní tlakov monitorom vitálnych funkcií absolútne nedostatočný. Systolický krvný tlak sa považuje za normálny do hodnoty 140 mmHg, pričom špičkové hodnoty systolického tlaku pri hypertenzných chorobných stavoch, najmä počas anestézie, môžu presahovať 300 mmHg. Dokonca diastolický tlak krvi je považovaný za normálny do hodnoty 80 mmHg, pri hypertenzných stavoch pravidelne značne prevyšuje hodnotu 100 mmHg.

Rozsah uvedený v špecifikácii predmetu zákazky za diskriminačný **nepovažujeme a trváme na jeho dodržaní.**

S úctou

v.r.

osoba poverená  
realizáciou verejného obstarávania

