

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN  
KOLLÁROVA 2, 036 59 MARTIN



všetkým záujemcom

Váš list zn./ zo dňa:

Naša značka:  
R-3041/OVO-1265/22/Je

v Martine, dňa:  
12. 09.2022

**Vec:** Vysvetlenie súťažných podkladov na predmet zákazky „Resuscitačný stolík - 2 ks“ v rámci zriadeného dynamického nákupného systému s názvom „Vybavenie spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM – zdravotnícke vybavenie“

Vážený záujemca,

na základe žiadostí záujemcu o vysvetlenie informácií na predmet zákazky „Resuscitačný stolík – 2 ks“ v rámci zriadeného dynamického nákupného systému s názvom „Vybavenie spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM – zdravotnícke vybavenie“, ktorá bola uverejnená v Dodatku k úradnému vestníku EÚ zo dňa 11.03.2022 pod číslom 2022/S 050-127341 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 68/2022 zo dňa 14.03.2022 pod označením 16347-MUT, Vám v zmysle § 48 zákona č 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) podávame nasledovné vysvetlenie:

**Otázka č. 1:**

V bode 13.4 požaduje verejný obstarávateľ "držiak defibrilátora – nerezový, otočný, s upínacími popruhmi". Bude verejný obstarávateľ akceptovať ak držiak defibrilátora bude vyrobený z plexiskla, ktorý ponúkajú viacerí poprední výrobcovia resuscitačných vozíkov, pričom je zabezpečená dostatočná nosnosť pre defibrilátory? Tým by verejný obstarávateľ umožnil zúčastniť sa súťaže viacerým záujemcom.


**Odpoveď:**

*Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj držiak defibrilátora vyrobený z plexiskla.*

V uvedenej súvislosti verejný obstarávateľ upravuje znenie bodu 13.4 minimálnych technicko-medicínskych parametrov nasledovne:


„13.4.držiak defibrilátora – otočný, s upínacími popruhmi, nerezový, resp. vyrobený z plexiskla“

S pozdravom



MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA  
riaditeľ UNM

Príloha: Opis predmetu zákazky - upravený



Minimálna technická špecifikácia: Resuscitačný stolík – 2ks

**Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky:**

- požaduje sa nový nepoužívaný a nerepasovaný tovar

Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota:	Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (áno/nie):
1. rozmer stolíka bez príslušenstva (ŠxHxV) v mm: min. 740x540x900, max. 760x600x1070	
2. nosnosť hlavnej pracovnej dosky min. 20 kg	
3. celková nosnosť stolíka min. 150 kg	
4. nerezová základná konštrukcia stolíka	
5. pracovná doska stolíka s prelisom min. 1,2 cm, alebo galéria (trojstranná ohrádka) s výškou cca 2 cm $\pm$ 10 %	
6. 4-5 ks zásuviek stolíka	
7. centrálné zamykanie zásuviek	
8. čelá zásuviek s madlami alebo s vlisovanými rukoväťami	
9. min. 3 rôzne výšky zásuviek	
10. tlačné madlo / úchyty / rukoväť z bočnej strany stolíka	
11. kolieska otočné s priemerom min. 125 mm, možnosť zabrzdzenia stolíka	
12. zásuvková lišta, min. 3x 220 V, prívod min. 1,5 m	
13. minimálne príslušenstvo k stolíku:	
13.1. výklopné boxy nad pracovnou doskou min. 9 ks na uloženie drobného zdravotníckeho materiálu	
13.2. držiak rukavíc	
13.3. sklopný alebo výsuvný stolík na predĺženie pracovnej dosky z nerezovej alebo plastovej	
13.4. držiak defibrilátora – otočný, s upínacími popruhmi, nerezový, resp. vyrobený z plexiskla	
13.5. otvárač ampúl	
13.6. nádoba na infekčný odpad na bočnej strane stolíka otvárateľná bez použitia rúk	
13.7. držiak kontajnera na použité ihly na rôzne priemery	
13.8. držiak na kyslíkovú fľašu s objemom 2 litre s upínacími popruhmi	
13.9. resuscitačná podložka ako odnímateľná súčasť stolíka	