

Všetkým záujemcom

V Bratislave, 15.5.2019

VEC

Vysvetlenie zverejnených podkladov k zákazke s názvom „**Vybavenie operačných sál**“

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom „**Vybavenie operačných sál**“, zverejnenej v Ú. vestníku EÚ dňa 4.4. 2019 pod č. 2019/S 067 – 156465 a vo vestníku UVO č. 68/2019 zo dňa 5.4.2019 pod č. MST- 6624.

Otázka č. 1

... v požiadavkách na technickú špecifikáciu u operačných svetiel máte požiadavku 130.000 lx u satelitného svietidla. Bude zadávateľ tolerovať hodnotu 120.000 lx?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ starostlivo zvážil dopad prijatia navrhovanej zmeny, zohľadňujúc účel a rozsah úkonov, ktoré budú vďaka zakupovanej operačnej lampe na operačných sálach vykonávané.

Verejný obstarávateľ sa vo vzťahu k svojim známym potrebám rozhodol akceptovať navrhnutý rozsah svietivosti satelitného svietidla a v nadväznosti na prijatú zmenu a aktuálne známe potreby upravuje aj požiadavky k pol. č. 4,5, 8 a 12.

Verejný obstarávateľ súčasne s týmto vysvetlením zverejňuje aj upravenú špecifikáciu pre časť 3 Operačné lampy.

S úctou

v. r.

Osoba poverená verejným obstarávateľom
realizáciou verejného obstarávania