



Všetkým záujemcom

V Bratislave, 17.6.2019

VEC

Vysvetlenie zverejnených podkladov k zákazke s názvom „**Vybavenie operačných sál**“

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom „**Vybavenie operačných sál**“, zverejnenej v Ú. vestníku EÚ dňa 4.4. 2019 pod č. 2019/S 067 – 156465 a vo vestníku UVO č. 68/2019 zo dňa 5.4.2019 pod č. MST- 6624.

PRE ČASŤ 2 OPERAČNÉ STOLY S PRÍSLUŠENSTVOM:

Položka: Operačný stôl OUCH

Otázka č. 1

K bodu 13: Ako si verejný obstarávateľ predstavuje pozdĺžny posun s elektronickou brzdou? Bude verejný obstarávateľ akceptovať elektro-hydraulický motor ovládaný jedným tlačidlom - pri stlačení sa odblokuje a po uvoľnení tlačidla sa uzamkne?

Odpoveď č. 1

Verejný obstarávateľ v nadväznosti na prijatú otázku a vo vzťahu k svojim známym potrebám, zohľadňujúc účel a rozsah úkonov, ktoré budú vďaka zakupovanému operačnému stolu vykonávané, upresnil požiadavku v aktualizovanej technickej špecifikácii zverejnenej v systéme JOSEPHINE v časti Dokumenty v súbore „Upravená tech. špecifikácia pre časť 2 k 12.6.2019“ v bode 13 nasledovne:

„Pozdĺžny posun (longitudinálny) min. 270 mm. Pozdĺžny posun dosky manuálny s elektronickou brzdou (ovládanie elektronickej brzdy samostatným tlačidlom na infračervenom ručnom ovládači a na ručnom káblovom ovládači, t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel) alebo elektromechanický resp. elektrohydraulický pozdĺžny posun dosky (ovládanie pozdĺžneho posunu dosky samostatným tlačidlom na infračervenom ručnom ovládači a na ručnom káblovom ovládači, t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel)“.

Z uvedeného vyplýva, že verejný obstarávateľ bude akceptovať aj elektromechanický resp. elektrohydraulický pozdĺžny posun dosky (ovládanie pozdĺžneho posunu dosky samostatným tlačidlom na infračervenom ručnom ovládači a na ručnom káblovom ovládači, t.j. pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel)

Otázka č. 2

K bodu č.16: Ovládanie stola bezdrôtové, zdvojené – bude verejný obstarávateľ akceptovať jeden bezdrôtový ovládač a zdvojenie pomocou ovládania na nohe op. stola?

Odpoveď č. 2

Verejný obstarávateľ v nadväznosti na prijatú otázku a vo vzťahu k svojim známym potrebám, zohľadňujúc účel a rozsah úkonov, ktoré budú vďaka zakupovanému operačnému stolu vykonávané, upresnil požiadavku v aktualizovanej technickej špecifikácii zverejnenej v systéme JOSEPHINE v časti Dokumenty v súbore „Upravená tech. špecifikácia pre časť 2 k 12.6.2019“ v bode č. 16 nasledovne:

„Ovládanie stola: min. 1 ks infračerveného ručného diaľkového ovládača s nabíjacou dokovacou stanicou, s podsvietením kláves a s min. 3 pamäťovými prednastaveniami (nulová poloha, flex a reflex), min. 1 ks ručného káblového ovládača umiestneného/uchyteného na základni stola, s podsvietením kláves a s min. 3 pamäťovými prednastaveniami (nulová poloha, flex a reflex) a min. 1 ks núdzového (záložného) ovládania zabudovaného (nie umiestneného/uchyteného) v pilieri (nohe) operačného stola“.

Z uvedeného vyplýva, že verejný obstarávateľ nebude akceptovať jeden bezdrôtový ovládač a zdvojenie pomocou ovládania na nohe operačného stola.





Otázka č. 3

K bodu č.25 prosím o presnejšie vysvetlenie požiadavky verejného obstarávateľa – viac jednoznačne, laicky.

Odpoveď č. 3

Verejný obstarávateľ v nadväznosti na prijatú otázku a vo vzťahu k svojim známym potrebám, zohľadňujúc účel a rozsah úkonov, ktoré budú vďaka zakupovanému operačnému stolu vykonávané, upresnil požiadavku v aktualizovanej technickej špecifikácii zverejnenej v systéme JOSEPHINE v časti Dokumenty v súbore „Upravená tech. špecifikácia pre časť 2 k 12.6.2019“ v bode č. 25 nasledovne: „Samostatný chrbtový diel z minimálne 3 častí pre ortopedické zákroky na ramene (tzv. beach chair position) s odnímateľnými krajnými časťami, pre ľahší prístup k rôznym oblastiam ramena počas operácie a adaptérom pre uchytenie hlavy – helmu s fixáciou o čelo. Chrbtový diel obojstranne pripojiteľný k hlavnej doske stola.“

Otázka č. 4

K bodu č. 20 a 24: Stanovenie nulovej polohy - oba body sa zdajú byť totožné/zhodné. Má verejný obstarávateľ iné vysvetlenie k podobnosti obidvoch bodov požiadavky?

Odpoveď č.4

Verejný obstarávateľ prostredníctvom požiadaviek uvedených v položkách č. 20, 24 a 16 špecifikuje požadované formy ovládania operačného stola a zároveň definuje požiadavku na stanovenie nulovej polohy. Pre upresnenie a jednoznačnosť príslušných požiadaviek verejný obstarávateľ uvádza nasledovné vysvetlenie:

Verejný obstarávateľ požaduje 3 typy ovládania operačného stola:

- v položke č. 16: „Ovládanie stola bezdrôtové, zdvojené“

Verejný obstarávateľ požaduje typ ovládača – min. 1 ks bezdrôtového ovládača (bezdrôtový ovládač s nabíjacou stanicou alebo bezdrôtový ovládač s displejom zobrazujúcim stav polohy stola s možnosťou jeho upevnenia na stenu). Bezdrôtový ovládač musí umožňovať stanovenie nulovej polohy samostatným tlačidlom (nastavenie nulovej polohy pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel). Zdvojené ovládanie „zrkadlovo t. j. 1:1“ musí byť zabezpečené prostredníctvom ovládačov požadovaných v položke č. 16 (min. 1 ks bezdrôtového ovládača) a v položke č. 20 (min. 1 ks ručného káblového ovládača).

- v položke č. 20: „Stanovenie nulovej polohy diaľkovým ovládaním“

Verejný obstarávateľ požaduje typ ovládača – min. 1 ks ručného káblového ovládača umiestneného/uchyteného na základni stola, so samostatným tlačidlom pre stanovenie nulovej polohy (nastavenie nulovej polohy pomocou jedného tlačidla, nie kombináciou tlačidiel),

- v položke č. 24: „Nulová poloha: jedným tlačítkom na ovládači alebo klávesnici na nohe stola“

Verejný obstarávateľ požaduje typ ovládača – min. 1 ks núdzového (záložného) ovládania zabudovaného (nie umiestneného/uchyteného) v pilieri (nohe) operačného stola. Núdzové ovládanie musí umožňovať stanovenie nulovej polohy (pripúšťa sa nastavenie nulovej polohy aj v kombinácii viacerých tlačidiel)

Položka: Operačný stôl mobilný bez vymeniteľnej dosky na chirurgickú operačnú sálu

Otázka č. 5

K bodu č. 9: Bude verejný obstarávateľ tolerovať hornú hranicu nastavenia nožnej časti na +20°?

Odpoveď č. 5:

Verejný obstarávateľ v nadväznosti na prijatú otázku a vo vzťahu k svojim známym potrebám, zohľadňujúc účel a rozsah úkonov, ktoré budú vďaka zakupovanému operačnému stolu vykonávané, upresnil požiadavku v aktualizovanej technickej špecifikácii zverejnenej v systéme JOSEPHINE v časti Dokumenty v súbore „Upravená tech. špecifikácia pre časť 2 k 12.6.2019“ v bode č. 9 nasledovne:

„Nastavenie nožnej časti, roztáhovacie min. (+ 70/- 90)°, roztiahnutie min. 85°, dĺžka min. 730 mm“.

Z uvedeného vyplýva, že verejný obstarávateľ nebude akceptovať hornú hranicu nastavenia nožnej časti na +20°.



Položka: Operačný stôl pre gynekológiu

Otázka č. 6

K bodu č. 3 diaľkové ovládanie - chce verejný obstarávateľ bezdrôtové alebo drôtové diaľkové ovládanie?

Odpoveď č. 6

Verejný obstarávateľ v nadväznosti na prijatú otázku a vo vzťahu k svojim známym potrebám, zohľadňujúc účel a rozsah úkonov, ktoré budú vďaka zakupovanému operačnému stolu vykonávané, upresnil požiadavku v aktualizovanej technickej špecifikácii zverejnenej v systéme JOSEPHINE v časti Dokumenty v súbore „Upravená tech. špecifikácia pre časť 2 k 12.6.2019“ v bode č. 3 nasledovne:

„Ovládanie stola: min. 1 ks infračerveného ručného diaľkového ovládača s nabíjacou dokovacou stanicou, s podsvietením kláves a s min. 3 pamäťovými prednastaveniami (nulová poloha, flex a reflex), min. 1 ks ručného káblového ovládača umiestneného/uchyteného na základni stola, s podsvietením kláves a s min. 3 pamäťovými prednastaveniami (nulová poloha, flex a reflex) a min. 1 ks núdzového (záložného) ovládania zabudovaného (nie umiestneného/uchyteného) v pilieri (nohe) operačného stola.“

Otázka č. 7

K bodu č. 4: Akú kapacitu záložných batérií verejný obstarávateľ požaduje - počet totiž nie je rozhodujúci?

Odpoveď č. 7

Verejný obstarávateľ v nadväznosti na prijatú otázku a vo vzťahu k svojim známym potrebám, zohľadňujúc účel a rozsah úkonov, ktoré budú vďaka zakupovanému operačnému stolu vykonávané, upresnil požiadavku v aktualizovanej technickej špecifikácii zverejnenej v systéme JOSEPHINE v časti Dokumenty v súbore „Upravená tech. špecifikácia pre časť 2 k 12.6.2019“ v bode č. 4 nasledovne:

„Operačný stôl mobilný bez vymeniteľnej dosky s celonerezovou základňou odolnou poškrabaniu (bez plastového krytovania), s integrovanou nabíjacou a napájacou jednotkou. Výdrž integrovaných batérií v prevádzke min. 5 dní. Indikátor stavu batérie.“

Otázka č. 8

K bodu č. 25: Ako si verejný obstarávateľ predstavuje jednotlačidlové sterilné ovládanie podkolenných opierok? Prosím o podrobnejší popis požiadavky.

Odpoveď č. 8

Verejný obstarávateľ v nadväznosti na prijatú otázku a vo vzťahu k svojim známym potrebám, zohľadňujúc účel a rozsah úkonov, ktoré budú vďaka zakupovanému operačnému stolu vykonávané, upresnil požiadavku v aktualizovanej technickej špecifikácii zverejnenej v systéme JOSEPHINE v časti Dokumenty v súbore „Upravená tech. špecifikácia pre časť 2 k 12.6.2019“ v bode č. 11 nasledovne:

„10. podkolenné opierky – 3D polohovanie ako asistencia zdvihu, (polohovanie za pomoci jednej ruky, jedným tlačítkom), min. nosnosť 220 kg (t. j. maximálna nosnosť pacienta) min. 1 pár“.

V kontexte upravených špecifikácií verejný obstarávateľ predĺžil lehotu na predkladanie ponúk, ktorá je dostatočná ku dňu zverejnenia tohto vysvetlenia.

S úctou

V. r.

Osoba poverená verejným obstarávaním
realizáciou verejného obstarávania