



V Trenčíne, dňa 05.10.2022

Všetkým záujemcom

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie SP 1

Označenie verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Predmet zákazky:	Echokardiografický USG systém
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup:	Verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhlásené a publikované	Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku EÚ zo dňa 09.09.2021, pod č. 2022/S 174-489994 a vo Vestníku VO č. 199/2022 zo dňa 12.09.2022 pod. sp. zn. č. 40466 - MST

Verejný obstarávateľ na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov poskytuje záujemcom nasledovné vysvetlenie.

Otázka 1-1

1. Parameter č. 4 - Jednoduché ovládanie všetkých funkcií pomocou podsvietených aktívnych tlačidiel a dotykového panela o veľkosti 12”.

Nakoľko veľkosť pomocného dotykového displeja nemá žiadne medicínske opodstatnenie, bude Verejný obstarávateľ akceptovať dotykový displej o veľkosti minimálne 10”?

Odpoveď 1-1:

Verejný obstarávateľ súhlasí s úpravou. Nové znenie technického parametra a hodnoty technického parametra znie: „Jednoduché ovládanie všetkých funkcií pomocou podsvietených aktívnych tlačidiel a dotykového panela o veľkosti min. 10”“.

Otázka 1-2

2. Parameter č. 8 - Vysoká snímkovacia frekvencia na 2D min. 2700 fps.

Žiadame Verejného obstarávateľa o vysvetlenie pri akých vyšetreniach plánuje používať daný parameter, nakoľko tento parameter nemá žiadne medicínske opodstatnenie, keďže pri zobrazovacej frekvencii min. 2700 fps je diagnostická ultrazvuková výseč príliš malá na to, aby sa niečo relevantne dalo diagnostikovať?

Odpoveď 1-2:

Vysoká snímkovacia frekvencia sa v kardiológii využíva na zobrazenie jemných štruktúr srdca ako sú srdcové chlopne, ktorých presné zhodnotenie a popisovanie je absolútna nevyhnutnosť komplexného kardiologického echokardiografického vyšetrenia.



S pozdravom

Ing. Miroslav Pitek, BSBA
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa

Prílohy:

1. FNTN-2022-06-ŠF-NZ-Echokardiografický USG systém-SP-p2-Technická špecifikácia-
úpr-1