

Názov predmetu zákazky:  
Základné medicínske zariadenia

Časť č. 1: Výchrevné lôžka

Špecifikácia predmetu zákazky

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vyplňa ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĺŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky			Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke		Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu)		POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu			parametre ponúkaného produktu				
Položka predmetu zákazky - Výchrevné lôžko požadovaný počet: 6 ks			(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"				(napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č.	Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks výchrevného lôžka)	Doplňujúce informácie	Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. TU UVEĎTE ponúkané parametre	2.	3.	
1	Dĺžka ložnej plochy min. 655 mm		uvedte hodnotu				
2	Šírka ložnej plochy min. 450 mm		uvedte hodnotu				
3	Výška vnútorných ochranných panelov min. 65 mm		uvedte hodnotu				
4	Nastaviteľný sklon lôžka v rozsahu min. (±12) ° stupňov	väčší rozsah je prípustný	uvedte hodnotu				
5	Rozsah merania teploty pokožky min. (32 - 38) °C	väčší rozsah je prípustný	uvedte hodnotu				
6	Rozsah nastavenia hodnôt teploty pokožky pre horný ohrev (35 - 37,5) °C	väčší rozsah je prípustný	uvedte hodnotu				
7	Termolôžko vybavené ovládacím panelom s displejom		áno / nie				
8	Zobrazujúce informácie na displeji: meraná a nastavená teplota, zobrazujúca alarmové hlásenia, úroveň výkonu vyhrievacieho telesa		áno / nie				
9	Vyhrievací režim nastavenie úrovne ohrevu pacienta		áno / nie				
10	Režim kontroly teploty pacienta		áno / nie				
11	Režim ohrevu matracu - riadený mikropočítačom pre tepelnú terapiu.		áno / nie				
12	Meranie abdominálnej teploty súčasne so zobrazením na obrazovke		áno / nie				
13	Automatické riadenie ohrevu		áno / nie				
14	Kompatibilný matrac pre ideálne rozloženie teploty v mieste dotyku pokožky pacienta s matracom		áno / nie				
15	Integrovaná zásuvková skrinka na podvozku		áno / nie				
16	Výšetrovacie osvetlenie, ktoré je integrované v hornej časti ohrievacieho telesa		áno / nie				
17	Nočné osvetlenie, ktoré je integrované v hornej časti ohrievacieho telesa		áno / nie				
18	Minimálne 1 výškovo polohovateľná police na odkladanie vecí		áno / nie				
19	Nosnosť police min. 20 kg		uvedte hodnotu				
20	Držiak infúzných fliaš		áno / nie				
21	Integrované infúzne tyče pre uchytenie infúznej techniky		áno / nie				
22	Matrac, odolný voči prerazeniu s rovnomerným rozložením tepla		áno / nie				
23	Priehľadné steny lôžka		áno / nie				
24	Lôžko ohraničené dvomi bočnými a minimálne jedným koncovým panelom		áno / nie				
25	Voľné sklápanie bočných a koncových panelov		áno / nie				
26	Steny vybavené vstupmi pre uchytenie hadičiek a káblov		áno / nie				
Osobitné požiadavky na plnenie:			Osobitné požiadavky na plnenie:				
27	Záruka min. 24 mesiacov		áno / nie				
28	Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na miesto dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky		áno / nie				

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V:  
Dňa:

Pečiatka a podpis