

Názov predmetu zákazky:
Základné medicínske zariadenia

Časť č. 2: Inkubátory

Špecifikácia predmetu zákazky

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vyplňa ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPLŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
(verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky			Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu , v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu)	POZNÁMKA (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
TU UVEĎTE názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu						
Položka predmetu zákazky - Inkubátor požadovaný počet: 13 ks						
P. č.	Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks inkubátora)	Doplňujúce informácie	Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. TU UVEĎTE ponúkané parametre	2.	3.
1	Rozmery lôžka pre pacienta – minimálna dĺžka min. 65 cm.		uvedte hodnotu			
2	Rozmery lôžka pre pacienta - minimálna šírka min. 35 cm.		uvedte hodnotu			
3	Nastaviteľný sklon lôžka (zvýšenie alebo zníženie polohy hlavy), kontinuálne, premenlivý min. 12° stupňov.		uvedte hodnotu			
4	Pristup do inkubátora pomocou otváracích okienok v min. počte 6 ks.		uvedte hodnotu			
5	Dĺžka inkubátora min. 99 cm.		uvedte hodnotu			
6	Šírka inkubátora max. 78 cm.		uvedte hodnotu			
7	Nízka hlučnosť vo vnútri inkubátora max. 47 dB.		uvedte hodnotu			
8	Rozsah nastavenia teploty inkubátora vo vzduchovom režime riadenia teploty minimálne v rozsahu min. od 23 do 39°C.	väčší rozsah je prípustný	uvedte hodnotu			
9	Rozsah nastavenia teploty inkubátora v kožnom režime riadenia teploty minimálne v rozsahu min. od 35 do 37°C.	väčší rozsah je prípustný	uvedte hodnotu			
10	Integrovaný modul pre dávkovanie kyslíka, servoriadenie a meranie O2 v rozsahu nastavenia od minimálne min. od 21 do 65 % r.v.	väčší rozsah je prípustný	uvedte hodnotu			
11	Dvojitenný intenzívny a intermediárny inkubátor.		áno / nie			
12	Inkubátor s automatickým samotestovaním po zapnutí.		áno / nie			
13	Všetky prevádzkové stavy, nastavované a merané hodnoty zobrazované na centrálnom monitore integrovanom do inkubátora v slovenskom jazyku alebo českom jazyku.		áno / nie			
14	Mikroprocesor riadená vnútorná klíma.		áno / nie			
15	Integrovaná automatická regulácia vlhkosti. V režime nastavenia automatického zvlhčovania sa požadovaná hodnota vlhkosti vypočítava a nastavuje systémom automaticky, v závislosti na nastavenej teplote vzduchu v inkubátore.		áno / nie			
16	Alarmové svetlo pre ľahkú identifikáciu inkubátora v stave alarmu.		áno / nie			
17	Polohovateľné, naklápacie a vysúvacie lôžko, umožňujúce prístup pre všetky výkony a prístup k novorodencovi z dvoch strán pre tímový prístup.		áno / nie			
18	Obojstranne elektrický, výškovo nastaviteľný podvozok inkubátora.		áno / nie			
19	Dvojité steny s veľkými vstupnými okienkami a prechodmi pre hadice, káble, príslušenstvo ventilátora a monitora vitálnych funkcií.		áno / nie			
20	Obojstranne otváracie dvojité steny inkubátora a špeciálne usmerňovače prúdu vzduchu eliminujúce tepelné straty a prevenciu radiačných strát tepla na minimum, zároveň udržiavajúce maximálnu tepelnú stabilitu aj počas manipulácie so zariadením.		áno / nie			
21	Vyhrievané, dvojité steny inkubátora.		áno / nie			
22	Miesto na uloženie RTG kazety pod lôžko pacienta.		áno / nie			
23	Integrovaná váha na meranie hmotnosti pacienta.		áno / nie			
24	Kožný a vzduchový režim riadenia teploty v inkubátore teploty dieťaťa. Dva kanály merania teploty.		áno / nie			
25	Integrovaný displej trendov.		áno / nie			
26	Zobrazenie údajov v skutočnom čase pre merané parametre: min. (teplota vzduchu, teplota kože, kyslík, vlhkosť).		áno / nie			
27	Užívateľom nastaviteľný časový interval zobrazovania pri všetkých meraných parametroch prostredníctvom grafických trendov za 24 hodín.		áno / nie			
28	Zásuvky na uskladnenie materiálu pod inkubátorom na oboch stranách.		áno / nie			
Zvlhčovací modul			Zvlhčovací modul			
29	Integrovaný, servoriadený zvlhčovací modul garantujúci sterilné prostredie s integrovanou termoreguláciou pre bilanciú elektrolytu a zobrazením meranej RH v %.		áno / nie			
30	Rozsah nastavenia vlhkosti min. (40 - 90)%.	väčší rozsah je prípustný	uvedte hodnotu			
31	Objem sterilizovateľnej nádoby zvlhčovacieho modulu min. 1000 ml.		uvedte hodnotu			
Osobitné požiadavky na plnenie:			Osobitné požiadavky na plnenie:			
32	Záruka min. 24 mesiacov		áno / nie			
33	Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky.		áno / nie			

Príloha č. 1 SP (časť č. 2 PZ)
Špecifikácia predmetu zákazky

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V:

Dňa:

..

.....
Pečiatka a podpis