

Všetkým záujemcom

V Bratislave, 7.5.2019

VEC

Vysvetlenie zverejnených podkladov k zákazke s názvom „**Základné medicínske zariadenia**“

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom „**Základné medicínske zariadenia**“, zverejnenej v Ú. vestníku EÚ dňa 16.4. 2019 pod č. 2019/S 075 – 177443 a vo vestníku UVO č. 76/2019 zo dňa 17.4.2019 pod č. MST- 8016.

Otázka č. 1

.... Časť 6 - Intubačný videobronchoskop - v špecifikácii uvádzate požiadavku "LCD obrazovka s nastaviteľným sklonom min. 5 palcov". Bude obstarávateľ akceptovať aj LCD obrazovku s nastaviteľným sklonom min. 2,5 palca ?

Odpoveď:

Veľkosť monitora s uhlopriečkou minimálne 2,5 palca je akceptovateľná za predpokladu, že monitor je konštrukčne súčasťou ovládacej časti fibroskopu, t. j. pri použití sa nachádza dostatočne blízko očí lekára obsluhujúceho fibroskop. Ak je monitor samostatnou časťou súpravy a vyžaduje umiestnenie alebo upevnenie mimo samotného fibroskopu (napr. na pomocný stojan, držiak a pod.), čím sa dostáva do väčšej vzdialenosti v zornom poli obsluhy, obstarávateľ trvá na minimálnej veľkosti monitora 5 palcov.

Verejný obstarávateľ zohľadnil odpoveď v priloženej špecifikácii č. 6 Intubačný videobronchoskop.

S úctou

V.I.

osoba poverená verejným obstarávateľom
realizáciou verejného obstarávania