

Všetkým záujemcom

V Bratislave, 17.5.2019

VEC

Vysvetlenie zverejnených podkladov k zákazke s názvom „**Základné medicínske zariadenia**“

Verejný obstarávateľ týmto informuje uchádzačov o úprave podkladov k zákazke s názvom „**Základné medicínske zariadenia**“, zverejnenej v Ú. vestníku EÚ dňa 16.4. 2019 pod č. 2019/S 075 – 177443 a vo vestníku UVO č. 76/2019 zo dňa 17.4.2019 pod č. MST- 8016.

Verejný obstarávateľ vzhľadom na aktuálne známe potreby nemocnice overil techn. požiadavky na zakupované monitory vitálnych funkcií. Verejný obstarávateľ v tejto súvislosti zistil potrebu zosúladenia techn. požiadaviek so svojimi potrebami, a preto upravuje opis predmetu zákazky pre **časť č. 3 Monitory vitálnych funkcií a anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií**, a to v nasledovnom rozsahu:

Položka č.4 predmetu zákazky: Monitor vitálnych funkcií s invazívnym meraním - neonatálny

P.č.	Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks monitora vitálnych funkcií s invazívnym meraním - neonatálny)	Doplňujúce informácie
14	Zobrazenie EKG krivky	

Položka č.6 predmetu zákazky: Transportný monitor vitálnych funkcií

P.č.	Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks transportného monitora vitálnych funkcií)	Doplňujúce informácie
23	Opcia teda možnosť budúceho zabezpečenia prenosu dát z monitora do nemocničného informačného systému (NIS) a možnosť hardvérového prepojenia s nemocničným informačným systémom (NIS).	

Neoddeliteľnou súčasťou tohto vysvetlenia je upravená špecifikácia predmetu zákazky pre časť č. 3 Monitory vitálnych funkcií a anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií samostatne zverejnená v časti Dokumenty v systéme JOSEPHINE.

Verejný obstarávateľ vykonáva uvedenú zmenu včas, a preto nebude predlžovať lehotu na predkladanie ponúk.

S úctou

V.I.
osoba poverená verejným obstarávateľom
realizáciou verejného obstarávania