

Názov predmetu zákazky:
Vybavenie operačných sal

Časť č. 4: Operačné stoly s príslušenstvom

Špecifikácia predmetu zákazky

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vyplňa ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPRÍŤAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
(verejný obstarávateľ prijíma predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)

Uchádzač uvedie: názov výrobu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 1 predmetu zákazky		Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu	Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 (napr.: názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu)	POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 1				
Položka č. 1 - Operačný stôl mobilný OUCH				
požadovaný počet: 1 ks				
P. č.	Parameter/časť položky (podľaovaná špecifikácia platí pre 1 ks operačného stola mobilného OUCH)	Doplňujúce informácie		
1	Operačný stôl mobilný bez vymeniteľnej dosky			
2	Pohyb stola elektromechanický alebo elektrohydraulicky			
3	Elektr. pohon pre výškové nastavenie, bočné sklápanie, Trendelenburg, Antitrendelenburg, chrbtový segment, nožné segmenty			
4	Segmenty hlava, chrbát, bederná časť, delenný diel nožný s eurolíštou na každom diely okrem hlavového			
5	Počet segmentov min. 5 ks			
6	Výška operačného stola v hornej polohe, bez polstrov min. 1000 mm			
7	Výška operačného stola v spodnej polohe, bez polstrov max. 700 mm			
8	Rozsah výškového nastavenia min. 400 mm			
9	Bočné sklápanie min. (+/- 20°) stupňov	väčší rozsah je prípustný		
10	Trendelenburg / Antitrendelenburg (+/- 25°) stupňov	väčší rozsah je prípustný		
11	Nastavenie chrbtovej časti (+ 65/- 35°) stupňov	väčší rozsah je prípustný		
12	Nastavenie nožnej časti, rozťahovacie (+ 65/- 85°) stupňov	väčší rozsah je prípustný		
13	Posúvňový posun s elektronickou brzdou min. 240 mm			
14	Pojazdné kolieska 360° otočné			
15	Pojazdné kolieska s priemerom min. 60 mm			
16	Ovládanie stola bezdrôtové, zdvojené			
17	Antibakteriálna úprava matracov			
18	Nosnosť stola min. 250 kg			
19	Hlavová doska polohovateľná min. (+40 / - 40°) stupňov	väčší rozsah je prípustný		
20	Stanovenie nulovej polohy diaľkovým ovládaním			
21	Rozmery dosky stola min. (500 x 2000) mm	väčšie rozmery dosky stola sú prípustné		
22	RTG transparentná operačná doska (RTG nekontrastná)			
23	Mechanická brzda s možnosťou areácie dvoch kolies alebo 5-te koleso na priamočiarý pohyb			
24	Nulová poloha: jedným tlačítkom na ovládači alebo klávesnici na nohe stola			
25	Počet horných segmentov s ovládateľnými postrannými časťami k operácii beach chair position HK min. 4 diely			
26	Pripojenia trakcie pre artroskopickú operatúru ramena, členku, zápästia			
27	Pripojenia nádstavca na držiak hlavy + prilba			
28	Držiak vrecka na noč			
29	Gélová podložka pod hlavu			
30	Matrac pod krk			
31	Trakčné zariadenie na DK, extenčný agregát na obidve nohy			
32	manipulačný vozík na odľatie a pripojenie extenčného agregátu			
33	Weinbergerove trakčné zariadenie na ruku			
34	Posúvňový držiak pre ramennú kosť			
35	Pripojiteľný stôl na eurolíštu k operácii ruky, RTG transparentný			
36	Položovacie zariadenie na fixáciu stehna a kolena			
37	3D Položovacie zariadenie na fixáciu ramena			
Osobitné požiadavky na plnenie:		Osobitné požiadavky na plnenie:		
38	Záruka min. 24 mesiacov			
39	Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky.			

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vyplňa ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPRÍŤAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
(verejný obstarávateľ prijíma predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)

Uchádzač uvedie: názov výrobu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 3 predmetu zákazky		Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu	Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 (napr.: názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu)	POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 2				
Položka č. 2 - Operačný zákrkový stôl - mobilný				
požadovaný počet: 2 ks				
P. č.	Parameter/časť položky (podľaovaná špecifikácia platí pre 1 ks operačného zákrkového stola - mobilného)	Doplňujúce informácie		
1	Transportný operačný stôl			
2	Elektrické ovládanie pohybu dosky stola			
3	Hrúbka bezvového matracu s antidekubitným účinkom min. 75 mm			
4	Diška stolu min. 2090 mm			
5	Šírka stolu min. 540 mm			
6	Zdvih operačnej dosky min.(700 - 965)mm	väčší rozsah je prípustný		
7	RTG transparentná plocha stola, prístup pre C rameno			
8	Sklapný ovládateľný hlavový diel operačnej dosky min. ±30° stupňov	väčší rozsah je prípustný		
9	Trendelenburg/Antitrend. min. ±20° stupňov	väčší rozsah je prípustný		
10	Bočný laterálny náklon dosky min. ±15° stupňov	väčší rozsah je prípustný		
11	Ovládateľný nožný segment pracovnej dosky stola			
12	Priemer 4 centrálné ovládateľných koliesok min. 100 mm			
13	Ovládateľné zábrany po oboch stranách stola alebo možnosť použiť bočné opierky			
14	Ovládateľný alebo sklápny infúzný stojan, výškovovo nastaviteľný			
15	Podvozok centrálné krytý ochranným krytom s priestorom pre kyslíkovú flášu a odsávací systém, alebo držiak fláše a systému			
16	Nosnosť operačného zákrkového stola min. 200 kg			
17	Standardizované nerezové eurolíšty pre uchytienie prístrojovej techniky			
18	Vstavaná dobijacia batéria s alarmom vybitia batérie			
19	Podpierka ruky infúzna min. 2 ks			
20	Anesteziologický rám			
Osobitné požiadavky na plnenie:		Osobitné požiadavky na plnenie:		
21	Záruka min. 24 mesiacov			
	Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky.			

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V:
Dňa:

.....
Pečiatka a podpis